

Especificaciones Técnicas	Cantidad
SCALER ULTRASÓNICO DE SOBREMESA Scaler ultrasónico de sobremesa para uso odontológico, destinado a profilaxis, destartraje y apoyo periodontal, tipo Woodpecker UDS-K o equivalente/superior. Características mínimas requeridas: Equipo ultrasónico de sobremesa. Uso en limpieza, destartraje y periodoncia. Frecuencia de trabajo aproximada: 28 ± 3 kHz, o equivalente/superior. Control de potencia regulable. Activación mediante pedal. Pieza de mano desmontable y autoclavable. Sistema de irrigación compatible con conexión a agua. Presión de agua aproximada: 0,1 a 5 bar, o equivalente/superior. Compatible con puntas tipo G para limpieza/destartraje y tipo P para periodoncia, o equivalentes. Accesorios mínimos incluidos: 1 unidad principal. 1 pieza de mano desmontable y autoclavable. Mínimo 5 puntas ultrasónicas para limpieza y periodoncia. 1 llave para cambio de puntas. 1 manguera de irrigación. 1 pedal de control. 1 adaptador o fuente de alimentación. Manual de usuario. Garantía mínima: 12 meses.	2
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PUNTAS ULTRASÓNICAS PERIODONTALES TIPO P1 Puntas ultrasónicas periodontales tipo P1 Woodpecker o compatibles/equivalentes, destinadas a uso en scaler ultrasónico odontológico compatible con sistema Woodpecker. Características mínimas requeridas: Punta ultrasónica periodontal tipo P1 o equivalente. Uso clínico en apoyo periodontal, remoción de cálculo subgingival y mantención periodontal. Compatible con scaler ultrasónico Woodpecker y/o equipos con rosca o conexión compatible. Material resistente a uso odontológico y procesos de esterilización. Debe permitir esterilización en autoclave, según indicación del fabricante. Producto nuevo, sin uso y en envase original. Presentación solicitada: Punta individual o set, según requerimiento de compra. Debe indicar marca, modelo y compatibilidad con equipos Woodpecker.	25
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PUNTAS ULTRASÓNICAS TIPO G1 Puntas ultrasónicas tipo G1 Woodpecker o compatibles/equivalentes, destinadas a uso en scaler ultrasónico odontológico compatible con sistema Woodpecker. Características mínimas requeridas: Punta ultrasónica tipo G1 o equivalente. Uso clínico en profilaxis, destartraje y remoción de cálculo supragingival. Compatible con scaler ultrasónico Woodpecker y/o equipos con rosca o conexión compatible. Material resistente a uso odontológico y procesos de esterilización. Debe permitir esterilización en autoclave, según indicación del fabricante. Producto nuevo, sin uso y en envase original. Presentación solicitada: Punta individual o set, según requerimiento de compra. Debe indicar marca, modelo y compatibilidad con equipos Woodpecker. Observación: La marca Woodpecker y el modelo G1 se indican como referencia técnica. Se aceptarán puntas originales, compatibles o equivalentes, siempre que sean aptas para equipos scaler Woodpecker y cumplan la misma función clínica.	69

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PUNTAS ULTRASÓNICAS TIPO G4 Puntas ultrasónicas tipo G4 Woodpecker o compatibles/equivalentes, destinadas a uso en scaler ultrasónico odontológico compatible con sistema Woodpecker. Características mínimas requeridas: Punta ultrasónica tipo G4 o equivalente. Uso clínico en profilaxis, destartraje y remoción de cálculo supragingival. Compatible con scaler ultrasónico Woodpecker y/o equipos con rosca o conexión compatible. Material resistente a uso odontológico y procesos de esterilización. Debe permitir esterilización en autoclave, según indicación del fabricante. Producto nuevo, sin uso y en envase original. Presentación solicitada: Punta individual o set, según requerimiento de compra. Debe indicar marca, modelo y compatibilidad con equipos Woodpecker. Observación: La marca Woodpecker y el modelo G4 se indican como referencia técnica. Se aceptarán puntas originales, compatibles o equivalentes, siempre que sean aptas para equipos scaler Woodpecker y cumplan la misma función clínica.	25
LLAVE TORQUÍMETRO PARA SCALER ULTRASÓNICO Llave torquímetro para instalación y retiro de puntas ultrasónicas, tipo TW-1L Woodpecker o compatible/equivalente, destinada a uso en equipos scaler ultrasónicos compatibles con sistema Woodpecker. Características mínimas requeridas: Llave torquímetro para puntas de scaler ultrasónico. Compatible con puntas y equipos scaler ultrasónicos Woodpecker o con sistema de conexión equivalente. Permite instalación y retiro seguro de puntas ultrasónicas. Debe asegurar ajuste adecuado de la punta, evitando apriete excesivo o insuficiente. Material resistente al uso clínico odontológico. Debe permitir limpieza, desinfección y/o esterilización según indicación del fabricante. Producto nuevo, sin uso y en envase original. Presentación solicitada: 1 llave torquímetro por unidad. Debe indicar marca, modelo y compatibilidad con equipos o puntas Woodpecker. Observación: La marca Woodpecker y el modelo TW-1L se indican como referencia técnica. Se aceptarán llaves originales, compatibles o equivalentes, siempre que sean aptas para puntas de scaler ultrasónico Woodpecker o conexión compatible.	1