


Flujómetro de pared

Institución: SAMU Metropolitano

Dirección: Diagonal Paraguay #328, Santiago

Cantidad: 10 unidades

N°	Capacidades	Características asociadas a las capacidades	Condición	Imagen Referencial
1	Uso	Flujómetro para uso con oxígeno medicinal	Obligatoria	
2	Conexión	Salida DISS	Obligatoria	
3	Regulador	0-15 LPM	Obligatoria	
4	Fabricación y aprobación	Normas FDA - CE	Obligatoria	
5	Material	Base y cuerpo de acero inoxidable	Obligatoria	



