

Flujómetro regulador de oxígeno

Institución: SAMU Metropolitano

Dirección: Diagonal Paraguay #328, Santiago

Cantidad: 50 unidades

N°	Capacidades	Características asociadas a las capacidades	Condición	Imagen Referencial
1	Conexión	1 Salida DISS	Obligatoria	
		1 Salida para conectar cánula o mascarilla para O2	Obligatoria	
2	Regulador	0-25 LPM	Obligatoria	
		Opera a 50 PSI	Obligatoria	
3	Conexión	Conexión para válvula pin (YUGO)	Obligatoria	
4	Fabricados	Norma ISO 9001	Obligatoria	
5	Certificados	Normas CE	Obligatoria	

