

FORMULARIO DE COMPRA “COMPRA ÁGIL”

1. SOLICITUD DE LA COMPRA.

DATOS DE CONTACTO	
ÁREA	Administración Central
ESTABLECIMIENTO	Operaciones
DIRECCIÓN DE DESPACHO	CESFAM Bernardo Leighton : - Miguel Angel N° 1929, Puente Alto. CESFAM Vista Hermosa : - Calle El Volcán #04549, Villa San Alberto, Casas Viejas, Puente Alto. CESFAM San Gerónimo : - Avenida San Pedro N° 1203, San Gerónimo, Puente Alto.
ENCARGADO DE RECEPCIÓN	Rodrigo Taboada Ruiz
TELÉFONO DE CONTACTO	+569 5018 1433
HORARIO DE RECEPCIÓN	Entre 9:00 hrs. y 17:30 hrs.
CORREO	rodrigo.taboada@cmpuentealto.cl

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO	
TIPO DE COMPRA	BIENES ☒ SERVICIOS ☒
FINANCIAMIENTO	10 - Operacional
TOTAL COMPRA	\$ 1.560.000.-
ESTIMADO O DISPONIBLE	Disponible
TIEMPO DE PUBLICACIÓN (MIN 24 HRS)	24 horas hábiles.

***ART. 97 DEC. 661, MONTO IGUAL O INFERIOR A 100 UTM.**

2. ECONOMÍA CIRCULAR

CONSULTA AL CATALOGO	SI ☐ NO ☒
*En el caso de que el producto este en el catálogo, justificar ¿Por qué no se está adquiriendo el producto por ese mecanismo?	

3. CONVENIO MARCO

CONSULTA AL CATALOGO	SI ☐	NO ☒
*En el caso de que el producto este en el catálogo, justificar ¿Por qué no se está adquiriendo el producto por ese mecanismo?		

4. PARTICIPANTES.

SOLICITANTE UT: FECHA DESDE (16-06-2026) HASTA (XX-XX-2026)

NOMBRE	Rodrigo Taboada Ruiz
R.U.T	15.383.946-8
CARGO	ITS Encargado de Equipamiento Industrial y Equipamiento Médico
CORREO	rodrigo.taboada@cmpuentealto.cl

COMISION EVALUADORA: FECHA DESDE (XX-XX-2026) HASTA (XX-XX-2026)

NOMBRE	Samuel Fuentes Muñoz
R.U.T	18.212.023-5
CARGO	Coordinador de Mantenimiento
CORREO	samuel.fuentes@cmpuentealto.cl

5. PLAN ANUAL DE COMPRAS (COMPLETAR DESDE LA UT)

CUENTA PRESUPUESTARIA	22-06-006
ID PAC	NO

6. PLAZO DE ENTREGA.

DÍAS HÁBILES	10 días hábiles
--------------	-----------------

7. PRODUCTOS O SERVICIOS.

- DESCRIPCION BREVE DEL REQUERIMIENTO:

Se requiere la compra del Servicio de Mantenimiento Preventivo del siguiente equipamiento médico crítico :

N°	Centro de Salud	Equipo	Modelo	Num de Serie	Producto y/o Servicio	Cantidad	Mes de Ejecución
1	CESFAM San Gerónimo	Monitor Multiparámetro BACKUP HWATIME	XM 550	200190001	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
2	CESFAM San Gerónimo	Monitor Multiparámetro BACKUP HWATIME	XM 550	200190002	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
3	CESFAM San Gerónimo	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	01841	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
4	CESFAM San Gerónimo	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04939	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
5	CESFAM San Gerónimo	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233945	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
6	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	01481	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JULIO 2026
7	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador INSTRAMED	CARDIOMAX	052020CM14801	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JULIO 2026
8	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04944	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JULIO 2026
9	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233945	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
10	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	02168	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
11	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04932	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
12	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador SCHILLER	DG 4000	108995106148	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026
13	CESFAM Vista Hermosa	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233947	Mantenimiento Preventivo	Un (1) Mantenimiento	JUNIO 2026

El programa de mantenimiento preventivo para los monitores multiparámetros deberá considerar al menos los siguientes aspectos:

- Verificación del equipo
- Consulta con cliente/usuario por fallas preexistentes
- Inspección visual del equipo

- Test de encendido
- Test de servicio
- Test de Acondicionamiento de impresión (si aplicase)
- Evaluación de brazaletes de presión.
- Simulación Insuflación PNI, con analizador, rango permitido 60 a 30 mmHg
- Simulación Insuflación PNI, con analizador, rango permitido 120 a 80 mmHg
- Simulación Insuflación PNI, con analizador, rango permitido 150 a 100 mmHg
- Simulación frecuencia cardiaca (60 FC) – Rango permitido 58 a 62 FC
- Simulación frecuencia cardiaca (120 FC) – Rango permitido 118 a 122 FC
- Simulación frecuencia cardiaca (240 FC) – Rango permitido 237 a 243 FC
- Curva de Respiración (si aplicase)
- Curva de presión invasiva (si aplicase)
- Curva de Capnografía (si aplicase)
- Evaluación de sensor de temperatura (si aplicase)
- Evaluación de límites y umbrales de activación de alarma
- Evaluación de alarma audible y luminosa
- Evaluación de pantalla o panel frontal
- Test de Saturación SpO2 con analizador – Rango 92%
- Test de Saturación SpO2 con analizador – Rango 95%
- Test de Saturación SpO2 con analizador – Rango 100%
- Mantención y limpieza de contactos
- Funcionamiento de baterías
- Test Eléctrico
- Etiquetado próxima mantención

El programa de mantención para monitores desfibriladores deberá considerar al menos los siguientes aspectos:

- Verificación de equipo
- Consultas con cliente/usuario por fallas preexistentes
- Inspección visual del equipo
- Test de encendido
- Test de servicio
- Test de acondicionamiento de impresión
- Evaluación cable electrocardiograma
- Simulación frecuencia cardiaca (60 FC) – Rango permitido 58 a 62 FC
- Simulación frecuencia cardiaca (120 FC) – Rango permitido 118 a 122 FC
- Simulación frecuencia cardiaca (240 FC) – Rango permitido 237 a 243 FC
- Evaluación de límites y umbrales de activación de alarma
- Evaluación alarma audible y luminosa
- Test de descarga equipo usuario.
- Test de descargas con analizador desfibrilación:
 - Test 75 J
 - Test 100 J
 - Test 150 J

- Test 200 J
- Evaluación modo sincronizado
- Mantención y limpieza de contactos
- Mantención y limpieza de paletas
- Funcionamiento de baterías
- Revisión test eléctrico
- Etiquetado próxima mantención.

REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS :

N°	Centro de Salud	Equipo	Modelo	Num de Serie	Requisitos
1	CESFAM San Gerónimo	Monitor Multiparámetro BACKUP HWATIME	XM 550	200190001	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
2	CESFAM San Gerónimo	Monitor Multiparámetro BACKUP HWATIME	XM 550	200190002	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
3	CESFAM San Gerónimo	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	01841	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
4	CESFAM San Gerónimo	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04939	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
5	CESFAM San Gerónimo	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233945	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
6	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	01481	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
7	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador INSTRAMED	CARDIOMAX	052020CM14801	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
8	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04944	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
9	CESFAM Bernardo Leighton (SAPU)	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233945	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
10	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5521E	02168	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
11	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador NIHON KOHDEN	TEC-5631	04932	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
12	CESFAM Vista Hermosa	Monitor Desfibrilador SCHILLER	DG 4000	108995106148	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".
13	CESFAM Vista Hermosa	Desfibrilador DEA ZOLL	AED Plus	X19L233947	Pauta de Mantenimiento Preventivo del proveedor debe incluir los puntos descritos en la sección "DESCRIPCIÓN BREVE DEL REQUERIMIENTO".

8. OBSERVACIONES:

Proceso licitatorio ID 1211839-111-LP25 por el servicio de mantenimiento de equipamiento médico en espera de resolución de adjudicación.

9. DE LA EVALUACIÓN (POR PROVEEDOR)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN OFERTAS			
CRITERIOS	CUMPLE		
	SI	NO	NA
Se ajusta a presupuesto			
Cumple de especificaciones técnicas para CADA uno de los Items			
Especifica Plazo de entrega			

CLÁUSULAS DE DESEMPATE (OPCIONALES, ELIMINAR SI LO CONSIDERA)
El desempate se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 1. Oferente que presente la mejor oferta económica. 2. Oferente que presente el menor plazo de entrega. 3. Oferente incluye en oferta económica el despacho.