

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CREAPS
1	SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA -Equipo: Tomógrafo de Coherencia Óptica -Marca: Optovue. -Modelo: Solix Essential. -El presente servicio corresponde a 1 mantención preventiva. -El trabajo a realizar comprende: • Revisión del equipo completo incluyendo cableado, fuente de poder y mesa eléctrica. • Limpieza General. • Ajuste y calibración mínima de (alineamiento LED de cámara IR, iluminación red/IR, luz flash.) • Verificar potencia salida SLD. • Verificar señal de espectrómetro. • Verificar calibración de motor position. • Verificar posición motor CAM (segmento anterior). • Actualización de licencia o software si procede. Realizar orden de servicio. -El proveedor debe tener representación vigente de la marca en Chile. -Los gastos de traslado, visita, repuestos corren por parte del proveedor.	1	1



Firma Unidad Solicitante