

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Laringoscopio FS Medical con 5 hojas de fibra óptica curvas (Macintosh) del N°0 al 4

Especificaciones Técnicas y Características Laringoscopio de Diagnóstico con 5 hojas curvas (Macintosh) de fibra óptica números 0, 1, 2, 3 y 4 con 1 mango de Fibra Óptica modelo medium / standard código DI-400-20 . Además se incluye maletín de transporte para las hojas y mango del laringoscopio. Hoja de laringoscopio de fibra óptica Macintosh (curvada) con conductor de luz F.O de 4 mm, hasta 6500 microfibras individuales para mejorar la transmisión de la luz y vida más larga. • Hoja con conductor de luz extraíble que es fácil de quitar y Vuelva a montar sin ninguna herramienta. • Fibra óptica integrada para la mejor iluminación posible. • Acero Inoxidable de alta calidad tipo 303/304 con Acabado Satinado. • La forma suave evita bordes afilados. • Totalmente esterilizable en autoclave y más fácil de limpiar. • Compatible con todos los mangos de Fibra Óptica Estándar. • Mango de fibra óptica con luz LED. • Según Norma ISO 7376.