



In Water Digital Linear PAR Sensor Calibration

Date: 7/20/17

Customer: University of Washington

Project Number: 033303

Model: PAR-SER ICSW PAR LIN 600m

Serial Number: 507

Calibration Coefficients

$I_m = 1.3589$

$a_0 = 2157040527$ [count]

$a_1 = 3.799187e-06$ [$\mu\text{mol photons/m}^2/\text{s/count}$]

Equation: $y = I_m * a_1 (x - a_0)$

where,

PAR is y [$\mu\text{mol photons/m}^2/\text{s}$]

Digital signal is x [count]

Table 1 - Connector Pin Descriptions

Pin	Signal	Description
1	GND	Power Supply Return
2	RX	RS232
3	TX	RS232
4	Power	Power
5	NC	Not Connected
6	NC	Not Connected



MCBH-6F
Female Face View

Satlantic

Richmond Terminal, Pier 9
3481 North Marginal Road
Halifax, Nova Scotia
B3K 5X8
Canada

Tel: 902-492-4780

Fax: 902-492-4781