



«O`zbekiston ilmiy – sinov va sifat nazorati markazi» DM
qoshidagi Sinov laboratoriyalar majmuasi

Elektromagnit
moslashuvchanlik
laboratoriyasi

Po`chta manzili:

111404, Toshkent viloyati,
Piskent tumani,
Lola-ariq MFY,
O`zbekiston ko'chasi,
174-uy.

« Пассивный пробник напряжения »

Model: ESH2-Z3

Zavod raqami: № 100627

Ishlab chiqaruvchi: Чехия.

O'lchov chegarasi : от 9 кГц до 30 МГц.

Xatolik darajasi: 30 dB +1/-5 dB

Ish harorat, namlik oralig'i va atmosfera bosimi: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, (30-80) %, (84-106.7) kPa

