



«O`zbekiston ilmiy – sinov va sifat nazorati markazi» DM
qoshidagi Sinov laboratoriyalar majmuasi

Elektromagnit
moslashuvchanlik
laboratoriyasi

Po`chta manzili:

111404, Toshkent viloyati,
Piskent tumani,
Lola-ariq MFY,
O`zbekiston ko`chasi,
174-uy.

« Серия источников питания »

Model: NGP800 (NGP814)

Zavod raqami: № 100648

Ishlab chiqaruvchi: Малайзия.

O'lchov chegarasi : от 0 до 32 В, от 0 до 64 В.

Xatolik darajasi: $V \pm < 0,05\% + 5 \text{ мВ}, < 0,05\% + 10 \text{ мВ};$
 $A \pm < 0,1\% + 20 \text{ мА}, < 0,1\% + 10 \text{ мА}.$

Ta'minot kuchlanishi: AC 100...250 V.

Ta'minot manbai chastotasi: 50...60 Hz.

Ish harorat, namlik oralig'i va atmosfera bosimi: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, $(30-80) \%$, $(84-106.7) \text{ kPa}$

