



«O`zbekiston ilmiy – sinov va sifat nazorati markazi» DM  
qoshidagi Sinov laboratoriyalar majmuasi

Elektromagnit  
moslashuvchanlik  
laboratoriyasi

Po`chta manzili:

111404, Toshkent viloyati,  
Piskent tumani,  
Lola-ariq MFY,  
O`zbekiston ko`chasi,  
174-uy.

«Серия источников питания»

**Model:** NGP800 (NGP814)

**Zavod raqami:** № 100651

**Ishlab chiqaruvchi:** Малайзия.

**O'lchov chegarasi :** от 0 до 32 В, от 0 до 64 В.

**Xatolik darajasi:**  $V \pm < 0,05\% + 5 \text{ мВ}, < 0,05\% + 10 \text{ мВ};$   
 $A \pm < 0,1\% + 20 \text{ мА}, < 0,1\% + 10 \text{ мА}.$

**Ta'minot kuchlanishi:** AC 100...250 V.

**Ta'minot manbai chastotasi:** 50...60 Hz.

**Ish harorat, namlik oralig'i va atmosfera bosimi:**  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , (30-80) %, (84-106.7) kPa

