

QA/ 29 / 00.00

**BAKER****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Type : J02

Reading : 0.01 mm

Range : 10 mm

Graduation : 0 - 100

Gauge Serial No : B 1232

Certificate No. : 6131

Tested in accordance to : DIN-878

|    | 0      | 10    | 20     | 30    | 40     | 50    | 60    | 70    | 80     | 90     |
|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 0  | 0.000  | 0.000 | -0.002 | -     | -      | -     | 0.002 | 0.001 | -0.001 | -      |
| 1  | -      | -     | 0.001  | 0.002 | 0.001  | -     | -     | -     | 0.001  | 0.001  |
| 2  | 0.002  | -     | -      | -     | -0.001 | 0.001 | 0.002 | -     | -      | -      |
| 3  | 0.001  | 0.000 | 0.002  | -     | -      | -     | 0.003 | 0.003 | 0.001  | -      |
| 4  | -      | -     | 0.000  | 0.002 | 0.003  | -     | -     | -     | -0.001 | 0.000  |
| 5  | 0.000  | -     | -      | -     | -0.001 | 0.001 | 0.002 | -     | -      | -      |
| 6  | -0.001 | 0.000 | 0.000  | -     | -      | -     | 0.002 | 0.001 | 0.002  | -      |
| 7  | -      | -     | 0.000  | 0.000 | 0.001  | -     | -     | -     | -0.001 | -0.001 |
| 8  | 0.001  | -     | -      | -     | 0.003  | 0.004 | 0.004 | -     | -      | -      |
| 9  | 0.003  | 0.001 | 0.003  | -     | -      | -     | 0.005 | 0.003 | 0.004  | -      |
| 10 | -      |       |        |       |        |       |       |       |        |        |

Calibration Equipment used is traceable to National Length Standards vide NPL certificate no. 1038/07/664/98.

Errors in units of : mm

Uncertainty of measurement : 0.001 mm

Q.A.

**AN ISO9001 COMPANY**