जी.बार.एन.क / GRN No.: MH006384397202324E

ReceiptNo: 231375986

दिनांक/Date: 17-08-2023

वैध मापनशास्त्र अधिका-याचे नाव/

ओळख ठसा क्र./Identification No

Legal Metrology Officer:

SHEJWAL DEEPAK

महाराष्ट्र शासन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैध मापनशास्त्र यंत्रणा



Government of Maharashtra Food, Civil Supply and Consumer Protection **Department Legal Metrology Organisation**

पडताळणी प्रमाणपत्र / CERTIFICATE OF VERIFICATION

वैध मापनशास्त्र अधिनियम, 2009 व महाराष्ट्र वैध मापनशास्त्र (अंमलबजावणी) नियम, 2011

अनुसूची-नऊ [नियम 14(३) पहा]

See Rule 14(3) Schedule IX

The Legal Metology Act, 2009 & The Maharashtra Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011

MH 538

मी, याद्वारे असे प्रमाणित करतो की, आज रोजी श्री/मे VALMET TECHNOLOGIES PVT LTD, व्यवसाय - Industrial goods , ठिकाण - PLOT NO.2,GAT NO.182.183,184,FULGAON,TAL.HAVELI DIST.PUNE 412216 यांची खाली नमद केलेली वजन वा माप यांची पडताळणी व मद्रांकन केले

I hereby certify that i have this day verified and stamped the under mentioned weights, measures, etc., belonging to Shri/M/s VALMET TECHNOLOGIES PVT LTD. Trade -Industrial goods . Locality - PLOT NO.2.GAT NO.182.183.184.FULGAON.TAL.HAVELI DIST.PUNE 412216

नग/ Quantity	वजन वा माप , प्रकार, अभिधान, क्षमता, वर्ग, बनावट(उत्पादक), मशीन क्रमांक, इत्यादीचा तपशील /Denomination, Capacity, Class, Make, Machine no., and type of Weight or Measure etc.	पडताळणी शुल्क रु/ Verification Fee Rs.	इतर आकार (हाताळणी, प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता, समायोजन इत्यादी)/Carriage, Conveyance adjusting charges etc. in Rs.
3	NAWI-Electronics Scale: (1) Max.Capacity:3000kg, Make:E G KANTAWALLA, Model No:E/W FL1520, Class III, Minimum Capacity:10000g, EValue:500g, D-Value:, Sr.No:DA9831 / 1 (Rs-1000), (2) Max.Capacity:100kg, Make:E G KANTAWALLA, Model No:ECON PS66, Class III, Minimum Capacity:200g, EValue:10g, D-Value:, Sr.No:21100342 / 1 (Rs-400), (3) Max.Capacity:2000kg, Make:EAGLE DIGITAL SCALE, Model No:CRN ECON, Class III, Minimum Capacity:10000g, EValue:500g, D-Value:, Sr.No:DA9830 / 1 (Rs-1000)	2400	200
1	NAWI-Electronics Scale: (1) Max. Capacity:620g, Make:ESSAE TEROKA, Model No:AJ-620E, Class I, Minimum Capacity:100mg, EValue:1mg , D-Value:, Sr.No:211004057 / 1 (Rs-400)	400	
	Fees as per Rule 15 (2) of the Maharashtra Legal Metrology (Enf.) Rule, 2011 [On Premises Fee] :	1400	
	एकुण बेरीज/Grand Total	4400.00	

Last VC No, Date: 91202213715810, 23/08/2022 Division Name: Inspector of Legal Metrology,

Wagholi

पुढील पडताळणीची तारीख/ Next Verification Due On / Before: 16-08-2024

1) पुढील पडताळणीच्या नियत दिनांकापुर्वी वजन वा मापामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असेल तर उपयोगकर्त्याने त्याचा वापर करण्यापुर्वी त्याची पडताळणी, मुद्रांन व मोहोरबंद करुन घ्यावी

- 2) अशा वजन वा मापांचा ज्या ठिकाणी उपयोग होणार आहे तेथे वरील नियमातील नियम 22 नुसार ठळक जागी प्रमाणपत्र प्रर्दशीत करावे.
- 3) कृपया यापुढील संदर्भासाठी LCR क्रमांक वापरावा.

दुरुस्तक /Repaired By E G KantawallaPvt Ltd/S-813

4) हे प्रमाणपत्र डिजीटली स्वाक्षांकीत केले असल्याने त्यावर स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही.

एक्ण रक्कम रुपये (अक्षरी)/(in words): Rupees Four Thousand Four Hundred only



LCR NO: CLM17275679

दिनांक/Date:

ठिकाण/Place :

अ.क./ Sr.No: 91202313719758

17/08/2023

(Trader Premises)

Inspector of Legal Metrology, Wagholi

Digitally signed By DEEPAK KISANRAO SHEJWAL, Date: 17/08/2023



