NEWPROV
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO
+55 (41) 3888.1300
www.newprov.com.br
Rua 1º de Maio, 590/608
Pinhais - Paraná - Brasil
CEP: 83.323-020

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	**PA341** Agar MH-F (Agar sangue de cavalo base Mueller Hinton + B-NAI	**LOTE:**	**122.622**
DATA DE FABRICAÇÃO:	**04/06/2026**	**DATA DE VALIDADE:**	**02/10/2026**

ENSAIOS FÍSICO - QUÍMICOS

pH antes da adição do sangue. Especificação: 7,3 ± 0,1. Resultado: Adequado
Aspecto final. Especificação: Meio vermelho sangue opalescente. Resultado: Adequado

ENSAIOS DE DESEMPENHO

Desempenho microbiológico S. pneumoniae ATCC 49619. Especificação: Crescimento bom de colônias Alfa-hemolíticas. Resultado: Adequado
Desempenho microbiológico H. influenzae ATCC 49766. Especificação: Crescimento bom de colônias gama-hemolíticas. Resultado: Adequado
Esterilidade - Especificação: Ausência de crescimento. Resultado: Adequado

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Não aplicável.

OBSERVAÇÕES:

1) Testes de desempenho microbiológico, realizados por incubação em estufa microbiológica por 24 a 48h a 35 ± 2º C e inóculo microbiano padronizado em 10.000 UFC/mL.
2) Testes de esterilidade realizados em estufa microbiológica por 48h a 35 ± 2º C.

REFERÊNCIAS:

- VERSALOVIC, J. (Ed.) Manual of Clinical Microbiology. 10th Ed. Washington, ASM Press, 2011.
- WINN JR., W. et al. (Eds.) Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6th Ed. Philadelphia, Lippincott, 2006.
- MAC FADDIN, J. F. Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria. 3rd Ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
- GARCIA, L.S. (Ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, 3rd Ed. Washington, D.C., American Society for Microbiology, 2010.
- BrCAST - Método de Disco-Difusão para Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos Versão 6.0 (Janeiro de 2017)
- DIFCO Manual. 11th Ed. Sparks, Ma., Difco Laboratories, 1998.

CONCLUSÃO : **Produto dentro das especificações exigidas** - **APROVADO**

Data de emissão do certificado de análise: **09/06/2026**

Fernando Barrachina Stocco
Farmacêutico Bioquímico Industrial / Controle de qualidade

Rev02 - 01/06/2023

Certificado emitido eletronicamente