

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕365号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室压力容器管理办法》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室压力容器管理办法》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室压力容器管理办法



附件

广西生态工程职业技术学院 实训室压力容器管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强学校压力容器的安全管理,提高安全运行水平,防止和减少事故发生,确保师生生命财产安全,结合我校实际情况,特制定本办法。

第二条 学校压力容器管理实行学校、二级学院、实训室分级管理体制。教务处负责全校压力容器管理的监督、检查及指导工作;二级学院院长负责本院压力容器管理的安管理工作;各实训室由实训管理员与实训室责任教师共同负责本实训室压力容器管理工作。

第三条 压力容器管理的主要任务是充分发挥其作用,保证教学、科研等项工作的需要。要对压力容器的购置、验收、使用、维护直到报废的全过程实行综合管理,使压力容器在整个寿命周期中充分发挥效益。

第四条 本制度所指的压力容器是指最高工作压力大于或者等于 0.1MPa (表压) 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内直径 (非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸) 大于或者等于 150mm 的固

定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱等。

第五条 压力容器的管理除完全履行学校仪器设备管理的条款外，还必须执行本办法所列各项条款。

第二章 压力容器的购置与验收

第六条 凡计划购买压力容器的二级学院，需先提交压力容器购置申请，到教务处备案，确保所购产品是合法资质单位生产，并符合安全技术规范要求的合格产品。

第七条 使用压力容器的二级学院要确定所购压力容器的管理人员和操作人员及其职责，并按照国家有关规定进行培训，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

第八条 压力容器到货验收应由设备管理人员和专业操作人员共同完成，其主要工作如下：

1. 检查到货压力容器是否与压力容器购置申请的要求一致，是否附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

2. 清点到货物品及所有单据、说明书等资料并登记在册。

3. 建立本压力容器的技术档案，内容包括：

(1) 压力容器的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

(2) 压力容器的定期检验和定期自行检查的记录；

(3) 压力容器的日常使用状况记录；

(4) 压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

(5) 压力容器运行故障和事故记录；

(6) 高耗能压力容器的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

第九条 压力容器的安装必须由生产厂家或由依照《特种设备安全监察条例》取得国家许可的单位进行，并在厂家专业技术人员的指导下进行调试，直至压力容器各参数都符合技术说明的各种标准方能投入正常使用。

第三章 压力容器的使用管理

第十条 在使用压力容器之前应根据生产实验工艺要求和容器的技术性能制定容器安全操作规程，并严格执行。安全操作规程或工艺操作规程应包括：

1. 压力容器的操作工艺指标及最高工作压力、最高或最低工作温度；

2. 压力容器的操作方法，开、关、停的操作程序和注意事项；

3. 压力容器运行中应重点检查的项目和部位，以及运行中可能出现的异常现象和防治措施；

4. 压力容器停用时的封存和保养办法。

第十一条 压力容器使用学院应当对压力容器作业人员进行压力容器安全、节能教育和培训，保证压力容器作业人员具备必要的压力容器安全、节能知识。压力容器作业人员在作业中应当严格执行压力容器的操作规程和有关的安全规章制度。

第十二条 压力容器使用学院对于各压力容器及相关的部件可能出现的各种事故，制定切实可行的应急措施和救援预案，落实各种措施的准备情况，并报教务处备案。

第十三条 应定时、定点、定线对压力容器进行巡回检查，并经常保持安全附件齐全、灵敏、可靠，发现有不正常现象，应及时处理，并认真做记录。

第十四条 压力容器的使用学院不得任意修改原设计容器的工艺条件，严禁超温、超压运行。

第四章 压力容器的安全操作要求

第十五条 压力容器的安全与容器使用密切相关。对于压力容器的安全使用，实训室操作人员须经过严格培训并掌握相关的

技术法规，严格遵守安全操作规程，并认真、如实填写容器运行记录。各实训室须对压力容器的操作人员提出具体要求，并在压力容器运行过程中，从使用条件、环境条件和维修条件等方面采取控制措施，以保证压力容器的安全运行。

第十六条 压力容器管理人员要熟悉有关容器的结构、类别、主要技术参数和技术性能，严格按操作规程操作，安全操作规程包括下列主要内容：

（一）压力容器的操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力及温度波动幅度的控制值、介质成分特别是有腐蚀性的成分控制值等。对于工艺参数的监控，主要检查操作压力、温度、液位、流量等是否在操作规程规定的安全范围内；检查容器内工作介质的化学组成是否符合工艺及设备要求。

（二）压力容器的操作方法，开、停机的操作程序。压力容器搬运和移动安全措施以及其他注意事项。

（三）压力容器运行中日常检查的部位和内容要求。对于设备状况的监控，主要检查容器本体及其附件如阀门、法兰、仪表接管等处有无变形、裂纹、泄漏、腐蚀等异常现象；检查容器防腐层及保温（保冷）层是否完好，有无变形、鼓包、腐蚀、脱落等迹象。对于安全装置的监控，主要检查安全阀、爆破片、压力表等是否处于完好状态，联锁装置、报警器等是否可靠投入；

确保压力容器的安全附件一应俱全、安装正确，定期校验，保证动作灵敏可靠；各仪表盘应保持清洁明亮。

第十七条 压力容器运行中可能出现的异常现象的判断和
处理方法以及防范措施。在容器运行期间应对其工艺参数、备状
况和安全装置等进行状态监控，一旦发现异常情况，及时采取相
应措施，确保压力容器安全平稳运行。

第十八条 压力容器要平稳操作。尽量避免操作中压力的频
繁和大幅度波动，避免运行中容器温度的突然变化。

第十九条 压力容器严禁超温、超压运行。液化气体严禁超
量装载，并防止意外受热。随时检查安全附件的运行情况，保证
其灵敏可靠。严禁带压拆卸压紧螺栓。

第二十条 坚持容器运行期间的巡回检查，及时发现操作中
或设备上出现的不正常状态，并采取相应的措施进行调整或消
除。检查内容应包括工艺条件、设备状况及安全装置等方面。正
确处理紧急情况。

第五章 压力容器的检查与保养

第二十一条 压力容器使用学院随时接受特种设备安全监
督管理部门和学校管理部门实施的安全监察、检查，并对监察、
检查所提出的意见予以记录并及时处理。

第二十二条 压力容器使用学院应当对在用压力容器进行
经常性日常维护保养，并定期自行检查。压力容器使用学院应当

对在用压力容器的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做详细记录。

第二十三条 压力容器出现故障或者发生异常情况，使用学院应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。特种设备不符合能效指标的，特种设备使用学院应当采取相应措施进行整改。

第六章 附则

第二十四条 本办法自发布之日起施行，由教务处负责解释。