



广西生态工程职业技术学院
GUANGXI ECO-ENGINEERING VOCATIONAL & TECHNICAL COLLEGE

实训室管理制度汇编



广西生态工程职业技术学院 制
2026年7月

目 录

序号	制度名称	页码
1	广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则	3
2	广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置预案	22
3	广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则	30
4	广西生态工程职业技术学院实验实训室重要危险源的风险评估和应急管理方案	36
5	广西生态工程职业技术学院实训室卫生安全管理制度	44
6	广西生态工程职业技术学院实验室化学品管理办法	48
7	广西生态工程职业技术学院实训室压力容器管理制度办法	60
8	广西生态工程职业技术学院教学耗材管理办法（修订）	68
9	广西生态工程职业技术学院实验室安全隐患举报制度	78
10	广西生态工程职业技术学院实训室安全分级分类管理办法	85

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕279号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理总则》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室安全管理总则

广西生态工程职业技术学院
2021年10月27日



附件

广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理总则

第一章 总则

第一条 为切实加强我校实训室的安全管理工作，保护全校师生员工的生命财产安全，维护教学、实训等工作的正常秩序，建设平安校园，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规和规章，结合广西生态工程职业技术学院自身特点，制定本校实训室安全管理总则。

第二条 本办法中的“实训室”是指全校开展教学、实训的所有实训场所，包括学校英语实训室、计算机实训室、专业多媒体教室、专业实训基地等。

第二章 组织机构和经费保障

第三条 学校对实训室安全管理实施校级、二级学院二级体系，学校成立校级实训室安全工作领导小组，校级实训室安全工作领导小组人员组成及职责如下：

组 长：主管副校长

副组长：教务处长

成 员：各二级学院院长

主要职责：

1. 研究部署学校实训室安全工作，对学校实训室安全工作

负全面领导责任。

2. 贯彻执行并督促各实训室（教学和科研）认真执行上级部门及学校有关安全生产工作方面的方针、政策和规章。

3. 落实学校实训室安全工作经费，保障实训室安全工作正常开展。

4. 组织制订学校实训室安全工作的各项规章制度。

5. 组织督促各二级学院广泛开展安全教育及培训。

6. 部署实训室安全大检查。对查出的实训室安全隐患漏洞，及时督促整改。

7. 对发生的实训室安全事故，及时组织调查研究，分析事故原因，采取防范措施，并在规定时间内向上级有关部门报告。对事故责任者，根据有关规定进行严肃处理。

第四条 二级学院成立院级实训室安全工作领导小组，由二级学院院长为负责人，二级学院分管实训室安全的领导、专业负责人、实训员参加。二级学院实训室安全工作领导小组的成立须以院级文件形式下达。

第五条 每年1月份，校级实训室安全工作领导小组与各二级学院签订实训室安全管理责任书。二级学院与实训员及每一位使用实训室的教师签订实训室安全管理责任书。

第六条 学校年度预算中应设置实训室安全常规经费预算，各二级学院每年应从学院经费中支出一部分投入实训室安全建设和管理。

第三章 安全规章制度和文化建设

第七条 学校应建立安全风险评估制度、危险源全周期管理制度、实训室安全应急制度、奖惩与问责追责制度和安全培训制度等管理细则。

第八条 二级学院须建有专业特色的实训室安全管理制度，包含二级学院的安全检查、值班值日、实训风险评估、实训室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有二级学院发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用。

第九条 二级学院按学校、专业特色营造安全文化，编制实训室安全手册供师生查阅，借助微信公众号、安全知识竞赛等多种方式，加强安全宣传。

第四章 安全教育培训

第十条 新进师生在进入实训室之前，必须进行安全教育或培训，每次培训都要做好记录并存档。

第十一条 新进师生必须接受的安全教育内容有：安全方针、政策、规定；学校安全管理相关规定；安全经验教训；实训室基本情况介绍；各项实训技能安全操作规程；仪器使用等。

第十二条 培训方式

（一）由各二级学院主管实训室工作的领导负责，组织有关人员开展安全教育培训，规定每学期至少开展一次。

（二）专业实训技能部分由上课的专任教师和实训室管理员在实训开始前完成培训。

（三）仪器使用的培训由仪器负责人组织培训。

第十三条 全体教职工平时要自觉学习贯彻安全规章制度，特别要加强对学生进行经常性教育，教育学生遵章守纪，履行安全职责；辅导员（班主任）要将学生的安全教育作为一项经常性的工作，列入学生管理工作的重要议事日程，积极开展安全教育，普及安全知识，增强学生的安全意识和法制观念，提高防范能力；学生必须接受学校安全教育，提高安全意识和防范能力，严格遵守学校各项安全管理制度。

第五章 实训仪器设备管理

第十四条 实训室设备的设置和器材的存放必须遵循安全、科学、规范、整洁、有序的原则。各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，建立设备领用、使用、借出、出入库台账，做到档案资料齐全、完整。

第十五条 进入实训室工作和学习的人员，必须遵守实训室有关规章制度。未经实训室或设备管理人员同意不得擅自用实训室的设备、设施，学生实训时要全程指导，遵守仪器设备操作规程，不得违规操作或擅离职守，对于没有按规定操作导致设备故障者，要追究其责任。

第十六条 实训结束后应做好实训场所及器具的清洁、整理，安全有序地存放好所用过的设备器材。学生实训结束后实训器材的整理、存放，一般应有实训室管理人员的指导。

第十七条 加强实训室设备管理，按有关规定要求，对设备定期进行安全检查。易发生重大火灾的设备应符合防火防爆要求，并建立定期检查和维修制度。

第十八条 结合实训室特点制定安全防范工作预案，并组织师生员工进行灭火、逃生演习做到训练有素，临危不乱。

第十九条 加强实训室易燃易爆、剧毒物品等的管理。

（一）存放剧毒、易燃易爆物品的场所严禁烟火，门窗要有醒目的标志，有防毒器具和消防器材，并放置于明处；对不同特性物品的使用，应按照物品特性做出具体的使用规定，严格贯彻执行；建立领用登记制度，专人保管、随用随取，严格控制物品存放量，危险化学品、易制毒化学品、有毒有害化学品必须由任课老师领用，不允许直接由学生领用。

（二）涉及高温、加热、强酸、强碱、易燃易爆、有毒有害化学品等具有一定危险性实训时，实训前必须提前检查仪器设备状态，反复向学生强调安全问题，示范正确操作，且在学生实训过程中不得离开。学生在做危险性化学实训时，必须戴上防护眼镜和防护手套，严格按照规程操作。

（三）应配备化学实训废弃物分类容器。对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开；危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确；不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签；实训废弃物应存放在符合环保要求且安全的位置，标签信息清晰、大桶存放时不能超过公称容积的 85%，化学废弃物以及过期的化学物，统一由专人定期或定量按规定联系有关部门进行处理。

第六章 实训室卫生管理

第二十条 实训室必须清扫、整理和通风,以保持室内和环境卫生,做到门、窗、玻璃、天花板、墙壁无破损、无灰尘,地面无积水、无垃圾。实训室内的仪器设备、实训台架、凳和各种设施摆放整齐、布局合理,并经常擦拭,保持无污渍、无灰尘。实训室管理员要统一检查实训室卫生并根据需要进行清扫,每周至少3次,并做好记录,保持实训室整洁卫生。

第二十一条 每个教学单元结束下课前,授课老师应留出3-5分钟的时间组织并监督学生清理垃圾,摆齐桌椅及仪器,使实训室恢复到课前状态。实训室管理员在上课结束后应对实训室进行核查,核实任课教师反馈的问题,若核查出现重大问题者或屡教不改者,将记录备案并在年终考评中酌情扣分。

第二十二条 实训室是教学科研工作的重要场所,任何人不得在实训室内堆放杂物,实训室内禁止存放私人物品,如自行车、电动车、家具等。未经许可不得私自带陌生人进入实训室。

第七章 实训室安全检查

第二十三条 建立健全实训室安全管理工作责任制,层层落实安全责任。实行谁主管,谁负责;确定每个实训室的安全工作责任人,统一挂牌悬挂门上,便于督查和紧急情况的联系。

第二十四条 授课老师和实训室管理员要认真落实安全工作巡查制度,坚持一日三查制度(即上班前、上班中、下班后的安全自查),坚持周查、月查和节假日前的安全大检查。

第二十五条 各二级学院须组织有关人员对实训室进行例行检查,每月不少于1次,并记录在档。学校不定期开展实训室安全检查,每年不少于4次,发现安全隐患立即督促整改。

第二十六条 重点检查内容：用火、用电、用气部位安全措施，安全通道、出口畅通情况（上课时教室前后门是否打开），消防设施、器材、安全标识指示牌完好情况，易燃、易爆、危险物品和化学品的管理情况及其他安全隐患。

第二十七条 对违章操作、忽视安全而造成火灾、污染、中毒、人身重大伤害、精密贵重仪器和大型设备损坏等重大事故的，事后实训室工作人员要保护好现场，并立即向二级学院、教务处、保卫处和公安部门报告，对隐瞒不报或隐瞒事故真相的人员追究责任。

第八章 附则

第二十八条 本总则自颁布之日起实施，由教务处负责解释。

附件：1. 安全教育培训记录表

2. 二级学院实训室安全检查记录

3. 广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查
项目表

4. 实训室卫生保洁情况表

5. 实训仪器使用情况表

6. 实训仪器借用情况登记表

附件 1

安全教育培训记录表

学期		学习内容	学习时间	学生签名	教师签名
20 -20 学年	第一 学期				
	第二 学期				

附件 2

二级学院实训室安全检查记录表

[illegible]

附件 3

广西生态工程职业技术学院实训室安全情况检查项目表

序号	检查项目	检查要点	情况记录
1	责任体系		
1.1	二级单位党政负责人作为实训室安全工作主要领导人	查二级学院文件	
1.2	成立院级实训室安全工作领导小组	由学院党政主要领导作为负责人，分管实训室安全领导及研究所、中心、教研室、实训室等负责人参加	
1.3	建立院实训室安全责任体系	实训室等机构有安全责任人和管理人，查学院发布的文件；查资料或网络管理系统	
1.4	有实训室安全管理责任书	签订责任书到实训房间安全责任人，及每一位使用实训室的教师	
1.5	建立实训室安全工作档案	包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找	
2	规章制度		
2.1	有院级实训室安全管理制度	建有专业特色的实训室安全管理制度，包含学院的安全检查、值班值日、实训风险评估、实训室准入、应急预案、安全培训等管理制度；制度文件应有学院发文号，文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用	
3	安全宣传教育		
3.1	开展实训教学前的安全教育活动	新进实训室的学生必须开展安全教育，查记录	
3.2	开展结合专业特点的应急演练	查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等；每年至少开展一次应急演练	
3.3	编印实训室安全手册	有实训室安全手册	
3.4	创新宣传教育形式，加强安全文化建设	通过微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实训室安全评估、安全知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
4	安全检查		
4.1	建立危险源分布清单	清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息	
4.2	涉及危险源的实训场所，应有明确的警示标识	涉及危化品、病原微生物等高危场所，有显著明确的警示标识	
4.3	建立针对重要危险源的风险评估和应急预案方案	由实训室建立，报院备案，检查院文件	
4.4	开展定期检查	每月不少于1次，并记录存档。查记录	
4.5	实训室房间须建立值日台账	每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字。查记录。	
4.6	整改材料检查	对整改资料进行规范存档	
4.7	二级学院应对问题隐患进行及时整改	查整改报告。整改报告应在规定时间内提交学校，并归档；如存在重大隐患，实训室应立即停止实训活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实训。	
5	实训场所		
5.1	实训场所应张贴安全信息牌	每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新	
5.2	实训室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品	保持消防通道通畅	
5.3	实训室建设和装修应符合消防安全要求	实训操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料；仪器设备安装符合建筑物承重载荷；有可燃气体的实训室不设吊顶；废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭；实训室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径	
5.4	实训室所有房间均须配有应急备用钥匙	应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用	
5.5	实训室水、电、气管线布局合理，安装施工规范	采用管道供气的实训室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识；供气管道有标识，无破损；高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离	
5.6	实训室分区应相对独立，布局合理	有毒有害实训区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物类实训室	
5.7	实训室环境应整洁卫生有序	实训室物品摆放有序，卫生状况良好，实训完毕物品归位，无废弃物、不放无	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		关物品：不在实训室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，不准吸烟、不使用可燃性蚊香	
5.8	实训室有卫生安全值日制度	实训期间有值日情况记录	
5.9	每间实训室均有编号并登记造册	查看现场	
5.10	危险性实训室应配备急救物品	配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内	
6	安全设施		
6.1	实训室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练	烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀	
6.2	紧急逃生疏散路线通畅	在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上；路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项	
6.3	有需要的实训场所配备符合设计规范的通风系统	管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机；实训室通风系统运行正常，柜口面风速 0.35-0.75 米/秒，定期进行维护、检修；屋顶风机固定无松动、无异常噪声	
6.4	通风橱的配置合理、使用正常、操作合规	根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）；任何可能产生高浓度有害气体而导致个人暴露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实训，都应在通风橱内进行；进行实训时，可调玻璃视窗开至台面 10-15 厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位；玻璃视窗材料应是钢化玻璃；实训人员在通风橱进行实训时，避免将头伸入调节门内；不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内，以免堵塞排风口；通风橱内放置物品应距离调节门内侧 15 厘米左右，以免掉落	
7	基础安全		
7.1	实训室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准	实训室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		老化的线缆、花线和木质配电板：禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源	
7.2	给水、排水系统布置合理，运行正常	水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；各楼层及实训室的各级水管总阀需有明显的标识	
7.3	实训人员需配备合适的个人防护用品	凡进入实训室人员需穿着质地合适的实训服或防护服；按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；进行化学、生物安全 and 高温实训时，不得佩戴隐形眼镜；操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等；穿着化学、生物类实训服或戴实训手套，不得随意进入非实训区	
7.4	个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识	在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用	
7.5	各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录	检查培训及维护记录	
7.6	危险性实训（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场	实训时不能脱岗，通宵实训须两人在场并有事先审批制度	
7.7	实训台面整洁、实训记录规范	查看实训台面和实训记录	
8	实训室化学品存放		
8.1	实训室内化学品建有动态台帐	建立本实训室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅；定期清理过期药品，无累积现象	
8.2	化学品有专用存放空间并科学有序存放	储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、氧化和还原化学品不得混放、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实训台架无挡板不得存放化学试剂	
8.3	实训室内存放的危险化学品总量符合规定要求	原则上不应超过 100 公升或 100 千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50 公升或 50 千克，且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克；单个实训装置存在 10 公升以上甲类物质储罐，或 20 公升以上乙类物质储罐，或 50 公升以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。可按 50 平方米为标准，存放量以实训室面积比考察	
8.4	化学品标签应显著完整清晰	化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置	
8.5	试剂需要张贴标签	标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等；装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确；无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象；如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签	
8.6	不使用破損量筒、試管等玻璃器皿	查看现场	
9	机电等安全		
9.1	建立设备台帐，设备上有资产标签，有明确的管理人员	查看电子或纸质台帐	
9.2	大型、特种设备的使用需符合相关规定	大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项	
9.3	仪器设备的接地和用电符合相关要求	仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于 0.5 欧；电脑、空调、电加热器、饮水机不随意开机过夜；对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）	
9.4	特殊设备应配备相应安全防护措施	特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
9.5	机械设备应保持清洁整齐，可靠接地	机床应保持清洁整齐；严禁在床头、床面、刀架上放置物品；机械设备可靠接地实训结束后，应切断电源，整理好场地并将实训用具等摆放整齐，及时清理机械设备产生的废渣、屑	
9.6	操作机械设备时实训人员应做好个人防护	进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生戴好工作帽，禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等；设备运转时严禁用手调整工件；个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等；操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套	
9.7	高空作业应符合相关操作规程	2米以上高空临边、攀登作业，须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带，有相关安全操作规程	
9.8	电气设备的使用应符合用电安全规范	各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备；试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端；高压、大电流等强电实训室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等；强电实训室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具；电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源；强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网	
9.9	操作电气设备应配备合适的防护器具	强电类实训必须二人以上，操作时应戴绝缘手套；静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴	
9.10	大量粉状物质的储存与使用场所，应选用防爆型的电气设备	防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求；粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花	
9.11	产生粉尘的实训场所，须穿戴合适的个人防护用具	粉尘场所应穿防静电棉质衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器	
10	特种设备与常规冷热设备		

序号	检查项目	检查要点	情况记录
10.1	额定起重量大于规定值的设备须取得《特种设备使用登记证》	额定起重量大于等于 3 吨且提升高度大于等于 2 米的起重设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》	
10.2	起重机械操作人员、检验单位须有相关资质	操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每 4 年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置	
10.3	起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施	在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录；制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施；起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道	
10.4	存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求	容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置；电气设施是否防爆，避雷装置接地良好	
10.5	压力容器应有专用管理制度和操作规程，实行使用登记	制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制；实行使用登记制度，及时填写使用登记表；定期检查大型实训气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好	
10.6	贮存危险化学品的气箱满足防爆要求	贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上应注明是否为防爆冰箱	
10.7	冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封	标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶螺口拧紧，无开口容器；实训室冰箱中不放置食品	
10.8	冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求	冰箱不超期服役（一般使用期限控制为 10 年），如超期使用需经审批；冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热；烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为 12 年），如超期使用需经审批；加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等	
10.9	烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识；烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品；不使用塑料筐等易燃容器盛放实训物品在烘箱等加热设备内烘烤；使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开；使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或 10-15 分钟检查一次），或有实时监控设施；使用中的烘箱、	

序号	检查项目	检查要点	情况记录
		电阻炉要标识使用人姓名	
10.10	使用明火电炉或者电吹风须有安全防范措施	涉及化学品的实训室不使用明火电炉；如不可替代必须使用，须有安全防范措施；不使用明火电炉加热易燃易爆试剂；明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔掉电源插头；不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱	

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕360号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室安全事故应急处置预案》的通知

学校各部门：

为加强实训室安全管理，提高实训室安全事故应急能力，现将《广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置预案》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室安全事故应急处置
预案

广西生态工程职业技术学院
2021年11月8日



附件

广西生态工程职业技术学院 实训室安全事故应急处置预案

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实学校“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，指导和规范实训室安全工作，最大程度地预防实训室突发事件，尽力减少事故造成的损害，妥善处置及消除突发事件带来的影响，保障师生员工的人身安全，维护校园正常的学习、工作秩序。依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规要求，结合学校实际，特制定本预案。

第二章 组织机构及职责

第二条 安全事故应急处置领导小组

组 长：主管教学副校长

副组长：教务处处长

成 员：学生工作处处长、安全稳定处处长、各二级学院院长

职 责：全面负责领导、协调实训室安全事故的应急处置工作。

领导小组下设办公室（办公室设在教务处）

主 任：教务处处长

成 员：教务处分管实训工作副处长、二级学院分管实训工作院长

职 责：充分利用各种渠道进行实训安全知识的宣传教育，组织、指导实训安全常识的普及及教育，广泛开展与实训安全和有关技能训练，不断提高广大师生的防范意识和技能。认真做好日常实训中的安全防范工作，强化管理，保证实训设备保持良好的运行状态。

一旦事故发生，要采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行救护工作，把伤害降到最低点。调动一切积极因素，全面保证和促进学校安全稳定。

第三章 事故预防、预警及响应

第三条 事故预防、预警

（一）各二级学院对各种可能发生的安全事故，完善预防、预警机制，开展风险评估，做到早防范、早发现、早报告、早处置。

（二）各二级学院加强应急反应机制日常管理和实训教师培训教育，经常开展实训室事故演练，完善应急处置预案，提高应对突发事件的实战能力。

（三）各二级学院专业应对应急预案定期评估，并根据具体情况不断进行完善和修订。

第四条 应急响应

（一）事故现场人员是事故报告的责任人，所在专业为事故

报告的责任单位。

（二）责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制，责任报告单位负责人在接到报告后，初步判定事故情况，进行现场处置，必要时启动应急预案，实训管理员应第一时间到达事故现场，协助实训室安全事故的处置。

（三）实训室安全事故上报机制为：报告人→实训管理员→分管实训室副院长→突发事件应急领导小组。

（四）凡发生实训室安全事故的必须逐级上报，不得隐瞒。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故及其重要情况的，根据相关规定对有关责任人给予相应处分。

第四章 安全事故应急处理预案

第五条 实训室火灾事故

（一）处置程序

全体师生员工，任何人在任何时间发现实训室或实训场地有火情时，要在第一时间做好以下工作：

1. 除煤气、天然气、液化气等着火外，根据火势情况，如需报警的应立即就近用电话或手机报告消防中心（电话 119），并通知实训室安全责任人（实训管理员/实训室责任教师）、应急领导小组成员或学校职能部门，应急领导小组成员或学校职能部门应迅速指定专人到大门外等候并引导消防车直达火灾现场。

2. 在确保人员安全的前提下，应急领导小组成员或学校职能部门应迅速就近组织相关人员利用就近的消防器具进行扑救。

（二）组织实施

1. 应急领导小组、学校职能部门和附近教职员工等要迅速投入救援工作，救援原则是“先救人，后救物”。

2. 开通全部安全通道，组织师生撤至安全地带，调查是否有人困在火场，并阻止不知情的人员向现场靠近。

3. 参与救援人员应使用灭火器、水桶、脸盆等灭火或控制火势。

4. 消防车到来之前，所有教职工均有义务在现场应急领导小组或值班领导的指挥下参加扑救，消防车来之后要听从消防队员的指挥做好配合工作。

（三）扑救方法

1. 各类火灾都可以使用学校配置的灭火器扑救。

2. 扑救液体火灾，如汽油、柴油、食用油等，只能用灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。

（四）注意事项

1. 火灾事故务必保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

2. 火灾第一发现人应查明原因，如是电源引起，应立即切断电源。

3. 发现火灾后应掌握“边救火，边报警”的原则。

4. 人员在逃生时应掌握正确的方法。

5. 一般情况不组织未成年学生参加灭火。

第六条 实训室爆炸事故

（一）实训室发生爆炸事故时，在确认安全的情况下，实训室相关人员要及时切断电源和火源；

（二）所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离爆炸现场。

（三）实训管理员根据事故与险情等级报告相应机构和部门。

第七条 实训室触电事故

（一）发生触电事故时，应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，不可用手或身体其他部位直接接触触电者，不可用金属或潮湿的东西挑电线。

（二）遇到人员触电，应先切断电源，保障安全前提下及时实施救护。

第八条 实训室机械事故

（一）当事故发生后或发现事故预兆时，应先停机安全切断电源，并根据情况立即采取正确方法施救，向有关人员报告或报警。

（二）现场有关人员迅速与就近医院联系或报 120 急救中心。

（三）迅速判断事故发展状态和现场情况，调动相应设备工具，采取正确方法施救。

（四）急救人员按照有关救护知识，立即救护抢救出来的伤员在等待医生救治或送往医院抢救途中，不要停止和放弃施救，是否死亡应由医生判断。因机械坠落一般会有骨伤伤害，因此在施救过程中要特别注意防止给伤者造成二次伤害。

（五）当事故发生后，或发现事故预兆时，应迅速组织无关人员撤离事故现场，积极采取有关措施并组织治安队人员建立警戒，不让无关人员进入事故现场，并保证事故现场救援道路畅通，以便救援的实施。

（七）当发生重特大事故，如上一级部门在事故现场建立应急指挥部，专业救援队到达事故现场后，本项目急救人员应协助他们进行施救，并服从他们的统一指挥。

（八）由学校医务室医务人员负责救护和运送伤员。

第九条 危险药品安全事故

（一）危险药品要求专柜存放，专人管理。

（二）在实验操作过程中出现安全事故，实训教师和实训管理员要及时将学生和相关人员疏散至安全地段，并第一时间控制危险物品，防止连锁事故的蔓延，同时迅速将情况报告教务处和学校领导。

（三）在最短时间内将受伤师生送至医院抢救，紧急时直接拨打 119、120 等请求援助。

（四）保护好事故现场。

（五）采取有效措施，做好善后处置工作。

第五章 责任与奖惩

第十三条 学校实训室安全事故应急处置工作纳入教职工年终考核、职称评审等工作中。

第十四条 表彰奖励

在突发事件的预防、监测、预警、发现、报告、处置、救援等环节中表现突出、成绩显著的先进集体和个人,学校给予表彰和奖励。

第十五条 责任追究

学校实训室安全事故应急处置工作实行领导责任制和责任追究制,对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或在应急救援、预警、处置、救援以及恢复重建工作中有失职、渎职行为的,追究有关人员的责任,给予相应的处分。

第六章 附则

第十六条 本预案自公布之日起执行,由教务处负责解释。

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕361号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室安全管理细则》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室安全管理细则

广西生态工程职业技术学院

2021年11月3日



附件

广西生态工程职业技术学院

实训室安全管理细则

第一章 实训室安全准入

第一条 各级主管实训室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实训室安全培训，并留有培训记录。学校分管领导需定期对实训管理员及实训教师进行安全教育，并监督其对学生进行安全教育，未通过教育培训掌握合格安全技能的师生，不得进入实训室。

第二条 定期对学校实训室安全责任体系的各级管理人员，如相关校领导、中层干部、安全职能部门管理人员、专职技术人员、开展实训活动的实训教师等进行培训与考核。

第三条 实训教师首次课上需对学生进行实训室安全教育宣讲，并于每次实训课前强调实训中可能存在的危险因素及注意事项，对实训过程中学生的安全操作进行监督与指导。

第四条 各二级学院需根据实训室安全风险等级，结合学生可能面对的具体危险源，对师生进行针对性培训，并在实训过程中进行监督、指导。

第五条 进入实训室学习工作的人员需树立个人安全意识，主动学习安全知识、注意安全行为，对自己及他人的安全负责。

第二章 实训室安全检查

第六条 各二级学院应建立安全检查台账，定期对实训场所进行安全自查，对于检查发现存在问题的，以整改意见书通知被检查实训室，并及时落实整改，形成整改记录并存档；教务处下发了整改通知书后二级学院要立即整改并按规定时间上交整改报告，并做好纸质材料和电子材料的归档。

第七条 每个实训室门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新。

第八条 实训室要定期检查照明和消防设施是否符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯等）；检查监控、报警装置、通风装置和喷淋装置是否正常；张贴安全警示标识；油液废弃物分类区域明确，规范放置；危险品与教学实训区明确分开，布局合理。根据实训室风险等级，对一级、二级、三级安全风险实训室加大检查力度和频率。

第九条 安全消防设施

（一）根据实训室情况配置相应的消防器材，并确保正常有效。

（二）实训室必须安装应急指示灯。

（三）灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用。

第十条 水电安全

（一）用电基础安全

1. 插头插座功率需匹配，无私自改装现象。
2. 不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象。
3. 多个大功率仪器不使用同一个接线板。
4. 不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面；无电源插座未固定、插座插头破损现象。
5. 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头。
6. 水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩。
7. 实训室和电气设备配备空气开关和漏电保护器。
8. 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地板上的导线应有盖板或护套。
9. 配电柜/箱无物品遮挡并便于操作。

（二）用水安全

1. 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象。
2. 各类连接管无老化破损现象。
3. 无自来水龙头开着时人离开的现象。

第三章 实训室卫生安全管理

第十一条 实训管理员要统一检查实训室卫生并根据需要进行清扫，每周至少3次，并做好记录，保持实训室整洁卫生。实训管理员定期检查实训场所卫生情况，对于发现的问题进

行整顿，保障实训场所卫生干净整齐。节假日前应进行卫生安全检查，并做好相应的记录。

第十二条 进入实训室的人员有责任与义务维护实训室干净整洁，不得将零食、饮料等带入实训室，不得随地吐痰、乱扔杂物。

第十三条 未经批准不得在室内进行一切与实训教学、科研无关的活动及文体活动，与实训教学无关的物件不可放置在实训室内，比如私人物品、旧展板等，尤其严禁将电动车放在实训场所，严禁在实训场所内给电动车充电。

第十四条 实训室的仪器、设备要保护完好、布局合理、摆放整齐。桌面、仪器表面做到无尘土，精密仪器要有盖布，要定期对仪器、操作台、洗手池等进行卫生清理。

第十五条 墙壁、门窗、管道、电源箱等做到无积灰与蛛网，墙面不准随意乱画和张贴字画，灯管上不得悬挂彩条及其他物品。

第十六条 涉及食品加工、食品储存等的实训室，必须根据相关的卫生要求进行食品加工和储存，过期食品要及时进行清理。

第四章 实训室安全风险评估

第十七条 各二级学院要依据危险源情况对实验室进行分级分类管理，实训室管理人员必须熟知本实训室危险源风险评估的详细内容及安全防范措施。切实监控并记录实训室内、外环境和

条件的变化,以修正风险识别与评估。对于超过风险预警值的指标,应确定相应的整改措施。对识别的风险进行监控,发生变化时重新评估,并根据新辨识评估的风险等级进行相应处理。

第十八条 实训管理员应对实训室进行每日巡检,对本实训室各种设备、设施、建筑物、危险源及工作实训环境等进行一次全面的排查,对隐患做到早发现、早报告、早整改。

第五章 考核与奖惩

第十九条 学校实训室安全工作领导小组定期对实训室安全培训与准入制度实施情况及培训记录进行检查;对于开展较好的实训管理员及教师给予一定的安全教育与培训经费支持。

第二十条 不按要求参加安全教育与培训的师生,不得进入实训室开展任何实训教学活动。对于拒不执行实训室相关管理规定或屡次违反相关规定的师生将酌情减少评奖评优资格。

第二十一条 一旦发生实训室安全责任事故,将倒查安全教育培训责任落实情况,根据事故原因认定情况追究未履行相关安全教育培训责任人员的责任,给予相应的处罚。须按照国家有关规定立即如实报告,不得瞒报、谎报或迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

第六章 附则

第二十二条 本制度自公布之日起执行,由教务处负责解释。

广西生态工程职业技术学院 文 件

校政字〔2021〕362号

关于印发《广西生态工程职业技术学院 实训室重要危险源风险评估和 应急管控方案》的通知

学校各部门：

现将《广西生态工程职业技术学院实训室重要危险源风险评估和应急管控方案》印发给你们，请结合实际，认真学习，贯彻执行。

附件：广西生态工程职业技术学院实训室重要危险源风险评估和应急管控方案

广西生态工程职业技术学院

2021年11月3日



附件

广西生态工程职业技术学院实训室重要 危险源风险评估和应急管控方案

第一章 总 则

第一条 为切实加强学校实训室的安全管理工作,保护全校师生员工的生命财产安全,维护教学、实训等工作的正常秩序,建设平安校园,根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规和规章,全面落实《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》(教技函〔2019〕36号)、《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》(教科信厅函〔2021〕38号)等文件精神,结合广西生态工程职业技术学院自身特点,制定本校实训室重要危险源风险评估和应急管控方案。

第二条 本方案中的“实训室”是指全校开展教学、实训的所有实训场所,包括学校英语实训室、计算机实训室、专业多媒体教室、专业实训基地等。

第三条 本方案适用于在广西生态工程职业技术学院实训室从事实训教学活动的全体师生以及涉及到的危险源风险评估和应急管控。

第二章 组织机构和经费保障

第四条 根据“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,

切实提高实训室的安全管理水平。依照国家相关法规及学校制度，在实训室管理中杜绝安全事故、消灭安全隐患、控制危险源的状态。按照有目的、有计划、有组织、有针对性以及“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，全面落实实训室安全工作责任制，加强事故隐患的检查与整改，明确各级职责，有效保证人身、设备及财产的安全，满足实训室实际工作的需要。

第五条 学校对实训室重要危险源风险评估和应急管控实施校级、二级学院、实训室三级体系，成立校级实训室重要危险源风险评估和应急管控工作领导小组，人员组成及职责如下：

组 长：主管教学副校长

副组长：教务处长

成 员：各二级学院院长

职 责：

1. 研究部署学校实训室重要危险源风险评估和应急管控工作，对学校实训室重要危险源风险评估和应急管控工作负全面领导责任。

2. 贯彻执行并督促各实训室（教学和科研）认真执行上级部门及学校有关实训室重要危险源风险评估和应急管控工作方面的方针、政策和规章。

3. 落实学校实训室重要危险源风险评估和应急管控工作经费，保障实训室重要危险源风险评估和应急管控工作正常开展。

第六条 实训管理员必须熟知本实训室危险源风险评估的详细内容及安全防范措施。切实监控并记录实训室内、外环境和条件的变化，要求各个实训室定期提供数据。对于存在危险风险的，应确定相应的整改措施。

第七条 实训教师及实训室责任教师需要熟知并依据本制度接受风险评估。

第三章 危险源的风险分类、识别及排查

第八条 危险源管理按其程度实行分类、分级管理。根据实训室危险源按其危险程度分为重要危险源和一般危险源即非重要危险源 2 个程度。重要危险源是指涉及使用或存放具有有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备（如起重类设备、压力容器、加热和制冷装置等）等。其他场所定义为一般危险源即非重要危险源。

第九条 实训室安全风险分级标准：根据实训室使用或存放危险源的危险程度，将实训室安全风险级别划分为一级（高危险等级）、二级（较高危险等级）、三级（中危险等级）、四级（一般危险等级）4 个等级。同一实训室兼具多种风险级别时，按最高等级执行。

涉及使用或存放易燃易爆、剧毒、易制毒化学品，麻醉品和精神药品，放射源等，为一级安全风险实训室；涉及使用或存放其他危险化学品，低致病性病原微生物、实验动物，压力容器等，为二级安全风险实训室。涉及使用冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等）等，为三级安全风险实训室。未列入以上3类的实训室，为四级安全风险实训室。

第十条 危险源类别一般包括物理性危险、化学性危险、生物性危险、心理、生理性危害、行为性危害等五类。

1. 物理性危险主要指设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；振动危害；电磁危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；造成冻伤的低温物质；粉尘与气溶胶；作业环境不良；信号缺陷；标志缺陷；其他。

2. 化学性危险指的是在进行化学作业时产生的化学废物，且对人体有极大的伤害。化学性废物指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性废弃化学物品。

3. 生物性危险是指一些生物对人类造成危害，包括致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物），传染病媒介物，致害动物，致害植物，其他生物性危险，危害因素等。

4. 心理、生理性危害是指负荷超限：体力、听力、视力、其他负荷超限；健康状况异常；心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他；辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、其他。

5. 行为性危害是指指挥错误：指挥失误、违章指挥、其他；