Clinic B

[Abteilung oder Praxis, Platzhalter]
[Leitung, Platzhalter]
[Straße, PLZ und Ort, Platzhalter]
[Telefon und E-Mail, Platzhalter]

LOGO CLINIC B

Quantitativer EEG- und ERP-Bericht

Patient	Mock Patient 042
Geburtsdatum	01.01.2016
Alter	10 Jahre
Geschlecht	weiblich
Aufnahme	15.09.2026
Fallnummer	MOCK-042
Frühere Messung	12.03.2026
Überweisung durch	[Platzhalter]
Besprechung der Ergebnisse	[Platzhalter]

Inhalt

1. Zusammenfassung 2
2. Signalqualität und Verarbeitung 2
3. Roh-EEG-Ausschnitt 3
4. Anamnese 3
5. Spektren und Karten 4
6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z) 5
7. Absolute Spektren je Elektrode 6
8. Bandquotienten und Indizes 7
9. Asymmetrie 7
10. Kohärenz 8
11. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs) 9
12. VCPT-Aufgabenleistung 10
13. Vergleich der Messungen 11
14. Hinweise zu den Ergebnissen 11
15. Interpretation 11
16. Schlussfolgerung 12

Software	V4 mockup 0.1
Normen	Mock norms 2026.1 (synthetisch)
Aufnahmesystem	Mitsar-Verstärker, WinEEG-Datei (Mockup-Bezeichnung)
Bericht	R-MOCK-042-B01 · Version 1 · Entwurf, nicht freigegeben

1. Zusammenfassung

Die größten markierten Abweichungen von der Altersnorm in dieser Messung sind: relative Theta-Leistung, Augen offen: Pz (z = -4,6), O1 (z = -4,0), O2 (z = -4,0); relative Theta-Leistung, Augen geschlossen: Pz (z = -4,4), O2 (z = -4,2), O1 (z = -4,0), P4 (z = -3,5), P3 (z = -3,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen offen: C3-C4 (z = 4,2); SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen: C3-C4 (z = 4,2); Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen: T5-O1 (z = 4,0), C3-T5 (z = 4,0), T5-P3 (z = 4,0), P3-O1 (z = 3,9), T3-T5 (z = 3,8), T3-C3 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7); Beta1-Kohärenz, Augen offen: T3-C3 (z = 3,9), C3-T5 (z = 3,9), T5-P3 (z = 3,8), P3-O1 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7), T3-T5 (z = 3,7), T5-O1 (z = 3,6); P1-Latenz, Go: O1 (z = 3,7), O2 (z = 3,2); Delta-Kohärenz, Augen geschlossen: Cz-T6 (z = -3,5). SUM-2

Die Liste ordnet die markierten Werte dieser Analysen nach |z|: absolute und relative Bandleistung, Karten je 1-Hz-Band, Alpha-Peak-Frequenz, Theta/Beta-Quotient, frontaler Alpha-Asymmetrieindex, Asymmetriekarte, Kohärenz je Elektrodenpaar, ERP-Peakamplitude und -latenz sowie die Ergebnisse der VCPT-Aufgabe. Sie zeigt die 5 größten und jeden markierten Wert ab 3 z. Nicht eingeordnet: die Spektren je 0,5-Hz-Schritt, die als Kurven gegen die Norm gezeigt werden, und die globale Kohärenz, die noch zu bestätigen ist. SUM-RULE-2

Markierte Werte in dieser Messung: Bandleistung 8 von 456, Karten je 1-Hz-Band 0 von 1102, Alpha-Peak und Quotienten 0 von 6, Asymmetriekarte 2 von 96, Kohärenz 15 von 2052, ERP-Peaks 2 von 21 und VCPT-Aufgabe 0 von 4. SUM-COUNT-1

2. Signalqualität und Verarbeitung

Augen offen: 164 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

Augen geschlossen: 171 von 180 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1

VCPT: 1168 von 1220 Sekunden wurden nach der Artefaktentfernung ausgewertet. Q-DUR-1


Akzeptierte VCPT-Durchgänge: Go 95, NoGo 92, Ignore 93, Novelty 95 (von je 100). Q-TRIALS-1

Artefaktentfernung durch die Klinikerin oder den Kliniker geändert: Komponente 6 (Muskel, links temporal) wurde beibehalten, obwohl die automatische Bereinigung ihre Entfernung vorschlug; 2 von 19 Komponenten wurden entfernt. Q-ICA-MAN-1

Ausgewertete Zeit: Augen offen 164 s, Augen geschlossen 171 s, VCPT 1168 s; Segmente von der Klinikerin oder dem Kliniker bestätigt. Q-SEG-1

Marker der Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen, von der Klinikerin oder dem Kliniker bei 9,3 Hz bestätigt. MK-1

3. Roh-EEG-Ausschnitt



Synthetisches Signal, keine Aufnahme: die ersten 4 s der ausgewerteten Segmente, Augen offen und Augen geschlossen, Durchschnittsreferenz, 19 Kanäle. Maßstab: 100 µV und 1 s.


4. Anamnese

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.


5. Spektren und Karten

Augen offen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen



Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen offen




Die relative Theta-Leistung, Augen offen, liegt an Pz (z = -4,6), O1 (z = -4,0) und O2 (z = -4,0) unter der Altersnorm. SP-REL-1


Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen offen, beträgt 9,2 Hz und ist nicht markiert (z = 0,2). APF-IN-2

Augen geschlossen

Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen




Relative Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen



Die relative Theta-Leistung, Augen geschlossen, liegt an P3 (z = -3,2), Pz (z = -4,4), P4 (z = -3,5), O1 (z = -4,0) und O2 (z = -4,2) unter der Altersnorm. SP-REL-1

Die Alpha-Peak-Frequenz, Augen geschlossen, beträgt 9,3 Hz und ist nicht markiert (z = 0,2). APF-IN-2



Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).


Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

6. Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z)

Augen geschlossen

Karten je 1-Hz-Band (absolute Leistung, z), Augen geschlossen




Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

7. Absolute Spektren je Elektrode


Augen offen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen offen



Augen geschlossen

Absolute Spektren je Elektrode, Augen geschlossen



Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Blau gestrichelt: frühere Messung.

8. Bandquotienten und Indizes

Messgröße		Wert	Normmittel	z
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen offen	2,42	2,75	-0.4
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen offen	0,01	-0,01	0.1
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen offen	9,2	9,1	0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz	Augen geschlossen	2,56	3,00	-0.4
Frontaler Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3)	Augen geschlossen	0,16	-0,00	0.9
Alpha-Peak-Frequenz (Hz)	Augen geschlossen	9,3	9,2	0.2

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen, beträgt 2,42 (z = -0,4). TBR-1


Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen offen, beträgt 0,01 (z = 0,1). FAA-1

Der Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen, beträgt 2,56 (z = -0,4). TBR-1

Der frontale Alpha-Asymmetrieindex (ln F4 minus ln F3), Augen geschlossen, beträgt 0,16 (z = 0,9). FAA-1


9. Asymmetrie

Augen offen




Der SMR-Asymmetrieindex, Augen offen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1

Augen geschlossen



Der SMR-Asymmetrieindex, Augen geschlossen, liegt für C3-C4 (z = 4,2) über der Altersnorm. ASY-1




Asymmetrieindex (rechts minus links) / (rechts plus links) je Elektrodenpaar, z gegen die Altersnorm. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

10. Kohärenz

Augen offen




Die Beta1-Kohärenz, Augen offen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T3-C3 (z = 3,9), C3-T5 (z = 3,9), T5-P3 (z = 3,8), P3-O1 (z = 3,8), C3-P3 (z = 3,7), T3-T5 (z = 3,7) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Markierte Elektrodenpaare, Augen offen

Band	Beta1						
Paar	T3-C3	C3-T5	T5-P3	P3-O1	C3-P3	T3-T5	T5-O1
Kohärenz	0,68	0,61	0,71	0,70	0,64	0,61	0,61
z	○ 3.9	○ 3.9	○ 3.8	○ 3.8	○ 3.7	○ 3.7	○ 3.6

Augen geschlossen



Die Delta-Kohärenz, Augen geschlossen, liegt für 1 Elektrodenpaar unter der Altersnorm: Cz-T6 (z = -3,5). COH-1


Die Beta1-Kohärenz, Augen geschlossen, liegt für 7 Elektrodenpaare über der Altersnorm: T5-O1 (z = 4,0), C3-T5 (z = 4,0), T5-P3 (z = 4,0), P3-O1 (z = 3,9), T3-T5 (z = 3,8), T3-C3 (z = 3,8) und 1 weitere in der Tabelle. COH-1

Markierte Elektrodenpaare, Augen geschlossen

Band	Delta	Beta1						
Paar	Cz-T6	T5-O1	C3-T5	T5-P3	P3-O1	T3-T5	T3-C3	C3-P3
Kohärenz	0,02	0,63	0,61	0,72	0,71	0,62	0,66	0,64
z	○ -3.5	○ 4.0	○ 4.0	○ 4.0	○ 3.9	○ 3.8	○ 3.8	○ 3.7

Globale Kohärenz (Mittel über alle Paare), zu bestätigen


	Delta	Theta	Alpha	SMR	Beta1	Beta2
Augen offen, Wert	0,22	0,22	0,22	0,20	0,24	0,23
Augen offen, z	-0.5	-0.7	-0.8	-0.4	0.9	1.2
Augen geschlossen, Wert	0,17	0,17	0,21	0,23	0,25	0,20
Augen geschlossen, z	-1.8	-1.9	-1.5	0.2	1.4	0.4




Linien: markierte Elektrodenpaare, nach z eingefärbt. Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z. Die globale Kohärenz ist eine Kernfunktion, die noch zu bestätigen ist; sie wird in der Zusammenfassung nicht eingeordnet.

11. Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs)

Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): Go



Ereigniskorrelierte Potenziale an den Elektroden (Kanal-ERPs): NoGo



Schwarz: diese Messung. Graue Linie und Band: normativer Mittelwert und Mittelwert ± 2 SD. Zeit 0: zweiter Reiz. Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche). Blau gestrichelt: frühere Messung.

ERP-Peakwerte

Komponente	Durchgangstyp	Elektrode	Amplitude (µV)	z	Latenz (ms)	z
P1	Go	O1	13,7	0.2	144	**o 3.7**
P1	Go	O2	11,5	-0.5	140	**o 3.2**
N1	Go	O1	-8,8	0.2	192	0.9
N1	Go	O2	-9,4	0.0	192	0.9
N2	NoGo	Fz	-5,0	0.9	268	0.1
N2	NoGo	Cz	-2,8	0.7	260	-0.2
P3	Go	Pz	15,0	0.0	368	-0.6
P3	NoGo	Cz	22,0	1.1	396	-1.0
P3	NoGo	Fz	16,0	0.8	412	-0.4
P3a	Novelty	Cz	15,8	0.2	360	1.2
CNV	Go	Cz	-7,0	-1.8	-200 bis 0	

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

ERP-Peaks von der Klinikerin oder dem Kliniker bestätigt. ERP-PEAK-1

Die P1-Latenz an O1, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (144 ms, z = 3,7). ERP-LAT-1

Die P1-Latenz an O2, Go-Durchgänge, ist später als die Altersnorm (140 ms, z = 3,2). ERP-LAT-1


Kommentar der Klinikerin oder des Klinikers

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

12. VCPT-Aufgabenleistung

Messgröße	Wert	Perzentil	z
Auslassungsfehler	2	46	-0.1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	4	81	0.9
Mittlere Reaktionszeit	409 ms	47	-0.1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	86 ms	42	-0.2

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.



Auslassungsfehler: 2, nicht markiert (Perzentil 46). BEH-IN-2

Fehlreaktionen (Kommissionsfehler): 4, nicht markiert (Perzentil 81). BEH-IN-2

Mittlere Reaktionszeit: 409 ms, nicht markiert (Perzentil 47). BEH-IN-2


Variabilität der Reaktionszeit (SD): 86 ms, nicht markiert (Perzentil 42). BEH-IN-2

13. Vergleich der Messungen


Messgröße	Früher 12.03.2026	z	Aktuell 15.09.2026	z
Auslassungsfehler	3	0.3	2	-0.1
Fehlreaktionen (Kommissionsfehler)	5	1.2	4	0.9
Mittlere Reaktionszeit	421 ms	0.1	409 ms	-0.1
Variabilität der Reaktionszeit (SD)	95 ms	0.1	86 ms	-0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen offen	2,81	0.0	2,42	-0.4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen offen	9,1	0.1	9,2	0.2
Theta/Beta-Quotient an Cz, Augen geschlossen	2,88	-0.1	2,56	-0.4
Alpha-Peak-Frequenz (Hz), Augen geschlossen	9,1	-0.1	9,3	0.2

Fett mit Ring: markierter z-Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche); die Zellfarbe zeigt z.

Früher 12.03.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen



Aktuell 15.09.2026: Absolute Leistung, z gegen die Altersnorm, Augen geschlossen



Ring: markierter Wert (nach Korrektur für multiple Vergleiche).

Relative Theta-Leistung an Pz, Augen offen: z = -4,0 am 12.03.2026, z = -4,6 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz T3-T5, Augen geschlossen: z = 4,5 am 12.03.2026, z = 3,8 am 15.09.2026. CMP-1

Relative Theta-Leistung an Pz, Augen geschlossen: z = -3,9 am 12.03.2026, z = -4,4 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz C3-P3, Augen geschlossen: z = 4,4 am 12.03.2026, z = 3,7 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz P3-O1, Augen geschlossen: z = 4,4 am 12.03.2026, z = 3,9 am 15.09.2026. CMP-1

Beta1-Kohärenz T3-C3, Augen geschlossen: z = 4,3 am 12.03.2026, z = 3,8 am 15.09.2026. CMP-1

Die frühere Messung vom 12.03.2026 wurde mit der aktuellen Software und den aktuellen Normen erneut ausgewertet (V4 mockup 0.1; Mock norms 2026.1 (synthetisch)). L-REPROC-1

Die Messungen stehen nebeneinander, jede gegen ihre eigene Altersnorm; Unterschiede zwischen ihnen werden nicht auf statistische Signifikanz geprüft. L-SIDE-1

14. Hinweise zu den Ergebnissen

Die Ergebnisse sind ein Baustein der klinischen Beurteilung. Die Software stellt keine Diagnose und gibt keine Therapieempfehlung. L-AID-1

z ist der Abstand eines Werts vom normativen Mittelwert in Standardabweichungen der Normstichprobe; etwa 95 % der Normstichprobe liegen zwischen z = -2 und z = 2. L-Z-1

Markierte Werte weichen nach Korrektur für multiple Vergleiche von der Altersnorm ab; die Korrektur hält Zufallsergebnisse unter den vielen Vergleichen selten. Ein nicht markierter Wert jenseits von 2 z kann allein durch Zufall abweichen. Die Korrekturmethode ist noch festzulegen. L-MC-1

15. Interpretation

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

16. Schlussfolgerung

Platzhalter für den Text der Klinikerin oder des Klinikers. Geschrieben im V4-Berichtseditor; das System schreibt hier nicht.

Freigabe

Freigegeben von	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Datum der Freigabe	_____ (wird bei der Freigabe durch die Klinikerin oder den Kliniker eingetragen)
Version	1 · Entwurf, nicht freigegeben
Ersetzt	keine, erste Version