CLINIC A

定量脳波・事象関連電位 レポート

Quantitative EEG and ERP report

日本語版は後の市場向けです。VCPTの値には別途承認が必要となる場合があります。
Japanese: later market; VCPT values may need a separate approval.

[クリニック画像のプレースホルダー：記録の様子と電極配置] Clinic image placeholder: recording set-up and electrode montage

[クリニック画像のプレースホルダー：スペクトルの例と帯域の凡例] Clinic image placeholder: example spectrum and band legend

氏名	Mock Patient 042		
症例コード	MOCK-042	**生年月日** **性別**	2016年1月1日 女
検査日	2026年9月15日	**年齢** **過去の測定**	10 歳 2025年9月23日、2026年3月12日

レポート	R-MOCK-042-0915 v1 · 下書き（未発行）	記録システム	Mitsarアンプ、WinEEGファイル（モックアップ用の表記）
テンプレート	CT-A v4・Clinic A・日本語	結果セット	RS-MOCK-042-0915-1
ソフトウェア	V4 mockup 0.1	印の付け方	Benjamini-Hochberg、解析ブロックごとにq = 0.05（暫定）
機器識別子（UDI-DI）	UDI：プレースホルダー（認証時に付与）	入力のチェックサム（識別情報を除いた信号のsha256）	90a3d80f627a22c2564cc31c7a41962 42572fcecff4a7d9729e3e283a83a3ef9 (合成入力、記録ファイルではありません)
処理パイプライン	mockup pipeline 0.1.0		
基準データ	Mock norms 2026.1 (synthetic)、データセット版2026.1	ICAシード値	33226（記録から導出して保存）
定型文ライブラリ	2026.2 (日本語の文言は未確認)	処理日時	2026年9月15日 10:46、所要400秒
デバイスブロック	デバイスブロック 2026.2		

1. 要約：Summary


本測定で印の付いた年齢基準からの偏差のうち、最も大きい項目は次のとおりです：閉眼時のベータ1コヒーレンス：T3-T5 (z = 4.8)、T5-P3 (z = 4.6)、T5-O1 (z = 4.6)、P3-O1 (z = 4.2)、T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 3.9)、C3-P3 (z = 3.9)／開眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.3)／開眼時のベータ1コヒーレンス：P3-O1 (z = 4.2)、T3-C3 (z = 4.1)、T5-O1 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.7)、T5-P3 (z = 3.7)／Go試行のN1振幅：O1 (z = −4.2)、O2 (z = −4.2)／閉眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.1)／開眼時のベータ2コヒーレンス：P4-O2 (z = 3.9)／開眼時のシータ相対パワー：P3 (z = −3.5)、P4 (z = −3.4)、O1 (z = −3.4)、O2 (z = −3.3)、Pz (z = −3.2)。

この一覧は、次の解析で印の付いた値を|z|の大きい順に並べます：絶対パワーと相対パワー、1 Hz帯域ごとのマップ、アルファピーク周波数、シータ/ベータ比、前頭部アルファ非対称指数、前頭部シータ/頭頂部アルファ比、アルファ反応性、非対称マップ、電極ペアごとの二乗コヒーレンス、ERPピークの振幅と潜時、VCPT課題の結果。上位5項目と、3z以上の印の付いたすべての値を示します。0.5 Hzごとのスペクトル（基準と比較した曲線として表示）、4種類のグローバルコヒーレンス、電極ペアごとのラグ付きコヒーレンスは順位付けの対象外です。脳領域ごとのソースパワーはこの一覧に含みません。

本測定で印の付いた値：帯域パワー 456中5、1 Hz帯域マップ 1102中0、アルファピークと比・指数 9中0、非対称マップ 96中2、二乗コヒーレンス 2052中15、ERPピーク 21中2、VCPT課題 4中0、0.5 Hzごとのスペクトル 2242中0、グローバルコヒーレンス 48中0、電極ペアごとのラグ付きコヒーレンス 2052中0。

印の付いた最も大きい偏差（要約と同じ）

解析と条件	電極またはペア, z
閉眼時のベータ1コヒーレンス	T3-T5 o 4.8　T5-P3 o 4.6　T5-O1 o 4.6　P3-O1 o 4.2　T3-C3 o 4.1　C3-T5 o 3.9　C3-P3 o 3.9
開眼時のSMR非対称指数	C3-C4 o 4.3
開眼時のベータ1コヒーレンス	P3-O1 o 4.2　T3-C3 o 4.1　T5-O1 o 4.1　T3-T5 o 3.8　C3-T5 o 3.8　C3-P3 o 3.7　T5-P3 o 3.7
Go試行のN1振幅	O1 o −4.2　O2 o −4.2
閉眼時のSMR非対称指数	C3-C4 o 4.1
開眼時のベータ2コヒーレンス	P4-O2 o 3.9
開眼時のシータ相対パワー	P3 o −3.5　P4 o −3.4　O1 o −3.4　O2 o −3.3　Pz o −3.2



読み方：zは、基準平均からの距離を基準集団の標準偏差で表した値です。セルとマップの色は固定のスケールでzを示します（青は年齢基準より低い、赤は高い）。太字で輪の付いた値：多重比較の補正後に印の付いた値。マップの点線：|z| = 2（これだけでは印は付きません）。

2. 信号品質と処理：Signal quality and processing

開眼時：アーチファクト除去後、180秒中164秒を解析しました。

閉眼時：アーチファクト除去後、180秒中171秒を解析しました。

VCPT：アーチファクト除去後、1220秒中1168秒を解析しました。

採用したVCPT試行数：Go 95、NoGo 92、Ignore 93、Novelty 95（各100試行中）。


アーチファクト除去は臨床医が変更しました：自動クリーニングは成分6（筋電、左側頭部）の除去を提案しましたが、保持しました。18個中2個の成分を除去しました。

解析区間は、臨床医が提案どおりに確認しました。


閉眼時のアルファピーク周波数（後部電極の平均）：提案値9.2 Hzを臨床医が変更せずに確認しました。印なし（z = 0.0）。

3. 脳波原波形（抜粋）：Raw EEG excerpt

開眼時、1〜9秒、臨床医が選択（合成）



閉眼時、1〜9秒、臨床医が選択（合成）



合成信号（実際の記録ではありません）：記録ビューアで臨床医が選んだ8秒の抜粋、アーチファクト除去後、平均基準、19チャンネル、陰性が上。スケール：100 µVと1秒。

4. 既往歴・問診：Anamnesis and clinical interview


問診	合成の例文です。ご家族の希望により定量脳波・事象関連電位の検査を実施。当院での3回目の測定。
既往歴	合成の例文です。保護者から特記すべき事項の報告はありません。
服薬	合成の例文です。報告なし。
現在の症状	合成の例文です。保護者によると、睡眠と食欲はいつもどおりです。

5. スペクトルとマップ：Spectra and maps

開眼時


絶対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz




開眼時のシータ帯域の相対パワーは、P3 (z = −3.5)、Pz (z = −3.2)、P4 (z = −3.4)、O1 (z = −3.4)、O2 (z = −3.3)で年齢基準より低い値です。

開眼時のアルファピーク周波数は9.1 Hzで、印は付いていません（z = 0.0）。

閉眼時


絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz




相対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



閉眼時の絶対パワーおよび相対パワーには、印の付いた値はありません。

閉眼時のアルファピーク周波数は9.2 Hzで、印は付いていません（z = 0.0）。




輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

臨床医コメント：Clinician's comment


臨床医ブロック（このサンプルでは空欄）。

6. 1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）：Maps per 1 Hz band (absolute power, z)

1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）, 開眼時



1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）, 閉眼時




輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

7. 電極ごとの絶対スペクトル：Absolute spectra per electrode


開眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 開眼時



閉眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 閉眼時



黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。青破線：過去の測定。


8. 周波数マーカー：Frequency markers

周波数マーカー


番号	条件	電極	周波数（Hz）	z	質問、回答	選択
1	開眼時	C4	13.5	0.7	-	提案、確認済み
2	開眼時	O2	9.0	0.5	-	提案、確認済み
3	開眼時	C4	21.5	0.4	-	提案、確認済み
1	閉眼時	F3	6.0	0.6	-	提案、確認済み
2	閉眼時	O2	9.0	0.5	-	提案、確認済み
3	閉眼時	C4	23.0	0.4	-	提案、確認済み

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

マーカー周波数のz値、開眼時



マーカー周波数のz値、閉眼時



四角：マーカーの電極。輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

開眼時の周波数マーカー：システムの提案を臨床医が変更せずに確認しました。マーカー数：3。

閉眼時の周波数マーカー：システムの提案を臨床医が変更せずに確認しました。マーカー数：3。

システムは条件ごとに、スペクトルのピークのうち正のz値が最も大きいものを最大3つ提案します（0.5 Hzごとの絶対パワー）。臨床医がマーカーを確認、移動、削除、追加します。各マーカーにはz値と、その値に印が付いているかを示します。

9. 帯域比と指数：Band ratios and indices

項目		値	基準平均	z
Czのシータ/ベータ比	開眼時	2.54	2.76	−0.3
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	開眼時	-0.06	-0.01	−0.6
前頭部シータ/頭頂部アルファ比	開眼時	1.78	1.11	0.7
アルファピーク周波数（Hz）	開眼時	9.1	9.1	0.0
Czのシータ/ベータ比	閉眼時	2.66	2.82	−0.2
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	閉眼時	-0.07	-0.01	−0.6
前頭部シータ/頭頂部アルファ比	閉眼時	0.72	0.46	0.7
アルファピーク周波数（Hz）	閉眼時	9.2	9.2	0.0
アルファ反応性	閉眼時／開眼時	2.49	2.38	0.1

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

前頭部シータ/頭頂部アルファ比：F3、Fz、F4の平均絶対シータをP3、Pz、P4の平均絶対アルファで割った値。アルファ反応性：P3、Pz、P4、O1、O2の平均絶対アルファの閉眼時を開眼時で割った値。いずれも対数尺度で基準と比較し、比として示します。

開眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は2.54です（z = −0.3）。

開眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は-0.06です（z = −0.6）。

開眼時の前頭部シータ/頭頂部アルファ比（F3、Fz、F4の平均をP3、Pz、P4の平均で割った値）は1.78です（z = 0.7）。

閉眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は2.66です（z = −0.2）。


閉眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は-0.07です（z = −0.6）。

閉眼時の前頭部シータ/頭頂部アルファ比（F3、Fz、F4の平均をP3、Pz、P4の平均で割った値）は0.72です（z = 0.7）。

アルファ反応性（P3、Pz、P4、O1、O2の平均絶対アルファパワー、閉眼時を開眼時で割った値）は2.49です（z = 0.1）。


10. 左右差：Asymmetry

開眼時



開眼時のC3-C4におけるSMR帯域の非対称指数は0.24（C4のパワーが大きい）で、年齢基準より高い値です（z = 4.3）。


閉眼時



閉眼時のC3-C4におけるSMR帯域の非対称指数は0.25（C4のパワーが大きい）で、年齢基準より高い値です（z = 4.1）。

印の付いた電極ペア


条件	帯域	ペア	指数	パワーが大きい電極	z
開眼時	SMR	C3-C4	0.24	C4	○ 4.3
閉眼時	SMR	C3-C4	0.25	C4	○ 4.1



電極ペアごとの非対称指数（右−左）／（右＋左）：年齢基準に対するz値をペアの右電極に、符号を反転した値を左電極に示します。正中線は0。 輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

11. コヒーレンス：Coherence

開眼時、二乗コヒーレンス




開眼時のベータ1帯域の二乗コヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：P3-O1 (z = 4.2)、T3-C3 (z = 4.1)、T5-O1 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.7)、ほか1組は表を参照。

開眼時のベータ2帯域の二乗コヒーレンスは、1組の電極ペアで年齢基準より高い値です：P4-O2 (z = 3.9)。

印の付いた電極ペア、二乗コヒーレンス、開眼時

帯域	ベータ1							ベータ2
ペア	P3-O1	T3-C3	T5-O1	T3-T5	C3-T5	C3-P3	T5-P3	P4-O2
コヒーレンス	0.73	0.69	0.64	0.62	0.60	0.64	0.70	0.68
z	○ 4.2	○ 4.1	○ 4.1	○ 3.8	○ 3.8	○ 3.7	○ 3.7	○ 3.9

閉眼時、二乗コヒーレンス




閉眼時のベータ1帯域の二乗コヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：T3-T5 (z = 4.8)、T5-P3 (z = 4.6)、T5-O1 (z = 4.6)、P3-O1 (z = 4.2)、T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 3.9)、ほか1組は表を参照。

印の付いた電極ペア、二乗コヒーレンス、閉眼時

帯域	ベータ1						
ペア	T3-T5	T5-P3	T5-O1	P3-O1	T3-C3	C3-T5	C3-P3
コヒーレンス	0.68	0.76	0.67	0.73	0.69	0.61	0.66
z	○4.8	○4.6	○4.6	○4.2	○4.1	○3.9	○3.9

グローバルコヒーレンス（全電極ペアの平均）、4種類


	デルタ		シータ		アルファ		SMR		ベータ1		ベータ2	
	値	z	値	z	値	z	値	z	値	z	値	z
開眼時、二乗	0.28	1.0	0.28	1.1	0.26	0.5	0.23	0.5	0.26	1.7	0.26	2.1
開眼時、ラグ付き	0.14	1.3	0.11	0.6	0.08	−0.5	0.09	0.2	0.10	1.0	0.11	1.5
開眼時、瞬時	0.19	0.3	0.21	1.0	0.21	1.0	0.17	0.3	0.20	1.7	0.19	1.6
開眼時、総	0.30	1.0	0.29	1.1	0.28	0.5	0.25	0.4	0.28	2.0	0.27	2.2
閉眼時、二乗	0.29	1.2	0.27	0.8	0.30	0.9	0.26	1.3	0.25	1.5	0.23	1.1
閉眼時、ラグ付き	0.15	1.6	0.12	0.7	0.11	0.1	0.09	0.2	0.07	−0.2	0.07	−0.1
閉眼時、瞬時	0.18	0.1	0.19	0.3	0.23	0.9	0.20	1.3	0.22	2.2	0.18	1.3
閉眼時、総	0.30	1.2	0.28	0.7	0.32	0.8	0.27	1.1	0.27	1.7	0.24	1.0




線：二乗コヒーレンスに印の付いた電極ペア（色はz値）。 太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。 グローバルコヒーレンスは要約の順位付けの対象外です。

12. 電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）：Event-related potentials at the electrodes (channel ERPs)


チャンネルERP（Go試行）




チャンネルERP（NoGo試行）



チャンネルERP（Novelty試行）



Go試行とNoGo試行、およびその差（Go − NoGo、基準なし）



ERPピーク値

成分	試行種別	電極	振幅（μV）	z	潜時（ms）	z
P1	Go	O1	13.5	0.2	120	0.5
P1	Go	O2	11.8	−0.2	124	0.7
N1	Go	O1	-25.0	**−4.2**	188	0.3
N1	Go	O2	-24.9	**−4.2**	188	0.3
N2	NoGo	Fz	-6.8	0.0	276	0.3
N2	NoGo	Cz	-2.5	0.3	272	0.3
P3	Go	Pz	15.9	0.1	372	−0.1
P3	NoGo	Cz	19.4	0.3	388	−0.7
P3	NoGo	Fz	16.5	0.8	404	−0.3
P3a	Novelty	Cz	17.1	0.5	348	0.4
CNV	Go	Cz	-5.6	−0.5		

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

N1、N2、CNVでは、負のzは負の振幅が大きいことを示します。 CNV：第2刺激前の-200〜0 msの平均振幅。潜時はありません。

黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。時刻0：第2刺激。縦線：評価したピーク、輪：印の付いた値、横棒：CNVの区間とその平均。 青破線：過去の測定.

Go試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。

NoGo試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。

Novelty試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。

Go試行のO1におけるN1振幅は、年齢基準より負の振幅が大きい値です（-25.0 µV、z = −4.2）。
Go試行のO2におけるN1振幅は、年齢基準より負の振幅が大きい値です（-24.9 µV、z = −4.2）。

13. ERPピークの確認：ERP peak review

成分	試行種別	電極	ピークの明瞭さ	振幅	z	潜時	z	通常と異なる波形
P1	Go	O1	明瞭 (11.1)		0.2		0.5	
P1	Go	O2	明瞭 (11.0)		−0.2		0.7	
N1	Go	O1	明瞭 (27.8)	負の振幅が大きい	○ −4.2		0.3	
N1	Go	O2	明瞭 (27.8)	負の振幅が大きい	○ −4.2		0.3	
N2	NoGo	Fz	明瞭 (13.1)		0.0		0.3	
N2	NoGo	Cz	明瞭 (9.6)		0.3		0.3	
P3	Go	Pz	明瞭 (4.0)		0.1		−0.1	
P3	NoGo	Cz	明瞭 (15.5)		0.3		−0.7	
P3	NoGo	Fz	明瞭 (14.4)		0.8		−0.3	
P3a	Novelty	Cz	不明瞭 (1.1)		0.5		0.4	
CNV	Go	Cz	区間平均		−0.5	-	-	

年齢基準に対するチェック：ピークが明瞭で値に印が付いている場合にシステムが提案し、臨床医が確認または変更します。波形の形は臨床医だけが印を付けます。N1、N2、CNVでは、負の振幅が大きいことは陰性が大きいことを示します。ピークの明瞭さ：括弧内は残差ノイズのSDに対するピークの突出度（2以上で明瞭）。CNVは区間平均です。

ERPピークの確認（Go試行のO1におけるN1）：負の振幅が年齢基準より大きい（z = −4.2）。システムが提案し、臨床医が確認しました。

ERPピークの確認（Go試行のO2におけるN1）：負の振幅が年齢基準より大きい（z = −4.2）。システムが提案し、臨床医が確認しました。

ERPピークの確認（Novelty試行のCzにおけるP3a）：ピークが明瞭ではないため、偏差は提案していません（振幅 z = 0.5）。

ERPピークの確認：評価対象の11ピーク中9ピークは、臨床医が偏差のチェックなしで確認しました。

評価対象の各ピークについて、ピークが明瞭（時間窓内で期待される極性の局所極値で、窓の端ではなく、突出度が残差ノイズの2倍以上）で、その振幅または潜時に印が付いている場合にのみ、システムが偏差のチェックを提案します。臨床医がチェックを確認または変更し、通常と異なる波形に印を付けることができます。ピークが明瞭でない場合は何も提案しません。


14. VCPT課題の成績：VCPT task performance

日本ではこれらの値に別途承認が必要となる場合があります（表3.3） / In Japan these values may need a separate approval (table 3.3)


項目	値	パーセンタイル	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	2	46	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	4	81	0.9
平均反応時間	409 ms	47	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	86 ms	42	−0.2

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。


40試行ブロックごとのエラー数（基準なし）



試行ごとの反応時間



正しいGo試行の反応時間の分布



反応時間：第2刺激からクリックまで。帯と曲線は、基準集団の人の間で平均反応時間がどの程度ばらつくかを示し、個々の試行のばらつきではありません。

見逃しエラー（オミッションエラー）：2、印は付いていません（パーセンタイル 46）。

誤反応（コミッションエラー）：4、印は付いていません（パーセンタイル 81）。

平均反応時間：409 ms、印は付いていません（パーセンタイル 47）。


反応時間のばらつき（SD）：86 ms、印は付いていません（パーセンタイル 42）。

15. 測定の比較：Comparison of measurements


項目	過去 2025年9月23日 (後からアップロード)	z	過去 2026年3月12日	z	今回 2026年9月15日	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	3	0.3	3	0.3	2	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	6	1.5	5	1.2	4	0.9
平均反応時間	431 ms	0.2	421 ms	0.1	409 ms	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	97 ms	0.2	95 ms	0.2	86 ms	−0.2
Czのシータ/ベータ比, 開眼時	2.54	−0.3	2.22	−0.7	2.54	−0.3
アルファピーク周波数（Hz）, 開眼時	9.1	0.1	9.1	0.0	9.1	0.0
Czのシータ/ベータ比, 閉眼時	2.47	−0.4	2.26	−0.7	2.66	−0.2
アルファピーク周波数（Hz）, 閉眼時	9.3	0.3	9.2	0.0	9.2	0.0

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。


過去 2025年9月23日: 相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時



過去 2026年3月12日: 相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時



今回 2026年9月15日: 相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時



輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

閉眼時のベータ1コヒーレンス（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：C3-P3 4.5、5.0、3.9／T3-T5 4.4、4.7、4.8／C3-T5 4.5、4.8、3.9／T3-C3 4.5、4.7、4.1／T5-P3 4.1、4.5、4.6／T5-O1 4.4、4.6、4.6／P3-O1 4.3、4.4、4.2。

開眼時のベータ1コヒーレンス（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：T3-C3 4.1、4.8、4.1／C3-T5 4.8、4.3、3.8／T3-T5 4.2、4.5、3.8／T5-P3 4.3、4.5、3.7／T5-O1 4.3、4.3、4.1／C3-P3 4.3、4.3、3.7／P3-O1 4.2、4.2、4.2。

Go試行のN1振幅（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：O2 −4.4、−3.9、−4.2／O1 −4.2、−3.7、−4.2。

開眼時のSMR非対称指数（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：C3-C4 4.1、3.4、4.3。

閉眼時のSMR非対称指数（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：C3-C4 3.7、3.8、4.1。

開眼時のベータ2コヒーレンス（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：P4-O2 0.7、0.5、3.9。

開眼時のシータ相対パワー（2025年9月23日、2026年3月12日、2026年9月15日のz値）：P4 −3.3、−3.7、−3.4／P3 −3.4、−3.6、−3.5／Pz −3.0、−3.6、−3.2／O1 −3.4、−3.3、−3.4／O2 −3.3、−3.3、−3.3。

この比較では、いずれかの測定で印の付いた24項目のうち24項目を|z|の大きい順に示します：上位6項目と、3 z以上の印の付いたすべての値です。

後からアップロードした2025年9月23日の過去の測定は、現行のソフトウェアと基準で解析しました（V4 mockup 0.1, mockup pipeline 0.1.0、Mock norms 2026.1 (synthetic)、結果セットRS-MOCK-042-0923-1）。

2026年3月12日の過去の測定は、現行のソフトウェアと基準で再解析しました（V4 mockup 0.1, mockup pipeline 0.1.0、Mock norms 2026.1 (synthetic)、結果セットRS-MOCK-042-0312-2）。レポートR-MOCK-042-0312 v1の発行に用いた結果セットRS-MOCK-042-0312-1は変更しません。

各測定はそれぞれの年齢基準と比較して並べて表示しています。測定間の差について統計的有意性は検定していません。

後からアップロードした測定は、その記録から解析します。以前のソフトウェアによるレポートや数値は取り込みません。

16. 結果に関する注記：Notes on the results

本結果は臨床医による評価の材料の一つです。本ソフトウェアは診断を行わず、治療を推奨しません。

zは、基準平均からの距離を基準集団の標準偏差で表した値です。基準集団の約95%はz = -2からz = 2の間にあります。

印の付いた値は、多重比較の補正後も年齢基準と異なる値です。補正により、多数の比較の中で偶然による偏差はまれになります。印のない2 zを超える値は、偶然だけで偏差を示している可能性があります。補正には偽発見率の方法を用います。相関する値をどう扱うかは実装時に決めます。

17. 方法と基準データ：Method and norms

記録：Mitsarアンプ、WinEEGファイル（モックアップ用の表記）。10-20法による頭皮上19電極（Fp1〜O2）。条件：開眼時、閉眼時、VCPT。

処理：頭皮上19チャンネルの平均基準、バンドパスフィルタ0.5〜45 Hz、電源ノッチフィルタ50 Hz、解析レート250 Hz。参照マップを用いた独立成分分析（ICA）でアーチファクトを除去し、残ったアーチファクト区間を除外。

スペクトル：1〜30 Hz、0.5 Hzごと（2秒の窓、50%の重なり）。log10パワーとして基準と比較。相対パワーは1.5〜30 Hzの総パワーに対する割合。帯域：デルタ 1.5〜4 Hz、シータ 4〜8 Hz、アルファ 8〜12 Hz、SMR 12〜15 Hz、ベータ1 15〜20 Hz、ベータ2 20〜30 Hz。Czのシータ/ベータ比はシータ4〜8 Hz、ベータ13〜21 Hz。

ERP：VCPT（Go、NoGo、Ignore、Noveltyを各100試行）。正答試行のみを加算平均。第2刺激の前後-200〜800 ms、ベースラインは手がかり刺激の前。ピークは固定の時間窓で曲線から読み取ります（P1 70〜170 ms、N1 140〜250 ms、N2 210〜330 ms、P3 (Go) 280〜560 ms、P3 (NoGo) 300〜600 ms、P3a 250〜420 ms）。CNVは-200〜0 msの平均。

基準データ：Mock norms、バージョン2026.1（合成）。測定項目ごとに年齢と性別の連続モデルを1つ用います（コアに提案されている連続GAMLSSモデルの代用）。条件ごとに合成データ400名に当てはめたもので、年齢範囲は6〜58歳です。

印：偽発見率の方法による多重比較の補正後も年齢基準と異なる値に印を付けます。相関する値の扱いが決まるまで、このモックアップでは代用として解析ブロックごとにBenjamini-Hochberg（q = 0.05）を用います。

記録条件（アップロード時に記録）

記録時刻	09:40
検査日の服薬	報告なし
最後の服薬時刻	該当なし
前夜の睡眠	いつもどおり
視力矯正（眼鏡またはレンズ）	記録なし
反応する手（VCPT）	記録なし
技師のメモ：記録中の眠気	なし

発行者：Issued by

発行者	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
発行日	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
署名	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
版	1 · 下書き（未発行）
置き換える版	なし（初版）

文の出典：Text sources

本レポートのシステム文は、定型文ライブラリ2026.2 (日本語の文言は未確認)から取られています。セクションごとの文ID：

要約 SUM-2, SUM-RULE-3, SUM-COUNT-1

信号品質と処理 Q-DUR-1, Q-TRIALS-1, Q-ICA-MAN-1, Q-SEG-AUTO-1, MK-AUTO-1

スペクトルとマップ SP-REL-1, APF-IN-2, SP-NONE-2

周波数マーカー FM-AUTO-1, FM-RULE-1

帯域比と指数 TBR-1, FAA-1, FTPA-1, AR-1

左右差 ASY-1

コヒーレンス COH-MSC-1

電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP） ERP-PEAK-AUTO-1, ERP-AMP-NEG-1

ERPピークの確認 ERPREV-SUG-1, ERPREV-UNCLEAR-1, ERPREV-REST-1, ERPREV-RULE-1

VCPT課題の成績 BEH-IN-2

測定の比較 CMP-G-1, CMP-RULE-1, L-REPROC-2, L-REPROC-1, L-SIDE-1, L-IMPORT-1

結果に関する注記 L-AID-1, L-Z-1, L-MC-1

方法と基準データ MET-REC-1, MET-PROC-1, MET-SPEC-1, MET-ERP-1, MET-NORM-1, MET-MC-1