



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 9^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000, 52000, 53000
Δ/νση Ηλεκτρ. Αλληλογραφίας: grammateia@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 43/2026

Συμβατικής Αξίας : 15.500,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 19.220,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Με αντικείμενο τη συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας νερού- όσμωσης στη Μ.Τ.Ν. του Π.Γ. Ν. Αλεξ/πολης

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 31/0 ΑΔΑ: Ψ6ΤΡ4690Ω3-Ν07

Στο **Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης**, σήμερα **15-01-2025**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. **ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΡΟΥΦΟ**, με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ** Διεύθυνση: ΛΑΕΡΟΥ 22 Τ.Κ: 57001, πόλη: Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310933308 Α.Φ.Μ.: 998933251 ΔΟΥ: Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ., έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 2) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 3) Το 733/19-09-2025 αίτημα του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
- 4) Την με αριθμό πρωτ: 1213/09-01-2026 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 5) Την με αριθμό 1016/1271/09-01-2026 πρόσκληση υποβολής προσφορών
- 6) Την υπ' αριθμ. 1016-3149 οικονομική προσφορά της εταιρείας Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ.
- 7) Την υπ. αριθμ. 2357/15-01-2026 απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α**

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», τη συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας νερού- όσμωσης στη Μ.Τ.Ν για τις ανάγκες του Π.Γ. Ν. Αλεξ/πολης σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο, ήτοι από 15/01/2026 έως 14/01/2027 για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω υπηρεσία υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2° –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να αναλάβει τη συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας νερού- όσμωσης στη Μ.Τ.Ν. για τις ανάγκες του Π.Γ. Ν. Αλεξ/πολης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

- ⇒ Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Ν. 4912/22 (Α59) και τον Ν.4413/2016 (Α' 148)
- ⇒ Κράτηση υπέρ ψυχικής υγείας 2%, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011).
- ⇒ Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας της παροχής υπηρεσιών καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5° - Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° - Λοιποί Όροι

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
1	Σύμβαση συντήρησης για ένα έτος της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού-Όσμωσης στη Μ.Τ.Ν. που να περιλαμβάνει: 4 προληπτικές συντηρήσεις το έτος και 4 απολυμάνσεις του δικτύου όσμωσης με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά (ΚΜ:03026).	ΥΠΗΡ	1	15.500,00€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος

Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Μ.Τ.Ν)
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

1) Ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού και τέσσερις (4) απολυμάνσεις του δικτύου όσμωσης. Θα προηγείται συνεννόηση με το τμήμα της Μ.Τ.Ν. Οι εργασίες θα γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στο πρόγραμμα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Στην σύμβαση περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά.

Οι εργασίες της συντήρησης αναλυτικά:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Booster Unit

Κάδοι νερού

- 2) Καθαρισμός της δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τα ιζήματα.
- 3) Έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων στάθμης νερού (level sensor) και έλεγχος στάθμης νερού στους κάδους αποθήκευσης νερού.
- 4) Έλεγχος καλής λειτουργίας των συγκοινωνούντων δοχείων στους κάδους άλμης.
- 5) Μέτρηση σκληρότητας νερού πόλης.

Σύστημα δημιουργίας πίεσεως

- 6) Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας (Booster pump).
- 7) Έλεγχος πιέσεων έναρξης και παύσης λειτουργίας Booster pump- Ρύθμιση στις επιθυμητές τιμές.
- 8) Έλεγχος σωστής λειτουργίας και μέτρηση της πίεσης του αέρα που περιέχουν τα δοχεία πίεσης.

Στήλες

- 9) Ρύθμιση πραγματικού χρόνου στις κεφαλές των στηλών άμμου, ενεργού άνθρακα και αποσκληρυντών.
- 10) Παρακολούθηση manual λειτουργίας των στηλών.
- 11) Αντικατάσταση αλκαλικής μπαταρίας στις ηλεκτρονικές κεφαλές.
- 12) Επισκευή ή αντικατάσταση κεφαλών στήλης όπου απαιτείται.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

Φίλτρο άμμου

- 13) Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος.
- 14) Μέτρηση σιδήρου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο.
- 15) Καθαρισμός-έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.

Αποσκληρυντές

- 16) Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας αναγέννησης των στηλών αποσκλήρυνσης.
- 17) Έλεγχος στάθμης αλατιού και άλμης στους κάδους. Καθορισμός των κάδων αλατιού.
- 18) Μέτρηση σκληρότητας νερού στην έξοδο του κάθε αποσκληρυντή.
- 19) Καθαρισμός-έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.
- 20) Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης της στήλης.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

- 21) Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος.
- 22) Μέτρηση χλωρίου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο.
- 23) Καθαρισμός-έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου.

Φίλτρα σωματιδίων

- 24) Έλεγχος πιέσεων εισόδου – εξόδου στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων.
- 25) Αλλαγή των φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων 5μ και άνθρακος.

Όσμωση

- 26) Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος αντίστροφης όσμωσης.
- 27) Έλεγχος παραγωγής – απόρριψης 1ου και 2ου σταδίου.
- 28) Έλεγχος αγωγιμότητας 1ου και 2ου σταδίου.
- 29) Μέτρηση αγωγιμότητας εισόδου – εξόδου.
- 30) Τελικός οπτικός έλεγχος ομαλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας νερού και στεγανότητας του υδραυλικού κυκλώματος.

Απολύμανση

- 31) Καθαρισμός και απολύμανση της όσμωσης με τα κατάλληλα διαλύματα.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης**Ο Ανάδοχος****Ευάγγελος Ρούφος**
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

32) Χημική απολύμανση δικτύου διανομής επεξεργασμένου νερού τέσσερις (4) φορές ετησίως, μία ανά τρίμηνο. Θα ακολουθεί καθαρισμός-ξέπλυμα των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης ώστε να αποβάλλεται το νερό που ήταν αποθηκευμένο εντός αυτών πριν την απολύμανση του δικτύου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

33) Επανορθωτική συντήρηση (επισκευές) χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα ή το συνολικό αριθμό.

34) Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης, λόγω της κρισιμότητας του συστήματος.

35) Μετά από κάθε επίσκεψη θα εκδίδεται τεχνικό δελτίο, θα υπογράφεται από την BIT ή την προϊσταμένη της MTN και θα παραδίδεται στην BIT της Τεχνικής Υπηρεσίας.

36) Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει το κατάλληλο hardware (boards/πλακετάκια EPROM) που απαιτούνται για τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου (PLC) της μονάδας επεξεργασίας νερού (Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση). Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να επιδείξουν τα πιστοποιημένα όργανα ή υλικά (hardware) που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού (επί ποινή αποκλεισμού), εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

37) Οι τεχνικοί της προσφέρουσας εταιρείας να διαθέτουν πιστοποίηση για τον σωστό χειρισμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια αποστείρωσης του δικτύου διανομής νερού (Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε μηχανήματα τεχνητού νεφρού).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης

Ο Ανάδοχος

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Α