


Company cebb
Operator Rhéomètre
Date/Time 17.10.2024 / 15:48:43
Sample name 10_0WSt_kC_CL
Sample no
Description

Measuring device MARS iQ Air 121003532001
Temperature device MTMC-iQ (MARS iQ Air)
Measuring geometry P35/Ti/SE - 02220632 Gap 119,991 mm
A-factor 1,188e+05 Pa/Nm
M-factor 0,1458 (1/s)/(rad/s)

Comment

10_0St_kC_CL-recovery-5

▲ $G' = f(f)$
▼ $G'' = f(f)$
● $\tan(\delta) = f(f)$



HAAKE RheoWin 4.92.0007

Filename: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\171024\10_0St_kC_CL\10_0St_kC_CL-recovery-5.rwd

Job: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\viscoelastic_recovery.rwj

Element definition / Notes

ID 42: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 5,00 s; ; T 37,00 °C ;

ID 30: Rotor is going to reach the sample

ID 36: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; t 30,00 s; #30; T prev °C; CS
0,000 PaBreak crit.(#1);ID 2: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T 37,00 °C ±
1,00 °C;ID 9: Osc Freq Sweep; CS; Tau₀ 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t
> ≈ 25 s; #10; T prev °C;

ID 35: Rot Time; CR; GP 100,0 1/s; t 200,00 s; #100; T prev °C;

ID 46: Rot Steps; CR; GP prev 1/s - 0,1000 1/s lin; t 495,00 s; #15; T
prev °C;

ID 10: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 180,00 s; ; T prev °C ;

ID 7: Osc Freq Sweep; CS; Tau₀ 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t
> ≈ 25 s; #10; T prev °C;