


Company	cebb	Measuring device	MARS iQ Air	121003532001
Operator	Rhéomètre	Temperature device	MTMC-iQ (MARS iQ Air)	
Date/Time	31.10.2024 / 10:06:36	Measuring geometry	P35/Ti/SE - 02220632	Gap
Sample name	iC CL 42	A-factor	1,188e+05 Pa/Nm	158,732 mm
Sample no		M-factor	0,1102 (1/s)/(rad/s)	
Description				

Comment



HAAKE RheoWin 4.92.0007

Filename: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\311024\iC_CL_42\iC_CL_42-viscoelasticRecovery-1.rwd
Job: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\viscoelastic_recovery.rwj

Element definition / Notes
ID 42: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 5,00 s; ; T 37,00 °C ;
ID 30: Rotor is going to reach the sample
ID 36: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; v 0,50 mm/s; #30; T prev °C; CS 0,000 PaBreak crit.(#1);
ID 2: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T 37,00 °C <± 1,00 °C;
ID 9: Osc Freq Sweep; CS; Tau ₀ 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t >≈ 25 s; #10; T prev °C;
ID 35: Rot Time; CR; GP 300,0 1/s; t 200,00 s; #100; T prev °C;
ID 46: Rot Steps; CR; GP prev 1/s - 0,1000 1/s lin; t 495,00 s; #15; T prev °C;
ID 10: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t 180,00 s; ; T prev °C ;
ID 7: Osc Freq Sweep; CS; Tau ₀ 5,000 Pa; f 0,1000 Hz - 100,0 Hz log; t >≈ 25 s; #10; T prev °C;