Company	cebb	**Measuring device**	MARS iQ Air	121003532001	
Operator	Rhéomètre	**Temperature device**	MTMC-iQ (MARS iQ Air)		
Date/Time	07.11.2024 / 08:46:59	**Measuring geometry**	P35/Ti/SE - 02220632	**Gap**	158,736 mm
Sample name	kC CL 14	**A-factor**	1,188e+05 Pa/Nm		
Sample no		**M-factor**	0,1102 (1/s)/(rad/s)		
Description					

Comment



HAAKE RheoWin 4.92.0007

Filename: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\Data\Petrus\071124\kC_CL_14\kC_CL_14-stressSweeps-1.rwd

Job: C:\Users\Rhéomètre\Desktop\job\Petrus\automatized\stress_sweep.rwj

Element definition / Notes

ID 3: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T 37,00 °C <± 1,00 °C;

ID 9: Rotor is going to reach the sample

ID 19: Ax Ramp; CG; h cur - 30,00 mm lin; t 5,00 s; #100; T prev °C; CS 0,000 Pa Do not save

ID 2: Ax Ramp; CG; h cur - 0,5000 mm lin; v 0,50 mm/s; #30; T prev °C; CS 0,000 PaBreak crit.(#1);

ID 6: Set Temperature; CS; Tau 0,000 Pa; t < 180,00 s; ; T prev °C <± 1,00 °C;

ID 4: Osc Ampl Sweep; CS; Tau_0 0,000 Pa - 1000, Pa log; f 1,000 Hz; t >≈ 0 s; #10; T prev °C;