

prótesis

AURICULAR EXTERNA

Busca reemplazar el pabellón auricular, también llamado oreja, con fines estéticos, usualmente causado por microtia o anotia.



MATERIAL

Están hechas de silicón y son fijadas con adhesivos, implantes oseointegrados, o tornillos.



Figura 1. Implante auricular.

MANUFACTURA

Se toma como base el pabellón auricular contrario. Primero se modela la oreja afectada, después se diseña el implante con cera o con herramientas digitales, y después con silicón y pintura se dan los acabados finales



Figura 2. Molde de cera de implante auricular.

REFERENCIAS

- Latarjet, M., & Liard, A. R. (2019). Anatomía humana (5a ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana.
- Pérez González, A., Pérez Dosal, M. R., Isaak García, J., & González Martínez, M. (2006). Prótesis auricular externa e implantes osteointegrados: Una opción quirúrgica para el tratamiento de deformidades auriculares. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(5).
- Sesman Bernal, A. L., Carmona González, R., Herrera Rosas, A., Fichtl García, A., León Pérez, J. A., & Fernández Sobrino, G. (2011). Reconstrucción auricular con implantes osteointegrados en un solo tiempo en pacientes seleccionados. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 37(3), 267-279