


接触角测试报告



固体名称：玻璃

液体温度：20℃

气体名称：大气

左接触角：81.2 度

平均接触角：81.03 度

粘附功能：84.15 mN/m

液体名称：水

液体表面能：72.8 mN/m

气压 (pa)：1

右接触角：80.86 度

液滴截面积：25537 平方毫米

固体表面能：56.83 mN/m

测试日期：2026/9/23

测试仪器：JCY系列接触角测试仪

测试人：