


接触角测试报告



固体名称: 玻璃

液体温度: 20℃

气体名称: 大气

左接触角: 31.72 度

平均接触角: 31.64 度

粘附功能: 134.77 mN/m

液体名称: 水

液体表面能: 72.8 mN/m

气压 (pa): 1

右接触角: 31.56 度

液滴截面积: 13500 平方毫米

固体表面能: 72.09 mN/m

测试日期: 2026/9/23

测试仪器: JCY系列接触角测试仪

测试人: