


接触角测试报告



固体名称：玻璃

液体温度：20℃

气体名称：大气

左接触角： 25.6 度

平均接触角： 26.5 度

粘附功能： 137.95 mN/m

液体名称：水

液体表面能： 72.8 mN/m

气压 (pa)： 1

右接触角： 27.4 度

液滴截面积： 17005 平方毫米

固体表面能： 72.43 mN/m

测试日期： 2026/9/23

测试仪器： JCY系列接触角测试仪

测试人：