


接触角测试报告



固体名称：玻璃

液体温度：20℃

气体名称：大气

左接触角： 61.82 度

平均接触角： 61.7 度

粘附功能： 107.31 mN/m

液体名称：水

液体表面能：72.8 mN/m

气压 (pa)： 1

右接触角： 61.58 度

液滴截面积： 11972 平方毫米

固体表面能： 65.75 mN/m

测试日期： 2026/9/23

测试仪器： JCY系列接触角测试仪

测试人：