

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-009-FE
	เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2563

จัดทำ



(คุณวรวิฒิ เดชะวงษ์)


ตรวจทาน



(คุณพัทธนันท์ คำลังเอก)

DCC

อนุมัติ



(คุณกฤษฎ์ ภรบรรณะภาส)

ผู้จัดการระบบคุณภาพ

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	12 ต.ค. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-687/63

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-009-FE
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2563
	เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	5

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-009-FE
	เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2563

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นการควบคุม อุปกรณ์ และเครื่องมือของโรงงานผลิต ให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง และแม่นยำในการตรวจวัด และลดจำนวนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการตีกลับจากลูกค้า

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องวัดอุณหภูมิภายในคลังสินค้ารวมทั้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงานผลิต

3. คำจำกัดความ

3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตผงโคลิโนคลอไรด์ และฟรอมิกซ์ ของบริษัท ไวต้า จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 WI-PP-004FE = การสอบเทียบมิเตอร์วัดปริมาณน้ำยา
- 4.2 WI-PP-005FE = การสอบเทียบถังชั่งข้าวโพด B-21
- 4.3 WI-PP-006FE = การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ PT-100
- 4.4 WI-PP-007FE = การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก
- 4.5 WI-PP-010FE = การสอบเทียบนาฬิกาจับเวลา Reference

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1. การควบคุม เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงานผลิต
หัวหน้างานผลิตผงโคลิโนคลอไรด์ และฟรอมิกซ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
 - 5.1.1 จัดทำทะเบียนรายชื่อของเครื่องมือ และเครื่องจักรที่จะทำการสอบเทียบลงในฟอร์ม “Equipment List” (FM-PQ-014FE) พร้อมจัดทำประวัติเครื่องมือ และวัสดุอ้างอิงไว้ในแบบฟอร์ม “ประวัติเครื่องมือ และวัสดุอ้างอิง” (FM-PQ-078FE)
 - 5.1.2 จัดทำแผนการสอบเทียบประจำปีของเครื่องมือ และเครื่องจักร โดยบันทึกแผนการดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม “Calibration Plan” (FM-PQ-016FE)
 - 5.1.3 จัดทำ คู่มือ หรือข้อปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือเครื่องจักรไว้ใน
 - 1). การสอบเทียบมิเตอร์วัดปริมาณน้ำยา (WI-PP-004FE)
 - 2). การสอบเทียบถังชั่งข้าวโพด B-21 (WI-PP-005FE)
 - 3). การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ PT-100 (WI-PP-006FE)
 - 4). การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก (WI-PP-007FE)
 - 5). การสอบเทียบนาฬิกาจับเวลา Reference (WI-PP-010FE)

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-009-FE
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2563
	เรื่อง : การควบคุมเครื่องมือตรวจวัด	

- 5.1.4 จัดหาเทอร์โมมิเตอร์ คำนวณน้ำหนักที่เป็นตัวมาตรฐาน เพื่อไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการข้างนอก
- 5.1.5 บันทึกผลการสอบเทียบ และเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี ลงในฟอร์ม “Calibration of Equipment” (FM-PQ-015FE)
- 5.1.6 การกำหนดหมายเลขเครื่องมือเครื่องจักรที่จะทำการสอบเทียบของโรงงานผลิต โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

เครื่องมือมาตรฐาน

M - **BBB** M = ชนิดของเครื่องมือตรวจวัดที่ใช้เป็นมาตรฐาน
 BBB = Running No.

ยกตัวอย่างเช่น

Weight Master 1 g = M-001

AAA - **BBB** AAA = ชนิดเครื่องจักร
 BBB = Running No.

ยกตัวอย่างเช่น

PT 100 F-22A = PDD-002

Meter for Liq.CC = PDD-005

Stopwatch ALBA = PDD-007

Scale UWE 60Kg. = PDD-052

6. เอกสารบันทึก

- 6.1. FM-PQ-014FE = Equipment List
- 6.2. FM-PQ-015FE = Calibration of Equipment
- 6.3. FM-PQ-016FE = Calibration Plan
- 6.4. FM-PQ-078FE = ประวัติเครื่องมือ และวัสดุอ้างอิง