





 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS		MANUAL DE REGISTROS		CODIGO R-PI-015
		DESPEJE Y ARRANQUE LINEA DE PELETIZADO		VERSION 009
FECHA: AA: MM: DD:	TURNO:	MEZCLADOR: M3C	COORDINADOR DE MEZCLA Y PELETIZADO	
2026 - 05 - 28	3	EXTRUSORA: E6C		
OPERARIO DE MEZCLA		OPERARIO DE PELETIZADO		
				
1.INSPECCION ZONA DE PESAJE:				
ESCRIBA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA				
(1.1) LA ZONA DE PESAJE Y TODOS SUS UTENSILIOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS E IDENTIFICADOS?				SI
(1.2) LA BASCULA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL R-MT-004 Y R-MT-009 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL)?				SI
(1.2.1) CODIGO DE BASCULA:		IP 06	FECHA DE INSPECCION DIARIA:	2026 - 05 - 28
(1.2.2) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL:		2026 - 03 - 26	FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL:	2026 - 09
(1.2.3) CODIGO DE BASCULA:		IP 22	FECHA DE INSPECCION DIARIA:	2026 - 05 - 28
(1.2.4) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL:		2026 - 04 - 24	FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL:	2026 - 10
(1.2.5) CODIGO DE BASCULA:		IP 46	FECHA DE INSPECCION DIARIA:	2026 - 05 - 28
(1.2.6) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL:		2026 - 05 - 22	FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL:	2026 - 11
(1.3) LAS MATERIAS PRIMAS PARA PROCESAR LA FORMULACION ESTAN ESTIBADAS, IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR CALIDAD?				SI
(1.4) LAS MATERIAS PRIMAS CONCUERDAN CON LAS DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA (FT-MF) Y/O CON LA TABLA DE MATERIAS PRIMAS EQUIVALENTES (I-PR-003)?				SI
2.INSPECCION ZONA DE MEZCLA:				
(2.1) EL PRECALENTADOR DE DOP SE ENCUENTRA LIMPIO Y CON LA TEMPERATURA ASIGNADA EN LA FORMULA?				N/A
(2.2) EL MEZCLADOR SE ENCUENTRA LIMPIO EXTERNA E INTERNAMENTE?				SI
(2.3) LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DEL MEZCLADOR SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA FORMULA Y EN LA FICHA TÉCNICA (FT-MF)?				SI
(2.4) SE DESMONTARON LAS CUCHILLAS DEL MEZCLADOR E ENFRIADOR Y LOS RETENORES METÁLICOS?				SI
REGISTRE NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO: 9255				
3.INSPECCION ZONA DE PELETIZADO.				
(3.1) LOS RECIPIENTES PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA A LA MAQUINA SE ENCUENTREN LIMPIOS?				SI
(3.2) LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIMPIA EXTERNAMENTE EN TODAS SUS PARTES?				SI
(3.3) EL TORNILLO DE LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIAL RESIDUAL DEL PRODUCTO ANTERIOR?				SI
(3.4) EL TANQUE DE REFRIGERACION Y EL TUNEL DE SECADO SE ENCUENTRAN LIMPIOS EXTERNA E INTERNAMENTE?				SI
(3.5) LA PRESION DEL AIRE COMPRIMIDO QUE ENTRA AL RETENEDOR NEUMATICO DEL MEZCLADOR SE ENCUENTRA ENTRE 60 Y 82 PSI ?.				SI
(3.6) LA PRESION DEL SISTEMA DE VACIO SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE 15 IN HG?				SI
(3.7) LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL TANQUE DE PROCESO DE REFRIGERACION ESTE EN UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 39°C.?				SI
(3.8) LA PELETIZADORA Y LAS CUCHILLAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?.				SI
(3.9) EL RODILLO DE CAUCHO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIBRE DE RAYAS Y DESPRENDIMIENTO EN LA SUPERFICIE?.				SI
(3.10) LA DOCUMENTACION PARA EL CONTROL DE PROCESO SE ENCUENTRA LISTA Y EN SU SITIO?.				SI
4.INSPECCION DE PRODUCTO:				
(4.1) EL PRODUCTO A FABRICAR CORRESPONDE CON LA FICHA TECNICA (FT-MF)?				SI
(4.1.1) LOTE Y CODIGO DE PRODUCTO.		C: 15302 - 36 E 25 P: 3608 - 36 E 28 - 6		
(4.2) LA BASCULA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL ? R-MT-004 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL).				SI
(4.2.1) CODIGO DE BASCULA:		IP 57	FECHA DE INSPECCION DIARIA:	2026 - 05 - 28
(4.2.2) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL:		2026 - 04 - 20	FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL:	2026 - 10
5.INSPECCION DE EMPAQUE:				
(5.1) EL POLIETILENO PARA EL EMPAQUE DE LA PRODUCCION SE ENCUENTRA LISTO Y EN SU SITIO? .				SI
(5.2) LAS ETIQUETAS PARA LA ROTULACION DEL PRODUCTO SE ENCUENTRAN LISTAS Y EN SU SITIO?.				SI
(5.3) LAS LONAS PARA EL EMPAQUE SE ENCUENTRAN LISTAS Y EN SU SITIO?.				SI
(5.4) HAY SUFICIENTES ESTIBAS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL COMPUESTO?.				SI
OBSERVACIONES: N/A				
Vo Bo INSPECTOR DE CALIDAD: 				

COPIA NO CONTROLADA



REGISTRO

CODIGO **R-PI-004**CONTROL LOTES DE MATERIAS
PRIMAS EN FORMULASVERSIÓN: **1****FECHA****RESPONSABLE POR PRODUCCIÓN****RESPONSABLE POR CALIDAD**

2026-05-25

LEONIDAS MUÑOZ

NASLY RODRIGUEZ**FORMULA**

15302

LOTE**15302-36E25****COD DEL COMPUESTO**

3068

M DESCRITOS EN LA FORMULA MAESTRA**M EQUIVALENTES**

CONSECUTIVO

M187

M734

M735

M267

M826

M1126

M661

M1055

LOTE PRINCIPAL

9K0916204

4101029G02

M-1360)
00292601

2025311986

M-
1221(2564092432506-
260427

10060012602003

T-25-
00468CONSECUTIVO
DE CALIDAD

1504

025

001

054

003

103


031

006

SUBLOTES DE
MATERIA PRIMACONSECUTIVO
DE CALIDAD**OBSERVACIONES**

SE GENERA LOTE NUEVO , POR EL M-187 , M-661 , M-1360 M-1126 , SE RECOGE TECMOL Y DUREZA

**CLASIFICACIÓN
PRODUCCIÓN**

		MANUAL DE REGISTROS								CODIGO R-PI-014	
		REGISTRO DE PESADAS DE LAS MATERIAS PRIMAS COMPUESTO PVC /PP								VERSIÓN 002	
FORMULA	15302V5	TURNO	1	OPERARIO		MEZCLAS PROGRAMADAS	16	LOTE	C15302-36-E25	VERIFICO	BAC388Z
FECHA	7076-05-79										

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr.	Hr.6:10	Hr.6:15	Hr.6:20	Hr.6:30	Hr.6:40	Hr.6:50	Hr.7:00	Hr.7:10	Hr.7:15	Hr.7:20	Hr.7:30	Hr.7:40	Hr.7:50	Hr.8:00	Hr.8:10
1	M-187	60.0 Kg	60.0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	M-1126	26.3 Kg	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
3	M-1208	3.00 Kg	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	M-734	960 g	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
5	M-735	240 g	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
6	M-267	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
7	M-266	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
8	M-826	10.00 g	10.00	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Vo Bo GESTION CALIDAD: Sgt 1300

FORMULA	15302V5	TURNO	1	OPERARIO			MEZCLAS PROGRAMADAS			16	LOTE	C15302-36E25		VERIFICO		BAC 388Z		
FECHA	7076-05-29																	
ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr.7:15	Hr.7:20	Hr.7:30	Hr.7:40	Hr.7:50	Hr.8:00	Hr.8:10	Hr.8:15	Hr.8:20	Hr.8:30	Hr.8:40	Hr.8:50	Hr.10:00	Hr.10:10	Hr.10:15	Hr.10:20
1	M-187	60.0 Kg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	M-1126	26.3 Kg	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
3	M-1208	3.00 Kg	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	M-734	960 g	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
5	M-735	240 g	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
6	M-267	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
7	M-266	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
8	M-826	10.00 g	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Vo Bo GESTION CALIDAD: Hlairek3553

FORMULA	15302V5	TURNO	1	OPERARIO	046201		MEZCLAS PROGRAMADAS				16	LOTE	C15302-36E75		VERIFICO		BAC388Z	
FECHA	7076-05-79																	
ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr.10:30	Hr.10:40	Hr.10:50	Hr.11:00	Hr.11:10	Hr.11:15	Hr.11:20	Hr.11:30	Hr.11:40	Hr.11:50	Hr.12:00	Hr.12:10	Hr.12:20	Hr.12:30	Hr.12:40	Hr.12:50
1	M-187	60.0 Kg	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	M-1126	26.3 Kg	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3	26.3
3	M-1208	3.00 Kg	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	M-734	960 g	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
5	M-735	240 g	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
6	M-267	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
7	M-266	120 g	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
8	M-826	10.00 g	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

Vo Bo GESTION CALIDAD: Hlairek3553

OBSERVACIONES: EN BASE A 60 KG DE PVC.

COPIA NO CONTROLADA					COPIA NO CONTROLADA				
 PLASTITEC PLÁSTICOS TÉCNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS		REGISTRO	CODIGO R-GC-002		 PLASTITEC PLÁSTICOS TÉCNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS		REGISTRO	CODIGO R-GC-002	
		CONTROL PROCESO DE MEZCLA - PELETIZADO	VERSIÓN 006				CONTROL PROCESO DE MEZCLA - PELETIZADO	VERSIÓN 006	
1. CONTROL DE PESADA					1. CONTROL DE PESADA				
CONTROL DE PESADA FORMULA: <u>15302</u> FECHA: <u>26-05-26</u> LOTE: <u>15302-36E25</u>					CONTROL DE PESADA FORMULA: <u>15302</u> FECHA: <u>26-05-27</u> LOTE: <u>15302-36E25</u>				
TURNO: <u>2</u> CONSEC.CALIDAD: <u>5823</u>					TURNO: <u>1</u> CONSEC.CALIDAD: <u>5823</u>				
COD.MEZCLADOR: <u>m3C</u> T° DE COCIMIENTO: <u>105°</u> CUMPLE T° DE COCIMIENTO: <u>Cumple</u>					COD.MEZCLADOR: <u>m3C</u> T° DE COCIMIENTO: <u>105°</u> CUMPLE T° DE COCIMIENTO: <u>Cumple</u>				
CODIGO MATERIA PRIMA	LOTE PROVEEDOR	CONSECUTIVO CALIDAD	PESO NETO	CUMPLE CON LA TOLERANCIA DADA I-PR-004 CORRESPONDIENTE A LA FORMULA MAESTRA	CODIGO MATERIA PRIMA	LOTE PROVEEDOR	CONSECUTIVO CALIDAD	PESO NETO	CUMPLE CON LA TOLERANCIA DADA I-PR-004 CORRESPONDIENTE A LA FORMULA MAESTRA
m-187	9K0916204	1504	60.000	Cumple	m-187	9K0916204	1504	60.000	
m-1126	LOTE: 506-260427 SUBLOTES:	103	26.300	Cumple	m-1126	LOTE: 506-260427 SUBLOTES:	103	26.300	Cumple
m-661	10060012602003	031	3.000	Cumple	m-661	10060012602003	031	3.000	Cumple
m-734	4101029602	025	960.0	Cumple	m-734	4101029602	025	960.0	Cumple
m-735	(m-1360) 00292601	001	240.0	Cumple	m-735	(m-1360) 00292601	001	240.0	Cumple
m-267	2025311986	054	120.0	Cumple	m-267	2025311986	054	120.0	Cumple
m-1055	T-25-00468	006	120.0	Cumple	m-1055	T-25-00468	006	120.0	Cumple
m-826	(m-1221) 2564092432	003	10.0	Cumple	m-826	(m-1221) 2564092432	003	10.0	Cumple
2. INSPECCION ÁREA					2. INSPECCION ÁREA				
ASPECTOS A EVALUAR		SI	NO		ASPECTOS A EVALUAR		SI	NO	
2.1 Esta limpia y en orden el área de trabajo		SI			2.1 Esta limpia y en orden el área de trabajo		SI		
2.2 Esta limpio el tanque de enfriamiento		SI			2.2 Esta limpio el tanque de enfriamiento		SI		
2.3 La orden de producción corresponde a la fórmula que se		SI			2.3 La orden de producción corresponde a la fórmula que se		SI		
2.4 Hay mezclas de otros lotes en el área			NO		2.4 Hay mezclas de otros lotes en el área			NO	
2.5 Las mezclas y peletizado están sobre estibas		SI			2.5 Las mezclas y peletizado están sobre estibas		SI		
2.6 El peletizado está debidamente identificado		SI			2.6 El peletizado está debidamente identificado		SI		
2.7 Los lotes de materiales corresponden a los enunciados en el R-PI-014		SI			2.7 Los lotes de materiales corresponden a los enunciados en el R-PI-014		SI		
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				
INSPECTORA DE CALIDAD: <u>Paola 1301</u>					INSPECTORA DE CALIDAD: <u>RODRIGO 3822</u>				

**QUALITY CONTROL DEPARTMENT
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Client	PLASTITEC S.A.S	Analysis No.	26E01791-F
Address	Carrera 56 # 5 C - 72	Reception date	2026-05-27
Product Name	PVC COMPOUND	Analysis start date	2026-05-29
Batch No.	C 15302-36E25	Report date	2026-06-01
Presentation	PELLET	Quantity of sample	200 GRAMOS
Manufacturing date	N.A.	Provider	PLASTITEC S.A.S
Expiration date	N.A.	Annexes	1

TEST	TECHNIQUE	SPECIFICATION	RESULTS
Absorbance	Ph. Eur (3.1.14)	< 0,25 [250 - 310 nm]	0,01
Reducing Substances	Ph. Eur (3.1.14)	< 2,0 mL SodiumThiosulfate 0,01M	0,8 mL
Heavy Metal	Ph. Eur (3.1.14)	< 2 ppm	0 ppm
Buffer Capacity (25,0°C)	USP <661>	≤ 10 mL	0 mL
Total Extract (No volatile Residue)	USP <661>	≤ 15 mg	0 mg

N.A.: No Apply.

N.E.: No specified.

Note: Results based on sample sent and determined by the methods used and obtained by the difference between the target and sample (protocol 1).

CONCEPT: APPROVED


Observations:

Ph. Eur. (v) (3.1.14): Pharmacopeia European.

USP (v) (661): United States Pharmacopeia.

Annexes: Report spectrophotometry.

Approved:



Carlos Manuel Bustos Bolívar Q.F.-U.
Technical director

 CONFORME
DIRECTOR TÉCNICO
Y GESTIÓN DE
CALIDAD

This certificate may not be reproduced partially or totally without written permission **TECMOL FARMACEUTICA S.A.S.**

DATE OF ISSUE: 2024-06-12

NEXT REVISION DATE: 2028-06

FOR-DFQ-003-34

Página 1 de 1


PBX: +57-601 514 5821
Directos: +57-601 290 5898
+57-601 479 6652

Servicio al cliente: 3185936262
3158491380
Recepción: 3184873767

tecmol@tecmolfarmaceutica.com
marketing@tecmolfarmaceutica.com
www.tecmolfarmaceutica.com

Carrera 71 D N° 6D-59/5
Bogotá - Colombi

Espectro : 26E01791-F.dsp
 Descripción: C 15302-36E25
 Operario: J.ACUNÑA
 Creado: 29/05/2026 03:31:57 p. m.
 Espectrofotómetro: Orion AquaMate 8000 UV-Vis
 Número de serie: 2W2T338204
 Firmware: 1.006
 Lín. Base: 29/05/2026 03:21:06 p. m.



Descripción: C 15302-36E25
 Operario: J.ACUNÑA
 Creado: 29/05/2026 03:31:57 p. m.
 Última modific.: 29/05/2026 03:32:06 p. m.
 Rango de eje X: 250 - 310 nm
 Rango de eje Y: -0.059 - 0.011 A
 Intervalo de datos: 1 nm Número de .. de datos:61

Espectrofotómetro: Orion AquaMate 8000 UV-Vis
 Número de serie: 2W2T338204 Firmware: 1.006
 Ancho de banda: 1.8 nm
 Lín. Base: 29/05/2026 03:21:06 p. m.

Versión de software: VISIONlite Scan Version 5.1

Histórico del archivo:
 Versión 1, 29/05/2026 03:32:06 p. m., J.ACUNÑA:
 Creado; Método: PLASTICOS (USP 661.2).msc (Versión 1 / 29/05/2026 03:19:34 p. m.)

29/05/2026 03:33:05 p. m.

Página 1 de 1

41

COPIA NO CONTROLADA				
	REGISTRO			CODIGO : R-PI-002 VERSION 15
	DESPEJE DE LINEA Y ARRANQUE EXTRUSORAS DE MANGA			
FECHA AA: MM: DD: <u>2026-07-06</u>	TURNO: <u>2</u>	MAQUINA: <u>E6M</u>	OPERARIO DE EXTRUSIÓN 2: <u>CRISTIAN ALEXANDER ANAYA CANTILLO</u>	COORDINADOR DE EXTRUSIÓN: <u>GONZALO CALDERON</u>
PRODUCTO A FABRICAR: <u>MANGA 120X0.35 F15302</u>	FT-EX: <u>0093</u>	VERSION: <u>5</u>		
EQUIPO UTILIZADO PARA ESTA PRODUCCION. <u>TRADICIONAL</u>		PINOLA MM: <u>97.5</u>	MOLDE MM: <u>98.5</u>	
CANTIDAD DE MALLAS MONTADAS PARA ESTA PRODUCCION: <u>1</u>				
1.INSPECCION DE LINEA				
ESCRIBA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA				
(1.1) SE RETIRÓ DE LA MAQUINA EL MATERIAL DE LA PRODUCCION ANTERIOR?.				<u>SI</u>
(1.2) LA MAQUINA SE ENCUENTRE LIMPIA EXTERNAMENTE EN TODAS SUS PARTES?.				<u>SI</u>
(1.3) LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIAL RESIDUAL DEL PRODUCTO ANTERIOR?				<u>SI</u>
(1.4) EL TANQUE DE ENFRIAMIENTO, ANILLO CALIBRADOR, ANILLO SECADOR, CALANDRA Y MESA DE EMPAQUE SE ENCUENTREN LIMPIOS?				<u>SI</u>
(1.5) LA DOCUMENTACION PARA EL CONTROL DEL PROCESO SE ENCUENTRE LISTA EN EL SITIO DE USO?				<u>SI</u>
2.FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.				
ESCRIBA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA				
(2.1) EL ALIMENTADOR AUTOMATICO SE ENCUENTRE CONECTADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?				<u>SI</u>
(2.2) LA PRESION DEL AGUA QUE ENTRA AL TANQUE DE REFRIGERACION NO SEA MENOR A 20 PSI				<u>SI</u>
(2.3) REGISTRE NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO CON LA QUE SE EJECUTO EL MANTENIMIENTO SEMANAL A LA UNIDAD NEUMATICA DE FILTRACION SUBMICRONICA QUE ENTRA AL SECADOR. N. ORDEN DE TRABAJO: <u>9295</u>				
(2.4) LA ENTRADA DE AIRE PURO SE ENCUENTRE CONECTADA DIRECTAMENTE AL EQUIPO, PARA EL INFLADO DE LA MANGA?.				<u>SI</u>
(2.5) EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA REFRIGERACION DEL PRODUCTO SE ENCUENTRE CON EL AGUA LIBRE DE PARTICULAS?				<u>SI</u>
(2.6) LA CALANDRA SE ENCUENTRE ALINEADA Y CON EL ANILLO CORRESPONDIENTE SEGÚN FICHA TECNICA (FT-EX)?				<u>SI</u>
(2.7) LAS LAS VALVULAS Y/O ANILLO DE SECADO SE ENCUENTREN LISTOS, CON PRESION SUPERIOR A 2 BAR?				<u>SI</u>
(2.8) VERIFICÓ QUE LA PRESION DE LOS RODILLOS LAMINADORES SEA INFERIOR A 4 BAR?				<u>SI</u>
(2.9) LA CALANDRA EMBOBINADORA Y EL SISTEMA DE TRASLAPE FUNCIONEN CORRECTAMENTE?.				<u>SI</u>
3.ARRANQUE DE PRODUCTO.				
(3.1) EL PRODUCTO A FABRICAR CORRESPONDA CON LA FICHA TECNICA. (FT-EX)?				<u>SI</u>
(3.1.1) LOTE Y CÓDIGO DE PRODUCTO.			C: <u>15302-36E25</u>	
			P: <u>3624-36G06-6</u>	
(3.2) VERIFIQUE QUE EL COMPUESTO CORRESPONDA AL PRODUCTO A PROCESAR SEGÚN LA FICHA TECNICA. (FT-EX).				<u>SI</u>
(3.2.1)LOTE Y CODIGO DEL COMPUESTO.			C: <u>15302-36G03</u>	
			P: <u>3608-36G03-6</u>	
(3.2.2) VERIFICÓ LA HOJA MASTER Y ESCANEE CON LA TERMINAL EL CODIGO DE BARRAS DE LA FICHA TECNICA Y EL COMPUESTO A PROCESAR?				<u>SI</u>
(3.3) VERIFIQUE EN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO SI LA MANGA A EXTRUIR SE FABRICA CON O SIN CYREL?				<u>SI</u>
(3.3.1) SE RETIRÓ O NO EL CYREL?				<u>NO</u>
(3.4) LAS MEDIDAS CORRESPONDAN CON LA FICHA TECNICA (FT-EX)?				<u>SI</u>
(3.5) MEDIDAS MM: <u>SI 120X0.35</u>	PARED DOBLE MM. <u>0.64+-0.05</u>	PARED SENCILLA MM. <u>0.32+-0.03</u>	ANCHO MM. <u>120+-3</u>	
(3.6) EL CALIBRADOR DIGITAL SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION MENSUAL R-MT-007?.				<u>SI</u>
(3.7)SERIAL DEL CALIBRADOR: <u>14122110714</u>	FECHA DE VERIFICACION: <u>2026-07-01</u>	FECHA DE PROXIMA VERIFICACION: <u>2026-07-31</u>		
(3.8) LA REGLA METALICA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE INSPECCION SEMESTRAL R-MT-052?.				<u>SI</u>
(3.9)SERIAL DE LA REGLA: <u>101</u>	FECHA DE INSPECCION: <u>2026-03-02</u>	FECHA DE PROXIMA INSPECCION: <u>2026-09</u>		
(3.10) LA BASCULA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL R-MT-004 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL)?.				<u>SI</u>
(3.10.1) CODIGO DE BASCULA: <u>JP 85</u>	FECHA DE INSPECCION DIARIA: <u>2026-07-04</u>			
(3.10.2) FECHA DE VERIFICACIÓN SEMESTRAL: <u>2026-06-09</u>	FECHA PROXIMA DE VERIFICACION SEMESTRAL: <u>2026-12</u>			
4.INSPECCION DE EMPAQUE.				
(4.1) EL CODIGO Y CALIBRE DEL POLIETILENO CORRESPONDAN CON LA FICHA TECNICA (FT-EX)?.				<u>SI</u>
(4.2) EL CÓDIGO DE LAS ETIQUETAS CORESPONDAN CON LA FICHA TECNICA (FT-EX)?				<u>SI</u>
(4.3) VERIFICÓ QUE HAYAN NUCLEOS LIMPIOS PARA EL EMBOBINADO DE LA MANGA Y COINCIDAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA (FT-EX)? NOTA: SI SE ENCUENTRA CON PARTICULAS O DETERIORADO NO USAR.				<u>SI</u>
(4.4) HAYAN CARROS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.				<u>SI</u>
OBSERVACIONES:506530P				
VO BO GESTION CALIDAD <u>YULI TABORDA</u>				



RESUMEN ESTADISTICO
POR GENERACIÓN DE LOTES

PRODUCTO	MANGA 120X0.32 F15302			FICHA TÉCNICA	FT-EX-0093 V 5		
LOTE PRODUCTO	3624-36E25			LOTE C	15302-36E25		
				LOTE P	3624-36F04-6		
Parámetro	MIN	MAX	PROM	Parámetro	MIN	MAX	PROM
CURVATURA mm	0.0	0.0	0.0	DUREZA Sh.A	0.0	0.0	0.0
ANCHO DE MANGA mm	120.0	120.0	120.0	ANCHO DE BOBINA mm	135.0	135.0	135.0
PESO BRUTO Kg	16.57	19.98	18.83	PESO NETO Kg	16.46	19.87	18.72
PERIMETROS INSUMOS mm	0.0	0.2	0.09	PERIMETROS CALIDAD mm	0.0	0.2	0.09
PARED DOBLE INSUMOS mm	0.62	0.69	0.67	PARED SENCILLA INSUMOS mm	0.32	0.35	0.33
PARED DOBLE CALIDAD mm	0.59	0.69	0.65	PARED SENCILLA CALIDAD mm	0.3	0.35	0.32

2026-07-06	PRODUCCIÓN TURNO 2	LOTE PROD: 3224-36G03	FACTOR DE MEDIDA: N/A	RESPONSABLES PI	CALIDAD TURNO 2	PRUEBA FUNCIONAL CUMPLE	ROLLOS 1-10 11-25 26-36	RESPONSABLES GC	 		
		LOTE C: 15302-36G03	CRISTIAN ALEXANDER ANAYA CANTILLO			DUREZA: N/A		YULI TABORDA			
		LOTE P: 3624-36G06-6	LÍNEA: E6M								
											

COPIA NO CONTROLADA			
 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS	MANUAL DE REGISTROS		CODIGO R-PI-015
	DESPEJE Y ARRANQUE LINEA DE PELETIZADO		VERSIÓN 009
FECHA: AA: MM: DD:	TURNO:	MEZCLADOR:	COORDINADOR DE MEZCLA Y PELETIZADO
2026-05-13	3	M3C	JAVIER SCS
EXTRUSORA:			
E6C			
OPERARIO DE MEZCLA		OPERARIO DE PELETIZADO	
BAC3882		JAVIER SCS 8420	
1.INSPECCION ZONA DE PESAJE:			
ESCRIBA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA			
(1.1) LA ZONA DE PESAJE Y TODOS SUS UTENSILIOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS E IDENTIFICADOS?			SI NO
(1.2) LA BASCULA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL R-MT-004 Y R-MT-009 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL)?			SI NO
(1.2.1) CODIGO DE BASCULA: 1P06			FECHA DE INSPECCION DIARIA: 2026-05-13
(1.2.2) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-03-26			FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-09
(1.2.3) CODIGO DE BASCULA: 1P56			FECHA DE INSPECCION DIARIA: 2026-05-13
(1.2.4) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-01-22			FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-07
(1.2.5) CODIGO DE BASCULA: 1P22			FECHA DE INSPECCION DIARIA: 2026-05-13
(1.2.6) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-04-24			FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-10
(1.3) LAS MATERIAS PRIMAS PARA PROCESAR LA FORMULACION ESTAN ESTIBADAS, IDENTIFICADAS Y APROBADAS POR CALIDAD?			SI NO
(1.4) LAS MATERIAS PRIMAS CONCUERDAN CON LAS DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA (FT-MF) Y/O CON LA TABLA DE MATERIAS PRIMAS EQUIVALENTES (I-PR-003)?			SI NO
2.INSPECCION ZONA DE MEZCLA:			
(2.1) EL PRECALENTADOR DE DOP SE ENCUENTRA LIMPIO Y CON LA TEMPERATURA ASIGNADA EN LA FORMULA?			SI NO
(2.2) EL MEZCLADOR SE ENCUENTRA LIMPIO EXTERNA E INTERNAMENTE?			SI NO
(2.3) LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DEL MEZCLADOR SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA FORMULA Y EN LA FICHA TÉCNICA (FT-MF)?			SI NO
(2.4) SE DESMONTARON LAS CUCHILLAS DEL MEZCLADOR E ENFRIADOR Y LOS RETENORES METÁLICOS?			SI NO
REGISTRE NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO: 9243			
3.INSPECCION ZONA DE PELETIZADO.			
(3.1) LOS RECIPIENTES PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA A LA MAQUINA SE ENCUENTREN LIMPIOS?			SI NO
(3.2) LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIMPIA EXTERNAMENTE EN TODAS SUS PARTES?			SI NO
(3.3) EL TORNILLO DE LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIAL RESIDUAL DEL PRODUCTO ANTERIOR?			SI NO
(3.4) EL TANQUE DE REFRIGERACION Y EL TUNEL DE SECADO SE ENCUENTRAN LIMPIOS EXTERNA E INTERNAMENTE?			SI NO
(3.5) LA PRESION DEL AIRE COMPRIMIDO QUE ENTRA AL RETENEDOR NEUMÁTICO DEL MEZCLADOR SE ENCUENTRA ENTRE 60 Y 82 PSI ?.			SI NO
(3.6) LA PRESION DEL SISTEMA DE VACIO SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE 15 IN HG?			SI NO
(3.7) LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL TANQUE DE PROCESO DE REFRIGERACION ESTE EN UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 39°C.?			SI NO
(3.8) LA PELETIZADORA Y LAS CUCHILLAS SE ENCUENTRAN LIMPIAS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?			SI NO
(3.9) EL RODILLO DE CAUCHO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIBRE DE RAYAS Y DESPRENDIMIENTO EN LA SUPERFICIE?			SI NO
(3.10) LA DOCUMENTACION PARA EL CONTROL DE PROCESO SE ENCUENTRA LISTA Y EN SU SITIO?			SI NO
4.INSPECCION DE PRODUCTO:			
(4.1) EL PRODUCTO A FABRICAR CORRESPONDE CON LA FICHA TECNICA (FT-MF)?			SI NO
(4.1.1) LOTE Y CODIGO DE PRODUCTO.		C: 1533-36E07 P: 759-36E13	
(4.2) LA BASCULA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL ?			SI NO
R-MT-004 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL).			
(4.2.1) CODIGO DE BASCULA: 1P57		FECHA DE INSPECCION DIARIA: 2026-05-13	
(4.2.2) FECHA DE VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-04-20		FECHA DE PROXIMA VERIFICACION SEMESTRAL: 2026-10	
5.INSPECCION DE EMPAQUE:			
(5.1) EL POLIETILENO PARA EL EMPAQUE DE LA PRODUCCION SE ENCUENTRA LISTO Y EN SU SITIO? .			SI NO
(5.2) LAS ETIQUETAS PARA LA ROTULACION DEL PRODUCTO SE ENCUENTRAN LISTAS Y EN SU SITIO?.			SI NO
(5.3) LAS LONAS PARA EL EMPAQUE SE ENCUENTRAN LISTAS Y EN SU SITIO?.			SI NO
(5.4) HAY SUFICIENTES ESTIBAS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL COMPUESTO?.			SI NO
OBSERVACIONES: _____			
Vo Bo INSPECTOR DE CALIDAD: Marcela3553.			

COPIA NO CONTROLADA



REGISTRO

CODIGO **R-PI-004**CONTROL LOTES DE MATERIAS
PRIMAS EN FORMULASVERSIÓN: **1****FECHA****RESPONSABLE POR PRODUCCIÓN****RESPONSABLE POR CALIDAD**

2026-05-07

JAVIER DIAZ

JULIETH PAOLA BARRETO ROMERO**FORMULA**

1533

LOTE**1533-36E07****COD DEL COMPUESTO**

759

M DESCRITOS EN LA FORMULA MAESTRA**M EQUIVALENTES**

CONSECUTIVO

M734

M735

M826

M187

M1002

M1126

M661

LOTE PRINCIPAL

4101029G02

42619

M1221(2564092432)

9K0356108

P26296

506-
260324M1208(E-
28129

CONSECUTIVO DE CALIDAD

025

200

003

1501

079

102

019


SUBLOTES DE MATERIA
PRIMA

CONSECUTIVO DE CALIDAD

OBSERVACIONES

SE GENERA LOTE POR M-187 Y M-1126 // SE RECOGE TECMOL Y DUREZA

**CLASIFICACIÓN
PRODUCCIÓN**



MANUAL DE REGISTROS

CODIGO R-PI-014

REGISTRO DE PESADAS DE LAS MATERIAS PRIMAS COMPUESTO PVC / PP

VERSIÓN 002

FORMULA	1533V3	TURNO	2		OPERARIO	544 Jesner																MEZCLAS PROGRAMADAS	15	LOTE	1533-36E07	VERIFICO	Munisso
FECHA	26-05-26																										
ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr/00	Hr/08	Hr/16	Hr/24	Hr/32	Hr/40	Hr/50	Hr/60	Hr/70	Hr/80	Hr/90	Hr/100	Hr/110	Hr/120	Hr/130	Hr/140	Hr/150	Hr/160	Hr/170	Hr/180	Hr/190	Hr/200			
1	M-187	60.0 kg	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600			
2	M-1126	30.0 kg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
3	M-1208	3.00 kg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
4	M-734	720 g	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720			
5	M-735	180 g	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180			
6	M-826	10.00 g	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
7	M-1002	200 g	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			

Vo Bo GESTION CALIDAD: Pucio 170

FORMULA	1533V3	TURNO		OPERARIO		MEZCLAS PROGRAMADAS		LOTE		VERIFICO	
FECHA											
ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.
1	M-187	60.0 kg									
2	M-1126	30.0 kg									
3	M-1208	3.00 kg									
4	M-734	720 g									
5	M-735	180 g									
6	M-826	10.00 g									
7	M-1002	200 g									

Vo Bo GESTION CALIDAD:

FORMULA	1533V3	TURNO		OPERARIO		MEZCLAS PROGRAMADAS		LOTE		VERIFICO	
FECHA											
ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.	Hr.
1	M-187	60.0 kg									
2	M-1126	30.0 kg									
3	M-1208	3.00 kg									
4	M-734	720 g									
5	M-735	180 g									
6	M-826	10.00 g									
7	M-1002	200 g									

Vo Bo GESTION CALIDAD:

OBSERVACIONES: EN BASE A 60 KG DE PVC.

COPIA NO CONTROLADA					COPIA NO CONTROLADA				
 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEXICO FARMACEUTICOS		REGISTRO CONTROL PROCESO DE MEZCLA - PELETIZADO	CODIGO R-GC-002 VERSION 006	 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEXICO FARMACEUTICOS		REGISTRO CONTROL PROCESO DE MEZCLA - PELETIZADO	CODIGO R-GC-002 VERSION 006		
1. CONTROL DE PESADA					1. CONTROL DE PESADA				
CONTROL DE PESADA FORMULA: <u>1533</u> FECHA: <u>26-05-14</u> LOTE: <u>1533-36607</u>					CONTROL DE PESADA FORMULA: <u>1533</u> FECHA: <u>26-05-26</u> LOTE: <u>1533-36607</u>				
TURNO: <u>1</u> CONSEC.CALIDAD: <u>4908</u>					TURNO: <u>1</u> CONSEC.CALIDAD: <u>4908</u>				
COD.MEZCLADOR: <u>H3C</u> T° DE COCIMENTO: <u>105</u> CUMPLE T° DE COCIMENTO: <u>Cumple</u>					COD.MEZCLADOR: <u>H3C</u> T° DE COCIMENTO: <u>105</u> CUMPLE T° DE COCIMENTO: <u>Cumple</u>				
CODIGO MATERIA PRIMA	LOTE PROVEEDOR	CONSECUTIVO CALIDAD	PESO NETO	CUMPLE CON LA TOLERANCIA DADA I-PR-004 CORRESPONDIENTE A LA FORMULA MAESTRA	CODIGO MATERIA PRIMA	LOTE PROVEEDOR	CONSECUTIVO CALIDAD	PESO NETO	CUMPLE CON LA TOLERANCIA DADA I-PR-004 CORRESPONDIENTE A LA FORMULA MAESTRA
<u>M187</u>	<u>9K0356108</u>	<u>1501</u>	<u>60.000 kg</u>	<u>Cumple</u>	<u>M187</u>	<u>9K0356108</u>	<u>1501</u>	<u>60.000 kg</u>	<u>Cumple</u>
<u>M1126</u>	<u>506260324</u>	<u>102</u>	<u>30.000 kg</u>	<u>Cumple</u>	<u>M1126</u>	<u>506260324</u>	<u>102</u>	<u>30.000 kg</u>	<u>Cumple</u>
<u>M1208</u>	<u>G-28129</u>	<u>019</u>	<u>3.000 kg</u>	<u>Cumple</u>	<u>M1208</u>	<u>G-28129</u>	<u>019</u>	<u>3.000 kg</u>	<u>Cumple</u>
<u>M734</u>	<u>4101029602</u>	<u>025</u>	<u>720.00 g</u>	<u>Cumple</u>	<u>M734</u>	<u>4101029602</u>	<u>025</u>	<u>720.00 g</u>	<u>Cumple</u>
<u>M735</u>	<u>42619</u>	<u>200</u>	<u>180.00 g</u>	<u>Cumple</u>	<u>M735</u>	<u>42619</u>	<u>200</u>	<u>180.00 g</u>	<u>Cumple</u>
<u>M826</u>	<u>M1221/2564092432</u>	<u>003</u>	<u>10.00 g</u>	<u>Cumple</u>	<u>M826</u>	<u>M1221/2564092432</u>	<u>003</u>	<u>10.00 g</u>	<u>Cumple</u>
<u>M1002</u>	<u>P26296</u>	<u>079</u>	<u>200.00 g</u>	<u>Cumple</u>	<u>M1002</u>	<u>P26296</u>	<u>079</u>	<u>200.00 g</u>	<u>Cumple</u>
2. INSPECCION AREA					2. INSPECCION AREA				
ASPECTOS A EVALUAR		SI	NO	ASPECTOS A EVALUAR		SI	NO		
2.1 Esta limpia y en orden el área de trabajo		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.1 Esta limpia y en orden el área de trabajo		<u>SI</u>	<u>—</u>		
2.2 Esta limpio el tanque de enfriamiento		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.2 Esta limpio el tanque de enfriamiento		<u>SI</u>	<u>—</u>		
2.3 La orden de producción corresponde a la fórmula que se		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.3 La orden de producción corresponde a la fórmula que se		<u>SI</u>	<u>—</u>		
2.4 Hay mezclas de otros lotes en el área		<u>—</u>	<u>NO</u>	2.4 Hay mezclas de otros lotes en el área		<u>—</u>	<u>NO</u>		
2.5 Las mezclas y peletizado están sobre estibas		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.5 Las mezclas y peletizado están sobre estibas		<u>SI</u>	<u>—</u>		
2.6 El peletizado está debidamente identificado		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.6 El peletizado está debidamente identificado		<u>SI</u>	<u>—</u>		
2.7 Los lotes de materiales corresponden a los enunciados en el R-PI-014		<u>SI</u>	<u>—</u>	2.7 Los lotes de materiales corresponden a los enunciados en el R-PI-014		<u>SI</u>	<u>—</u>		
OBSERVACIONES: <u>5 VA Stn/1300</u>				OBSERVACIONES:					
INSPECTORA DE CALIDAD: <u>Stn/1300</u>				INSPECTORA DE CALIDAD: <u>Stn/1300</u>					

**QUALITY CONTROL DEPARTMENT
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Client	PLASTITEC S.A.S	Analysis No.	26E01571-F
Address	Carrera 56 # 5 C - 72	Reception date	2026-05-07
Product Name	PVC COMPOUND	Analysis start date	2026-05-11
Batch No.	C 1533-36E07	Report date	2026-05-13
Presentation	PELLET	Quantity of sample	200 GRAMOS
Manufacturing date	N.A.	Provider	PLASTITEC S.A.S
Expiration date	N.A.	Annexes	1

TEST	TECHNIQUE	SPECIFICATION	RESULTS
Absorbance	Ph. Eur (3.1.14)	< 0,25 [250 - 310 nm]	0,02
Reducing Substances	Ph. Eur (3.1.14)	< 2,0 mL SodiumThiosulfate 0,01M	1,4 mL
Heavy Metal	Ph. Eur (3.1.14)	< 2 ppm	0 ppm
Buffer Capacity (25,0°C)	USP <661>	≤ 10 mL	0 mL
Total Extract (No volatile Residue)	USP <661>	≤ 15 mg	0 mg

N.A.: No Apply.

N.E.: No specified.

Note: Results based on sample sent and determined by the methods used and obtained by the difference between the target and sample (protocol 1).

CONCEPT: APPROVED

Observations:


Ph. Eur. (v) (3.1.14): Pharmacopeia European.

USP (v) (661): United States Pharmacopeia.

Annexes: Report spectrophotometry.

Approved:

CONFORME
DIRECTOR TÉCNICO
Y GESTIÓN DE
CALIDAD


Carlos Manuel Bustos Bolívar Q.F. U.
Technical director

This certificate may not be reproduced partially or totally without written permission **TECMOL FARMACEUTICA S.A.S.**

DATE OF ISSUE: 2024-06-12

NEXT REVISION DATE: 2028-06

FOR-DFQ-003-34

Página 1 de 1


PBX: +57-601 514 5821
Directos: +57-601 290 5898
+57-601 479 6652

Servicio al cliente: 3185936262
3158491380
Recepción: 3184873767

tecmol@tecmolfarmaceutica.com
marketing@tecmolfarmaceutica.com
www.tecmolfarmaceutica.com

Carrera 71 D N° 6D-59/5
Bogotá - Colombia

Espectro : 26E01571-F.dsp
 Descripción: C 1533-36E07
 Operario: J.ACUNA
 Creado: 11/05/2026 03:28:26 p. m.
 Espectrofotómetro: Orion AquaMate 8000 UV-Vis
 Número de serie: 2W2T338204
 Firmware: 1.006
 Lín. Base: 11/05/2026 03:21:30 p. m.



Descripción: C 1533-36E07
 Operario: J.ACUNA
 Creado: 11/05/2026 03:28:26 p. m.
 Última modific.: 11/05/2026 03:28:35 p. m.
 Rango de eje X: 250 - 310 nm
 Rango de eje Y: -0.007 - 0.017 A
 Intervalo de datos: 1 nm Número de .. de datos:61
 Espectrofotómetro: Orion AquaMate 8000 UV-Vis
 Número de serie: 2W2T338204 Firmware: 1.006
 Ancho de banda: 1.8 nm
 Lín. Base: 11/05/2026 03:21:30 p. m.

Versión de software: VISIONlite Scan Version 5.1

Histórico del archivo:

Versión 1, 11/05/2026 03:28:35 p. m., J.ACUNA:
 Creado; Método: PLASTICOS (USP 661.2).msc (Versión 1 / 11/05/2026 03:20:12 p. m.)

11/05/2026 03:28:43 p. m.

Página 1 de 1



MANUAL DE REGISTROS

CODIGO R-PI-001

DESPEJE DE LINEA Y ARRANQUE EXTRUSORAS DE DUCTO

VERSIÓN 018

AA: MM: DD: 26-05-26	TURNO: 3	MAQUINA: 660	OPERARIO DE EXTRUSIÓN 2: 86-12	COORDINADOR DE EXTRUSIÓN: 1056
PRODUCTO A FABRICAR: Tubo Atexico 6.25x8.25 FT-EX: 0089 VERSION: 2				
EQUIPO UTILIZADO PARA ESTA PRODUCCION. tradicional PINOLA mm: 10 BOQUILLA mm: 12.8				
CANTIDAD DE MALLAS MONTADAS PARA ESTA PRODUCCION: 2				
1.INSPECCION DE LINEA ESCRIBA SI O NO SEGÚN CORRESPONDA				
(1.1) ESTA IDENTIFICADO EL PRODUCTO ANTERIOR?				SI / NO
(1.2) NOMBRE DEL PRODUCTO ANTERIOR: tubo Atexico 6.25x8.25 LOTE: 3600-3660				
(1.3) SE ENCUENTRAN MATERIALES EXTRAÑOS EN LA MAQUINA?				SI / NO
(1.4) LA MAQUINA ESTA LIBRE DE MATERIALES Y PRODUCTOS ANTERIORES?				SI / NO
(1.5) LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIMPIA EXTERNAMENTE EN TODAS SUS PARTES?				SI / NO
(1.6) EL TORNILLO DE LA MAQUINA SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIAL RESIDUAL DEL PRODUCTO ANTERIOR?				SI / NO
(1.7) EL TANQUE DE ENFRIAMIENTO, HALADOR, CANECAS, MESA Y ENROLLADOR SE ENCUENTREN LIMPIOS?				SI / NO
(1.8) LA DOCUMENTACION PARA EL CONTROL DEL PROCESO SE ENCUENTRE LISTA EN EL SITIO DE USO?				SI / NO
2.FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.				
(2.1) LA FICHA TECNICA DE PROCESO (FTP-ED) SE ENCUENTRE EN EL SITIO DE USO ?				SI / NO
(2.2) LA PRESIÓN DEL AGUA QUE ENTRA AL TANQUE DE REFRIGERACION SE ENCUENTRE ENTRE 25 Y 50 PSI?				SI / NO
(2.3) REGISTRE LA PRESION (BAR) DE AIRE OPTIMA PARA EL SECADO DEL PRODUCTO. 1.2				
(2.4) EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA REFRIGERACION DEL PRODUCTO SE ENCUENTRA CON EL AGUA LIBRE DE PARTICULAS?				SI / NO
(2.5) REGISTRE NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO CON LA QUE SE EJECUTO EL MANTENIMIENTO SEMANAL A LA UNIDAD NEUMÁTICA DE FILTRACIÓN SUBMICRONICA QUE ENTRA AL SECADOR. N. ORDEN DE TRABAJO: 9255				
(2.6) LA MEDIDA EXTERNA DEL PRODUCTO ESTE REGISTRADA EN EL LASERMIKE SEGÚN FICHA TECNICA (FT-EX)?				SI / NO
(2.7) VERIFIQUE Y REGISTRE LA PRESION ENCONTRADA EN EL SISTEMA DE PRESURIZACION 0.20 (+/- 0.03) bar. NA				
(2.8) EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESURIZADO SE ENCUENTRA CON CANDADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE?				SI / NO
(2.9) REGISTRE Y COMPARE LAS DESVIACIONES DE TEMPERATURAS ZONAS DEL CABEZAL. NOTA: SI ENCUENTRA DESVIACION DE $\pm 5^\circ$ INFORMAR AL AREA DE MANTENIMIENTO.				
ZONA: 5	TEMPERATURA PIROMETRO: 153	ZONA: 6	TEMPERATURA PIROMETRO: 158	ZONA: 7
	TEMP. TERMOMETRO PATRON: 153		TEMP. TERMOMETRO PATRON: 158	
				TEMPERATURA PIROMETRO: 169
				TEMP. TERMOMETRO PATRON: 169
3.ARRANQUE DE PRODUCTO.				
(3.1) EL PRODUCTO A FABRICAR CORRESPONDE CON LA FICHA TECNICA.(FT-EX)?				SI / NO
(3.1.1) LOTE Y CODIGO DE PRODUCTO. C: 1533-3660 P: 3600-36626-6				
(3.2) EL COMPUESTO CORRESPONDA AL PRODUCTO A PROCESAR SEGÚN LA FICHA TECNICA.(FT-EX)?				SI / NO
(3.2.1) LOTE Y CODIGO DEL COMPUESTO. C: 1533-3660 P: 359-36626-6				
(3.2.2) VERIFICÓ LA HOJA MASTER Y ESCANEÓ CON LA TERMINAL EL CODIGO DE BARRAS DE LA FICHA TECNICA Y EL COMPUESTO A PROCESAR?				SI / NO
(3.3) LAS MEDIDAS CORRESPONDEN CON LA FICHA TECNICA DE PRODUCTO.(FT-EX)?				SI / NO
(3.4) MEDIDAS mm. 6.25x8.25 MEDIDA INTERNA mm. 6.25 ± 0.05 MEDIDA EXTERNA mm. 8.25 ± 0.05 GALGA DE MEDICION mm. 6.25				
(3.5) EL TAMBOR EMBOBINADOR CORRESPONDE AL PRODUCTO A FABRICAR SEGÚN FICHA TECNICA?				SI / NO
(3.5.1) CODIGO DEL TAMBOR EMBOBINADOR: C1-MTC-62 MEDIDA DIÁMETRO EXTERNO mm: 295 $\pm 3-0$ MEDIDA ALTURA mm: 163 $\pm 3-0$				
(3.5.2) LAS MEDIDAS DE LA BOBINA EN LA QUE SE VA A ENROLLAR LA PRODUCCION CONCUERDAN CON LA FICHA TECNICA (FT-EX)? REGISTRELAS. DIÁMETRO mm: 130 $\pm 3-0$ 295 $\pm 3-0$ ALTURA mm: 163 $\pm 3-0$				SI / NO
(3.6) LA GALGA UTILIZADA PARA LA MEDICIÓN DEL DIÁMETRO INTERNO DEL ROLLO CORRESPONDE AL PRODUCTO A FABRICAR?				SI / NO
(3.6.1) CODIGO DE LA GALGA: NA				
(3.7) EL CALIBRADOR DIGITAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACIÓN MENSUAL R-MT-007?				SI / NO
(3.8) SERIAL DEL CALIBRADOR: 142210225 FECHA DE VERIFICACION: 26-05-26 FECHA DE PROXIMA VERIFICACION: 26-06-11				
(3.9) LA BASCULA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y CON STICKER DE VERIFICACION SEMESTRAL? R-MT-004 (INSPECCION DIARIA), R-MT-051 (VERIFICACION SEMESTRAL).				SI / NO
(3.9.1) CÓDIGO DE BASCULA: JK 226403 FECHA DE INSPECCIÓN DIARIA: 26-05-26				SI / NO
(3.9.2) FECHA DE VERIFICACIÓN SEMESTRAL: 26-04-26 FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN SEMESTRAL: 26-10				
4.INSPECCION DE EMPAQUE.				
(4.1) EL CÓDIGO Y CALIBRE DEL POLIETILENO CORRESPONDEN CON LA FICHA TECNICA.(FT-EX)? SI DETECTA COLOR, OLO Y TEXTURA EXTRAÑA EN EL MATERIAL DE EMPAQUE INFORMAR AL COORDINADOR.				NOTA: SI / NO
(4.2) EL CÓDIGO DE LAS ETIQUETAS CORRESPONDEN CON LA FICHA TECNICA (FT-EX)?				SI / NO
(4.3) VERIFICÓ QUE HAYAN SUFICIENTES CARROS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO?				SI / NO
OBSERVACIONES: 08" 50273"				

TURNOS 1	TURNOS 2	TURNOS 3
REVISADO POR GESTION CALIDAD		
TURNOS 1	TURNOS 2	TURNOS 3



MANUAL DE REGISTROS

CODIGO R-PI-013

INSPECCION CALIDAD EXTRUSION DE TUBERIAS

VERSIÓN 004

FECHA: AA. MM. DD. 26-06-04

MAQUINA 640

PRODUCTO: Tubo A toxico 6.25 x 8.25 "50454"

C: 1533-36607

P: 3600-3604-4

FRECUENCIA CADA ROLLO

ROLLO NUMERO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO EXTERNO mm	ESPESOR PARED DER mm	ESPESOR PARED IZQ mm	GALGA DE MEDICION mm	LONGITUD DE CORTE mm	PESO ROLLO Kg	EL ROLLO SE ENCUENTRA LIBRE DE PARTICULAS Y MATERIAL QUEMADO ?	
								SI	NO
1	6.25	8.27	1.01	1.00	6.25	NA	3.02	✓	
2	6.25	8.25	1.00	1.02	6.25	NA	3.05	✓	
3	6.25	8.22	1.01	1.00	6.25	N/A	3.04	✓	
4	6.25	8.22	1.05	0.97	6.25	NA	3.02	✓	
5	6.25	8.25	1.01	0.95	6.25	NA	3.05	✓	
6	6.25	8.25	1.00	0.99	6.25	N/A	3.07	✓	
7	6.25	8.26	1.02	1.00	6.25	NA	3.05	✓	
8	6.25	8.29	1.03	0.98	6.25	NA	3.06	✓	
9	6.25	8.28	0.99	0.97	6.25	N/A	3.08	✓	
10	6.25	8.27	1.02	1.00	6.25	NA	3.07	✓	
11	6.25	8.24	1.04	0.96	6.25	NA	3.08	✓	
12	6.25	8.28	1.01	1.00	6.25	N/A	3.09	✓	
13	6.25	8.23	1.02	0.98	6.25	NA	3.07	✓	
14	6.25	8.29	1.00	0.97	6.25	NA	3.09	✓	
15	6.25	8.28	1.00	1.01	6.25	N/A	3.12	✓	
16	6.25	8.20	1.00	1.01	6.25	NA	3.08	✓	
17	6.25	8.24	1.03	0.97	6.25	NA	3.06	✓	
18	6.25	8.25	1.03	1.00	6.25	N/A	3.07	✓	
19	6.25	8.27	1.01	0.99	6.25	NA	3.05	✓	
20	6.25	8.24	1.00	0.98	6.25	NA	3.06	✓	
21	6.25	8.26	1.01	1.00	6.25	N/A	3.07	✓	
22	6.25	8.29	1.03	0.97	6.25	NA	3.09	✓	
23	6.25	8.23	1.00	0.99	6.25	NA	3.06	✓	
24	6.25	8.27	0.99	0.96	6.25	N/A	3.07	✓	
25	6.25	8.26	1.02	1.00	6.25	NA	3.10	✓	
26	6.25	8.25	1.02	1.00	6.25	NA	3.09	✓	
27	6.25	8.26	1.00	0.99	6.25	N/A	3.06	✓	
28	6.25	8.24	1.02	0.98	6.25	NA	3.08	✓	
29	6.25	8.25	1.00	1.01	6.25	NA	3.10	✓	
30	6.25	8.25	1.01	1.00	6.25	N/A	3.08	✓	
31	6.25	8.23	1.00	1.02	6.25	NA	3.12	✓	
32	6.25	8.26	1.02	1.03	6.25	NA	3.10	✓	
33	6.25	8.25	1.00	1.01	6.25	NA	3.09	✓	

OPERARIOS RESPONSABLES

TURNO 1

FA 8677

TURNO 2

Munio

TURNO 3

REVISADO POR GESTION CALIDAD

TURNO 1

Anayas

TURNO 2

Munio

TURNO 3



PLASTITEC
PLASTICOS TECNICOS
PLANTA PRODUCTOS
MEDICO FARMACEUTICOS

MANUAL DE REGISTROS

CODIGO R-PI-013

INSPECCION CALIDAD EXTRUSION DE TUBERIAS

VERSIÓN 004

FECHA: AA. MM. DD. 26-06-04

MAQUINA 640

PRODUCTO: TUBO ATOXICO 6.25 X 8.25

C: 1533-36607

P: 1580 * 36604-4

FRECUENCIA CADA ROLLO

ROLLO NUMERO	DIAMETRO INTERNO mm	DIAMETRO EXTERNO mm	ESPESOR PARED DER mm	ESPESOR PARED IZQ mm	GALGA DE MEDICION mm	LONGITUD DE CORTE mm	PESO ROLLO Kg	EL ROLLO SE ENCUENTRA LIBRE DE PARTICULAS Y MATERIAL QUEMADO ?	
								SI	NO
34	6.25	8.24	0.95	0.97	6.25	N/A	3.10	✓	
35	6.25	8.24	1.01	1.00	6.25	NA	3.08	✓	
36	6.25	8.26	0.99	0.98	6.25	NA	3.09	✓	
37	6.25	8.25	1.00	0.98	6.25	N/A	3.06	✓	
38	6.25	8.27	1.02	1.00	6.25	NA	3.12	✓	
39	6.25	8.25	1.00	0.99	6.25	NA	3.10	✓	
40	6.25	8.20	0.97	1.00	6.25	N/A	3.08	✓	
41	6.25	8.28	1.02	1.01	6.25	NA	3.10	✓	
42	6.25	8.26	1.01	0.99	6.25	NA	3.12	✓	
43	6.25	8.29	1.03	0.97	6.25	N/A	3.08	✓	
44	6.25	8.21	0.96	0.99	6.25	N/A	3.06	✓	
45	6.25	8.23	1.04	0.98	6.25	NA	3.08	✓	
46	6.25	8.26	0.98	1.00	6.25	N/A	3.10	✓	
47	6.25	8.24	1.05	0.99	6.25	NA	3.08	✓	
48	6.25	8.24	1.04	1.02	6.25	NA	3.15	✓	
49	6.25	8.22	0.97	1.00	6.25	N/A	3.10	✓	
50	6.25	8.28	1.02	1.01	6.25	NA	3.08	✓	
51	6.25	8.26	1.01	0.99	6.25	NA	3.10	✓	
52	6.25	8.23	0.98	1.00	6.25	N/A	3.11	✓	
53	6.25	8.28	1.01	1.04	6.25	NA	3.08	✓	
54	6.25	8.22	0.97	0.99	6.25	NA	3.10	✓	
55	6.25	8.20	0.95	0.98	6.25	N/A	3.06	✓	
56	6.25	8.26	1.00	0.99	6.25	NA	3.12	✓	
57	6.25	8.27	1.01	1.02	6.25	NA	3.10	✓	
58	6.25	8.23	0.99	1.01	6.25	N/A	3.10	✓	
59	6.25	8.25	1.00	0.99	6.25	NA	3.12	✓	
60	6.25	8.24	0.99	0.98	6.25	NA	3.10	✓	
61	6.25	8.23	1.01	0.98	6.25	N/A	3.08	✓	
62	6.25	8.24	0.99	1.00	6.25	NA	3.06	✓	
62	6.25	8.26	1.01	1.02	6.25	NA	3.04	✓	
63	6.25	8.20	0.99	0.96	6.25	N/A	3.11	✓	
64	6.25	8.24	1.00	0.98	6.25	N/A	3.15	✓	
65	6.25	8.22	0.99	1.01	6.25	N/A	3.20	✓	

OPERARIOS RESPONSABLES

TURNO 1

TURNO 2

TURNO 3

REVISADO POR GESTION CALIDAD

TURNO 1

TURNO 2

TURNO 3

*3600 W8678
*5 W8678

* N1A HAMMOET

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO

DESPEJE Y ARRANQUE LINEAS DE SELLADO

LINEA BOCAS 1

CODIGO : R-PRF-006

VERSION 13

1. RETIRO DE MATERIAL DE LA LINEA

SI / NO

FECHA: 2026-07-06 TURNO: 1 HORA DE INICIO: 7:55 HORA FINAL: 8:00

SE RETIRA FICHA TECNICA NO. 1614 VERSION 2

1.1	ESTA IDENTIFICADO EL PRODUCTO SALIENTE?	SI
	NOMBRE DEL PRODUCTO: <u>VETIVEX PHYLYTE SOLUTION</u> NO LOTE: <u>7467-36C20</u> VOLUMEN: <u>5000ML ML</u>	
	NOMBRE DEL CLIENTE: <u>LAB BIOGALENIC</u> ORDEN DE PRODUCCION: <u>49953</u>	
1.2	HAY MATERIALES EXTRAÑOS EN LA LINEA?	NO
1.3	LA LINEA ESTA LIBRE DE MATERIALES Y PRODUCTOS ANTERIORES?	SI
1.4	ESTA LIMPIA Y EN ORDEN EL AREA DE LA LINEA?	SI
1.5	ESTA LIMPIO EL EQUIPO?	SI
1.6	SE RETIRA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACION DEL RECIPIENTE DE ENSAMBLE?	SI
1.7	RETIRAR RECIPIENTE DE CICLOHEXANONA (ROJO) Y DE ALCOHOL (BLANCO)	SI

VO.BO. ENCARGADA: NELLY MONROY VO.BO. COORDINADOR (A): NOHORA CASAS OVALLE

VO.BO. INSPECTORA DE CALIDAD: NATALY RAMOS VO.BO. COORDINADORA DE CALIDAD: ALEJANDRA ABAUNZA

EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES EL ADECUADO?

NO

HORA DE INICIO 8:10 HORA FINAL 5:50

VO.BO. MANTENIMIENTO EDWIN RUIZ CUADRE DE MAQUINA 0

2. INSPECCION DE PRODUCTO Y ARRANQUE DE LINEA

SI / NO

FECHA: 2026-07-06 TURNO: 2 HORA DE INICIO: 6:20 HORA FINAL: 6:35

INGRESA FICHA TECNICA NO FT-DT-1610 VERSION 2

2.1	EL ARTE DE LA IMPRESIÓN CORRESPONDE SEGÚN FICHA TECNICA ?	SI
	ESTA IDENTIFICADA LA LINEA CON EL PRODUCTO ENTRANTE?	SI
	NOMBRE DEL PRODUCTO: <u>BOLSA PARA ENEMA</u> NO. LOTE: <u>7465-36G06</u> VOLUMEN: <u>1000 ML</u>	
	NOMBRE DEL CLIENTE: <u>TECNOFAR TQ S.A.S.</u> ORDEN DE PRODUCCION: <u>50653</u>	

3. INSPECCION INGRESO DE INSUMOS

SI / NO

3.1	ENTRADA DE MATERIAL : T. CALIDAD <u>0</u> T. PRODUCCION <u>0</u> TOTAL TIEMPO <u>0</u>	
3.2	ESTA EL PRODUCTO LIMPIO Y PROTEJIDO?	
3.3	LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO COINCIDE CON EL CONTENIDO DE LA CAJA?	SI
3.4	LOS DUCTOS CORRESPONDEN AL PRODUCTO A TRABAJAR?	SI
	DUCTO DERECHO LOTE C: <u>N/A</u> P: <u>N/A</u>	
	DUCTO IZQUIERDO LOTE C: <u>N/A</u> P: <u>N/A</u>	
	DUCTO CENTRAL LOTE C: <u>1533-36E07</u> P: <u>3600-36F26-4</u>	
3.5	LOS ACCESORIOS DE LA BOLSA SON LOS QUE CORRESPONDEN?	NO
	MARIPOSA: <u>NO</u> + CUPULA: <u>NO</u> NO DE LOTE <u>NO</u> USAR CICLOHEXANONA	NO
	CONECTOR: <u>NO</u> TAPON PROTECTOR <u>NO</u> NO DE LOTE: <u>NO</u> USAR CICLOHEXANONA	NO
	CUPULA ETP C : <u>NO</u> P : <u>NO</u> USAR CICLOHEXANONA	NO
	PUNTO DE INYECCION : <u>NO</u> NO DE LOTE: <u>NO</u> USAR ALCOHOL AL 96% <u>NO</u>	NO
	ACCESORIO ADICIONAL <u>NO</u> NO LOTE <u>NO</u>	
	USAR ALCOHOL 96% <u>NO</u> USAR CICLOHEXANONA <u>NO</u>	

172.16.1.138:8084/Registros_lab/Registro?opc=41&irg=159819

1/2

	ESTA IDENTIFICADO EL RECIPIENTE DEL ENSAMBLE CON LA ETIQUETA CORRESPONDIENTE?	NO
3.6	LOTE DE TINTA: <u>209440</u> COLOR DE TINTA SEGUN FICHA TECNICA: <u>AZUL OSCURO</u>	
	MANGA C: <u>15302-36E25</u> C: <u>N/A</u> P: <u>3624-36E26-5</u> NO DE LOTE COLAS <u>7465-36E25</u>	
3.7	EL CAMBIO SE HACE POR? <u>PRODUCTO</u>	
VO.BO. ENCARGADA: <u>WENDY QUIROGA</u> VO.BO. COORDINADOR (A): <u>SANDRA MILENA GARCIA VERGARA</u>		
VO.BO. INSPECTORA DE CALIDAD: <u>JEIMY LOPEZ</u> VO.BO. COORDINADORA DE CALIDAD: <u>ALEJANDRA ABAUNZA</u>		

4. INSPECCION HERRAMENTAL A TRABAJAR		SI / NO
4.1	LOS ELECTRODOS CORRESPONDEN AL CLIENTE A TRABAJAR?	SI
	ELECTRODO NO. <u>496</u>	
4.2	ESTAN LAS PASTILLAS EN EL SELLADO DE COLAS?	NO
	ESTAN LOS TROQUELES EN BOCAS?	NO
	CORRESPONDEN AL CLIENTE A TRABAJAR?	NO
4.3	EL NUMERO DE LOTE SELLADO EN LA BOLSA ES EL QUE CORRESPONDE?	SI
	NO. DE LOTE: <u>7465-36G06</u>	

5. INSPECCION PARAMETROS SEGÚN FICHA TECNICA		SI / NO
5.1	LA LONGITUD DE LA BOLSA CORRESPONDE A LA DESCRITA EN LA FICHA TECNICA	SI
5.2	LA LONGITUD DEL DUCTO CORRESPONDE A LA DESCRITA EN LA FICHA TECNICA	SI
5.3	LAS PRUEBAS FUNCIONALES EFECTUADAS CUMPLEN?	SI

6. INSPECCION IMPLEMENTOS DE MEDICIÓN		SI / NO
6.1	VERIFIQUE QUE EL CALIBRADOR DIGITAL SE ENCUENTRE Y CON STICKER DE VERIFICACION INTERNA	SI
	SERIAL DEL CALIBRADOR: <u>07167135</u> FECHA DE VERIFICACION: <u>26-06-11</u> PROXIMA FECHA DE VERIFICACION: <u>26-07-11</u>	
6.2	VERIFIQUE QUE LAS REGLAS METALICAS SE ENCUENTREN Y CON STICKER DE VERIFICACION INTERNA	SI
	SERIAL DE LAS REGLAS: <u>38-037</u> FECHA DE VERIFICACION: <u>26-03-20</u> PROXIMA FECHA DE VERIFICACION: <u>2026-09</u>	

7. INSPECCION DE MATERIALES		SI / NO
FECHA: <u>2026-07-06</u> TURNO: <u>2</u> HORA DE INICIO: <u>6:20</u> HORA FINAL: <u>6:35</u>		
7.1	LAS PLANTILLAS O GUIAS DE ENCARRE DEL PRODUCTO SON LAS CORRESPONDIENTES?	SI
7.2	HAY POLIETILENO PARA EL EMPAQUE DE LA PRODUCCION?	SI
	EL POLIETILENO APLICA A LAS DIMENSIONES SEGÚN FICHA TECNICA?	SI
	LARGO: <u>63.0</u> ANCHO: <u>50.8</u>	
7.3	EL COLOR DEL POLIETILENO UTILIZADO EN EL EMPAQUE CUMPLE FICHA TECNICA?	SI
7.4	SI DETECTA COLOR, OLOR Y TEXTURA EXTRAÑA EN EL MATERIAL DE EMPAQUE INFORMAR A LA COORDINADORA DE PRODUCCIÓN.	
7.5	HAY ETIQUETAS PARA ROTULADO Y TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCION?	SI
7.6	ESTAN LOS FORMATOS DE PRODUCCION, GESTION CALIDAD Y MTO?	SI
7.7	ESTA EL CARRO PARA EL PRODUCTO TERMINADO DENTRO DE LA LINEA?	SI

OBSERVACIONES:

VO.BO. ENCARGADA: WENDY QUIROGA VO.BO. COORDINADOR (A): SANDRA MILENA GARCIA VERGARAVO.BO. INSPECTORA DE CALIDAD: JEIMY LOPEZ VO.BO. COORDINADORA DE CALIDAD: ALEJANDRA ABAUNZA

NOTA: ESCRIBA SI O NO SEGUN CORRESPONDA

$\frac{1}{2}$

EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PRUEBAS CALIDAD									
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8	
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD					CUMPLE				
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS					CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A								
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)									
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
PRODUCCIÓN									
PRUEBAS DE CALIDAD	0	0	0	0	3	4	8	0	15
CALIBRES ALTOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
GEL EN MANGA SELLADO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
QUEMADOS EN MANGA SELLADOS	0	0	0	0	0	0	5	0	5
SIN DUCTO	0	0	0	0	0	0	2	0	2
DUCTO CORTO	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SCREEN									
QUEMADOS	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Total descripción PNC									34

PARADA		MINUTOS	PARADA		MINUTOS
LIMPIAR MAQUINA		12	CAMBIO DE ELECTRODOS X REF		230
INSPECCION -ARRANQUE		15	CALIBRES ALTOS		21
RECIBIBIR ELECTRODOS CALIDAD		10	TOTAL		251
PAUSAS		6			
CAMBIO DE CODIGO		3			
TOTAL		46			
OBSERVACIONES					
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción			Responsable
2026/07/06 (22:10:PM)	BITACORA DE CALIDAD	SE HACE CAMBIO DE PRODUCTO ** SE GENERA LOTE POR FECHA ** SE SACA CONTRAMUESTRA ** CENTROS, CALIBRES Y LONGITUDES DENTRO DE PARAMETROS ** PRUEBAS FUNCIONALES CON RESULTADOS CUMPLE ** PAQUETES SIN NOVEDAD ** SE REALIZA INSPECCION SIN NOVEDAD **			JEIMY LOPEZ
2026/07/06 (18:55:PM)	GRUPO DE TRABAJO	YESSICA8986, YURANI8236,			WENDY QUIROGA
2026/07/06 (18:54:PM)	IMPLEMENTOS TURNO 2	SE RECIBE BANDERAS COMPLETAS 2 REGLAS, 1 TUERAS,1 PINZAS,1 COMPARADOR DIGITAL SERIAL11081132			WENDY QUIROGA



ORDEN DE PRODUCCION : 50653	CLIENTE : TECNOFAR TQ S.A.S.	FICHA TECNICA : FT-DT-1610 VERSION : 2	LINEA : BOCAS 1	PRODUCTO : 2C01007465/BOLSA PARA ENEMA 1000ML	LOTE PRODUCTO:7465-36G06 VOLUMEN : 1000 ML
LOTE COLA : 7465-36E25	FECHA : 2026-07-06 TURNO : TURNO 3	ENSAMBLE : N/A ENSAMBLE 2°: N/A	LOTE ENSAMBLE: N/A LOTE ENSAMBLE 2°: N/A	COLOR / LOTE DE TINTA : AZUL OSCURO/209440	RESPONSABLES : SANDRA MILENA GARCIA VERGARA SANDRA CARDOZA GINARY VILLAMIL MAYERLY MARTINEZ
MANGA C : 15302-36E25 C :N/A P :7465-36E25-5		DUCTO IZQUIERDO C : N/A P :N/A	DUCTO CENTRAL C : 1533-36E07 P :3600-36F26-4	DUCTO DERECHO C : N/A P :N/A	

PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA											
Parámetro	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PROM.
CUMPLE CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LONGITUD CUERPO DEL BOLSA MM	309	308	308	308	305	304	308	305	306	307	306.8
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO UNO MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO UNO MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO UNO MM (FT)	26.7	27.7	28.2	26.6	26.9	26.3	26.4	26.7	26.8	26.3	26.86
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO UNO (MAX DIF 0.5MM)	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.05	0.09	0.04	0.06	0.06	0.06
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO DOS MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO DOS MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO DOS MM (FT)	27.4	28.4	27.8	27.0	27.6	26.1	26.8	26.9	27.6	27.0	27.26
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO DOS (MAX DIF 0.5MM)	0.04	0.09	0.05	0.07	0.02	0.01	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MAX	54.0	54.0	56.0	53.0	52	54.0	53.0	59.0	56.0	53.0	54.4
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MIN	53.0	53.0	55.0	52.0	49	53.0	52.0	55.0	55.0	52.0	52.9
CENTRADO LATERAL DEL REGISTRO (MAX DIF 10 MM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA (I-GC-005)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EL ACCESORIO INSTALADO CUMPLE (FT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELECTRODO BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRODO COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ANCHO DE MANGA	120	121	120	120	120	121	120	120	120	120	120.2
CUMPLE LAS PASTILLAS COLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE LOS TROQUELES BOCAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESPESOR PARED DOBLE(MM)	0.67	0.66	0.68	0.69	0.64	0.64	0.66	0.69	0.64	0.66	0.66
ESPESOR PARED SENCILLA(MM)	0.33	0.34	0.35	0.33	0.32	0.30	0.33	0.35	0.34	0.33	0.33
ESPESOR PARED SENCILLA ESTRIADA MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO DERECHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO DERECHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO CENTRAL MM	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO CENTRAL MM	8.27	8.28	8.30	8.30	8.27	8.29	8.24	8.30	8.30	8.27	8.28
ANCHO DE VENTANA	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0.0
CICLOS POR HORA	350	400	380	400	0	310	400	270	200	0	271.0
REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPUMA Y/O FUNDIDA EN CERRUTINA	10:00	0	00:00	00:00	0	0	0	00:00	00:00	0	N/A
RESPONSABLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A
Hora de toma de datos	22:20 PM	23:05-PM	00:09 AM	00:56 AM	23:47-PM	02:01 AM	02:57 AM	04:23 AM	05:07 AM	02:42 AM	
Responsables	SANDRA CARDOZA	GINARY VILLAMIL	SANDRA CARDOZA	SANDRA CARDOZA	MAYERLY MARTINEZ	SANDRA CARDOZA	GINARY VILLAMIL	SANDRA CARDOZA	SANDRA CARDOZA	ELADIA HERRERA	

ESPESOR SOLDADURA EN BOCAS																																
	1				2				3				4				5				6				7				8			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	0.22																				X											
	0.23																				X	X	X	X				X	X			
	0.24																					X	X	X				X	X			
	0.25																													X	X	
	0.26	X		X	X																								X	X		
0.27		X											X															X				
0.28	X		X	X													X													X		
0.29		X																			X											
0.3																																
Promedio de sellado : 0.26 Desviación estandar : 0.02 CP : 0.667 CPK : 0.583																																
ESPESOR SOLDADURA EN COLAS																																
	1				2				3				4				5				6				7				8			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	0.25							X																								
	0.26																															
	0.27							X					X	X			X														X	
	0.28																X		X									X				
	0.29																											X	X	X		
0.3	X	X	X	X			X	X				X				X											X	X	X			
0.31																																
0.32	X		X	X								X	X														X	X	X			
0.33							X										X												X			
0.34																													X	X		
0.35																																
Promedio de sellado : 0.3 Desviación estandar : 0.017 CP : 0.98 CPK : 0.98																																
ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES																																
Electrodos		Bocas																Colas														
		496																300														
Implementos		Tijeras				Dispositivo apertura bolsa												Llaves				Pinzas										
		SI				SI												NO				SI										
Series		Calibrador																Reglas				Lainas										
		07167135																037-038														
CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES																																
Producto en proceso		Lotes en proceso			Responsable proceso	Producto entrante		Lote entrante			Cantidad	Responsable entrada																				
		C	P	Otro				C	P	Otro																						
TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA * 1000 ML		7465-36G06	N/A	N/A	SANDRA CARDOZA (22:22-PM)	TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA * 1000 ML		7465-36E25	N/A	N/A	3241 UNDI(S)	GINARY VILLAMIL (22:37-PM)																				
TUBO ATOXICO		1533-36E07	3600-36F26-4	N/A		TUBO ATOXICO		1533-36E07	3600-36F26-4	N/A	100 M(S)	GINARY VILLAMIL (00:56-AM)																				
TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA * 1000 ML		7465-36G06	N/A	N/A	SANDRA CARDOZA (04:26-AM)	TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA * 1000 ML		7465-36E25	N/A	N/A	3935 UNDI(S)	GINARY VILLAMIL (04:27-AM)																				

VERIFICACIÓN DE LOTE Y CÓDIGO

Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE NUMERO	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PRUEBAS CALIDAD

Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE				CUMPLE			
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A							

DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
PRODUCCIÓN									
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	2	0	2	0	0	0	7
BOLSA RAYADA	1	0	1	0	0	0	0	0	2
DUCTO METIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
QUEMADO EN MANGA SELLADO	2	0	3	3	5	0	0	0	13
BOCA RAPADA	4	0	1	0	0	6	1	1	13
OREJAS FUERA DE PARAMETROS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
COLA SIN SELLAR	1	0	0	0	0	1	0	0	2
SOMBRA	0	1	0	0	0	0	3	3	7
DUCTO CORTO	0	1	0	0	0	2	5	3	11
SCREEN REPISADO	0	0	1	0	0	0	1	0	2
CALIBRES ALTOS	0	0	0	0	0	11	0	0	11
SCREEN DISTORCIONADO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
PELO EN LA MANGA SELLADO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
SIN DUCTO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DUCTO CONTAMINADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BOCA ESTRELLADA	0	0	0	0	0	0	8	2	10
SCREEN									
QUEMADOS	0	1	5	0	0	6	0	0	12
PELO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total descripción PNC									101

...

PARADAS DE MAQUINA

Producción		Mantenimiento	
PARADA	MINUTOS	PARADA	MINUTOS
PAUSAS	12	CALIBRES ALTOS	7
CAMBIO DE CODIGO	3	TOTAL	7
TOTAL	15		

OBSERVACIONES

Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2026/07/07 (05:46:AM)	ETIQUETAS T-3	5-6 ** 7-8 ** 9-10 ** 11-12 ** 13-14 **** (5 CAJAS)	SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (05:46:AM)	SELLAR PRUEBAS DE CALIDAD	SE SELLAN 4 UNDS A LAS 01:00 AM ** SE SELLAN 4 UNDS A LAS 02:00 AM ** SE SELLAN 8 UNDS A LAS 04:30 AM **** (16 BOLSAS)	SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (05:45:AM)	ETIQUETAS T-2	1-2 ** 3-4 **** (2 CAJAS)	SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (04:17:AM)	OBSERVACIÓN DE LA MOPA	SE REALIZA PRIMER RECORRIDO A LAS 10:50 PM ** SE REALIZA SEGUNDO RECORRIDO A LAS 02:34 AM	SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (02:59:AM)	BITACORA DE CALIDAD	PRUEBAS FUNCIONALES CUMPLE // INSPECCIONES SIN MAYOR NOVEDAD // INSPECCIÓN DE ATRIBUTOS: SCREEN REPISADO 2 Y QUEMADOS 2 PAQUETE # 7, REVISO PAQUETE ANTERIOR SIN NOVEDAD # 6// REVISION DE PAQUETES SIN NOVEDAD //	GINARY VILLAMIL
2026/07/06 (22:38:PM)	GRUPO DE TRABAJO	KATHY MONTIEL 7160 ** LUISANA MORILLO 8933	SANDRA CARDOZA
2026/07/06 (22:37:PM)	IMPLEMENTOS DE LINEA	COMPUTADOR ** BANDERAS ** COMPARADOR DIGITAL 1108132 ** MEDIDOR DE PAQUETES ** REGLA DE PAQUETES ** FALTA GALGA DE GELES **** TODO OK	SANDRA CARDOZA
2026/07/06 (22:37:PM)	NOTA	SE INICIA TURNO REALIZANDO LIMPIEZA DE MAQUINAS, SELLADORA DE POLIETILENO, MESAS Y SILLAS CON ALCOHOL AL 96% VERIFICADO POR CALIDAD	SANDRA CARDOZA

PLASTITEC

PLASTICOS TECNICOS

PLANTA PRODUCTOS

MEDICO FARMACEUTICOS

REGISTRO

CONTROL PROCESO

CODIGO R-PRF-011 VERSION 14

ORDEN DE PRODUCCION : 50653

CLIENTE : TECNOFAR TQ S.A.S.

LOTE COLA : 7465-36E25

FECHA : 2026-07-07 TURNO : TURNO 1

MANGA C : 15302-36E25 C :N/A P :3624-36E26-5

FICHA TECNICA : FT-DT-1610 VERSION : 2

LINEA : BOCAS 1

ENSAMBLE : N/A
ENSAMBLE 2°: N/A

LOTE ENSAMBLE: N/A
LOTE ENSAMBLE 2°: N/A

DUCTO IZQUIERDO C : N/A P :N/A

DUCTO CENTRAL C : 1533-36E07 P :3600-36F26-4

DUCTO DERECHO C : N/A P :N/A

PRODUCTO : 2C01007465/BOLSA PARA ENEMA 1000ML

LOTE PRODUCTO:7465-36G06 VOLUMEN : 1000 ML

RESPONSABLES :
MAYERLY MARTINEZ
NATALY RAMOS
NELLY MONROY
JENNY CASTIBLANCO

PARAMETROS DE FRECUENCIA POR HORA

Parámetro	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PROM.
CUMPLE CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LONGITUD CUERPO DEL BOLSA MM	304	303	305	304	305	306	306	303	307	305	304.8
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO UNO MM	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO UNO MM	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO UNO MM (FT)	27.0	27.7	26.1	26.7	26.6	26.4	26.4	27.1	26.3	26.4	26.67
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO UNO (MAX DIF 0.5MM)	0.03	0.04	0.09	0.03	0.03	0.09	0.08	0.10	0.10	0.02	0.06
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO DOS MM	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO DOS MM	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO DOS MM (FT)	26.4	26.1	27.3	26.4	27.9	27.1	27.1	27.6	27.2	28.1	27.12
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO DOS (MAX DIF 0.5MM)	0.06	0.02	0.14	0.06	0.09	0.03	0.04	0.15	0.07	0.04	0.07
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MAX	57.0	53.0	56.0	55.0	57	54.3	55.9	53.3	54.0	56	55.15
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MIN	56.0	52.0	52.6	54.0	56	53.2	54.3	52.9	53.0	53	53.7
CENTRADO LATERAL DEL REGISTRO (MAX DIF 10 MM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA (I-GC-005)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EL ACCESORIO INSTALADO CUMPLE (FT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELECTRODO BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRODO COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ANCHO DE MANGA	120	120	119	120	121	121	120	121	120	120	120.2
CUMPLE LAS PASTILLAS COLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE LOS TROQUELES BOCAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESPOSOR PARED DOBLE(MM)	0.63	0.65	0.67	0.68	0.65	0.62	0.64	0.66	0.63	0.65	0.65
ESPOSOR PARED SENCILLA(MM)	0.32	0.33	0.33	0.35	0.33	0.29	0.34	0.32	0.30	0.33	0.32
ESPOSOR PARED SENCILLA ESTRIADA MM	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO DERECHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO DERECHO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO CENTRAL MM	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO CENTRAL MM	8.28	8.23	8.23	8.30	8.23	8.23	8.22	8.30	8.26	8.22	8.25
ANCHO DE VENTANA	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0.0
CICLOS POR HORA	400	430	290	400	0	400	430	220	0	0	257.0
REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPUMA Y/O FUNDA EN CERRUTINA	6:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
RESPONSABLE	GINNETH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A

ESPOSOR SOLDADURA EN BOCAS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
0.22								
0.23	X							
0.24	X							
0.25	X	X						
0.26	X	X	X					
0.27		X						
0.28								
0.29								
0.3								
Promedio de sellado : 0.25 Desviación estandar : 0.018 CP : 0.741 CPK : 0.519								

ESPOSOR SOLDADURA EN COLAS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
0.25								
0.26		X						
0.27	X							
0.28	X							
0.29								
0.3	X	X	X	X	X			
0.31	X	X	X	X				
0.32								
0.33	X							
0.34								
0.35	X							
Promedio de sellado : 0.31 Desviación estandar : 0.015 CP : 1.111 CPK : 0.889								

ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES

Electrodos	Bocas				Colas			
	496				242			
Implementos	Tijeras	Dispositivo apertura bolsa			Liaves	Pinzas		
	SI	SI			NO	SI		
Seriales	Calibrador				Reglas	Lainas		
	07167135				038-037			

CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES

Producto en proceso	Lotes en proceso			Responsable proceso	Producto entrante	Lote entrante			Cantidad	Responsable entrada
	C	P	Otro			C	P	Otro		
TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA X 1000 ML	7465-36G06	N/A	N/A	NELLY MONROY (12:09 PM)	TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA X 1000 ML	7465-36G06	N/A	7465-36E25	4.023 UND(S)	NATALY RAMOS (12:35:PM)

PARADAS DE MAQUINA

Producción		Mantenimiento	
PARADA	MINUTOS	PARADA	MINUTOS
PAUSAS	12	FALLA POR ALIMENTACION	3

LOTE NUMERO	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	CAMBIO DE CODIGO	3	CENTROS ALTOS	3
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	TOTAL	15	TOTAL	6
PRUEBAS CALIDAD												
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8	OBSERVACIONES			
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE								Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE				CUMPLE				2026/07/07 (12:46:PM)	ASEO:	SE INICIA EL TURNO LIMPIANDO CON ALCOHOL MESAS-SILLAS-SELLADORA Y MAQUINA ...	NELLY MONROY
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	2026/07/07 (12:45:PM)	IMPLEMENTOS:	TODOS LOS IMPLEMENTOS EN ESTADO Y COMPLETOS...	NELLY MONROY
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE								2026/07/07 (12:32:PM)	MOPA TURNO 1	PASAN LA MOPA:7:42AM//10:19AM	NELLY MONROY
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE								2026/07/07 (12:07:PM)	BITÁCORA DE CALIDAD	SE REALIZA SEGUNDA INSPECCIÓN SE OBSERVAN CALIBRES EN LA MÍNIMA / CENTRO; BOCAS: 0.28 / COLAS: 0.33 *** LONGITUDES Y ESPESORES; DENTRO DE PARAMETROS *** RESULTADOS DE PRUEBAS FUNCIONALES: CUMPLE *** SE VERIFICAN Y SE FIRMAN PAQUETES SIN NOVEDAD	NATALY RAMOS
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE								2026/07/07 (10:43:AM)	ETIQUETAS TURNO 1	15-22= 4 CAJAS	NELLY MONROY
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A								2026/07/07 (07:50:AM)	BITÁCORA DE CALIDAD	SE REALIZA PRIMERA INSPECCIÓN SE OBSERVA DUCTO CORTO / CENTROS; BOCAS:0.30 / COLAS:0.32-0.31	NATALY RAMOS
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)												
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	2026/07/07 (06:23:AM)	GRUPO DE TRABAJO T1	GINNETH OROZCO 8528/ XIOMARA OLIVERO 8936
PRODUCCIÓN												
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	2	0	2	0	0	0	7			
DUCTO CORTO	6	7	1	0	0	0	0	0	14			
QUEMADO EN MANGA SELLADO	1	2	0	0	1	2	2	0	8			
COLA SIN SELLAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
DUCTO MALTRATADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1			
GEL EN DUCTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1			
BOCA RAPADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
SCREEN												
SCREEN REPISADO	1	0	0	0	1	0	0	0	2			
QUEMADOS	1	0	0	0	1	0	0	0	2			
Total descripción PNC										37		

$\frac{1}{2}$

RESPONSABLE	YURANI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	
Hora de toma de datos	13:51:PM	14:41:PM	15:50:PM	17:08:PM	15:15:PM	18:30:PM	18:53:PM	19:35:PM	21:16:PM	19:09:PM	
Responsables	WENDY QUIROGA	JEIMY LOPEZ	WENDY QUIROGA	WENDY QUIROGA	SANDRA MILENA GARCIA VERGARA	WENDY QUIROGA	WENDY QUIROGA	JEIMY LOPEZ	SANDRA CARDOZA	SANDRA MILENA GARCIA VERGARA	
VERIFICACIÓN DE LOTE Y CÓDIGO											
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8			
LOTE NUMERO	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
PRUEBAS CALIDAD											
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8			
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE										
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A										
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)											
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total		
PRODUCCIÓN											
PRUEBAS DE CALIDAD	3	2	2	0	4	0	0	0	11		
SIN SELLAR POR CORTO	0	2	0	0	2	2	0	0	6		
BOCA ESTRELLADA	0	1	0	5	0	0	0	0	6		
QUEMADO EN MANGA SELLADO	0	1	0	0	1	1	0	0	3		
DUCTO CORTO	0	0	4	0	9	0	0	0	13		
SCREEN											
BOLSA MALTRATADA	4	2	0	0	1	3	0	0	10		
QUEMADOS	4	2	0	3	0	3	0	0	12		
BOLSA MANCHADA POR CINTA	0	0	0	3	0	0	0	0	3		
Total descripción PNC										64	

...

CAMBIO DE CODIGO	3
PAUSAS	12
TOTAL	15

OBSERVACIONES

Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2026/07/07 (19:43:PM)	BITÁCORA DE CALIDAD	CENTROS:0.24-0.26 ** CALIBRES Y LONGITUDES DENTRO DE PARAMETROS ** PRUEBAS FUNCIONALES: PARTICULA Y AUTOCLAVE CON RESULTADOS CUMPLE ** PAQUETES SIN NOVEDAD ** SE REALIZAN 2 INSPECCIONES SIN NOVEDAD **	JEIMY LOPEZ
2026/07/07 (19:24:PM)	MOPAT2	PRIMER RECORRIDO:1:56 PM SEGUNDO RECORRIDO:6:40 PM	WENDY QUIROGA
2026/07/07 (19:23:PM)	ETIQUETAS T2	3 CAJAS=25-30 2 CAJAS=31-34	WENDY QUIROGA
2026/07/07 (17:10:PM)	ETIQUETAS T1	1 CAJA=23-24	WENDY QUIROGA
2026/07/07 (13:56:PM)	LIMPIEZA DE LINEA T2	SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINA SILLAS SELLADORA MESAS CON ALCOHOL AL 96% A LAS 1:00 PM	WENDY QUIROGA
2026/07/07 (13:55:PM)	IMPLEMENTOS T2	BANDERAS COMPARADOR DIGITAL SERIAL 11081132 TIJERAS	WENDY QUIROGA
2026/07/07 (13:54:PM)	EQUIPO DE TRABAJO T2	YESICA 8986 YURANI 8236	WENDY QUIROGA

COPIA NO CONTROLADA



REGISTRO

CONTROL PROCESO

CODIGO R-PRF-011 VERSION 14

ORDEN DE PRODUCCION : 50653	CLIENTE : TECNOFAR TQ S.A.S.	FICHA TECNICA : FT-DT-1610 VERSION : 2	LINEA : BOCAS 1	PRODUCTO : 2C01007465/BOLSA PARA ENEMA 1000ML	LOTE PRODUCTO:7465-36G06 VOLUMEN : 1000 ML
LOTE COLA : 7465-36E25	FECHA : 2026-07-07 TURNO : TURNO 3	ENSAMBLE : N/A ENSAMBLE 2°: N/A	LOTE ENSAMBLE: N/A LOTE ENSAMBLE 2°: N/A	COLOR / LOTE DE TINTA : AZUL OSCURO/209440	RESPONSABLES : SANDRA MILENA GARCIA VERGARA SANDRA CARDOZA GINARY VILLAMIL MAYERLY MARTINEZ
MANGA C : 15302-36E25 C :N/A P :3624-36E26-5		DUCTO IZQUIERDO C : N/A P :N/A	DUCTO CENTRAL C : 1533-36E07 P :3600-36F26-4	DUCTO DERECHO C : N/A P :N/A	

PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA

Parámetro	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PROM.
CUMPLE CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LONGITUD CUERPO DEL BOLSA MM	305	305	305	305	305	304	305	305	304	307	305.0
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO UNO MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO UNO MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO UNO MM (FT)	28.5	28.2	26.4	26.5	28.1	27.8	28.3	27.2	26.3	28.5	27.58
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO UNO (MAX DIF 0.5MM)	0.04	0.07	0.01	0.02	0.07	0.01	0.03	0.07	0.04	0.09	0.05
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO DOS MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO DOS MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO DOS MM (FT)	28.6	28.6	27.5	27.2	28.3	26.5	28.8	27.0	27.2	28.0	27.77
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO DOS (MAX DIF 0.5MM)	0.07	0.03	0.02	0.03	0.07	0.02	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MAX	56.0	55.0	54.0	57.0	54	56.0	50.0	56.0	58.0	50	54.6
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MIN	54.0	54.0	53.0	55.0	53	54.0	49.0	53.0	52.0	49	52.6
CENTRADO LATERAL DEL REGISTRO (MAX DIF 10 MM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA (I-GC-005)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EL ACCESORIO INSTALADO CUMPLE (FT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELECTRODO BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ELECTRODO COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ANCHO DE MANGA	120	121	121	120	121	121	120	120	120	121	120.5
CUMPLE LAS PASTILLAS COLAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLE LOS TROQUELES BOCAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESPOSOR PARED DOBLE(MM)	0.67	0.63	0.65	0.64	0.62	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.64
ESPOSOR PARED SENCILLA(MM)	0.34	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.31	0.32
ESPOSOR PARED SENCILLA ESTRIADA MM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO DERECHO	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO DERECHO	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO IZQUIERDO	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0
DIAMETRO INTERIOR DUCTO CENTRAL MM	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
DIAMETRO EXTERIOR DUCTO CENTRAL MM	8.27	8.30	8.30	8.25	8.26	8.26	8.29	8.28	8.28	8.28	8.28
ANCHO DE VENTANA	N/A	0	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	N/A	0	0.0
CICLOS POR HORA	690	450	350	50	0	460	400	440	220	0	306.0
REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPUMA Y/O FUNDA EN CERRUTINA	09:00	0	00:00	00:00	0	00:00	0	00:00	00:00	0	N/A
RESPONSABLE	SANDRA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A

ESPOSOR SOLDADURA EN BOCAS

	1	2	3	4	5	6	7	8
0.22								
0.23		X				X		
0.24			X		X	X		
0.25	X	X	X	X		X		
0.26			X	X	X	X		X
0.27	X	X			X		X	X
0.28		X					X	X
0.29					X			
0.3								
Promedio de sellado : 0.26 Desviación estandar : 0.014 CP : 0.952 CPK : 0.857								

ESPOSOR SOLDADURA EN COLAS

	1	2	3	4	5	6	7	8
0.25		X						
0.26		X	X			X		
0.27				X				
0.28		X	X	X		X		
0.29			X		X			X
0.3	X	X		X	X		X	X
0.31		X	X		X		X	X
0.32	X	X	X		X	X	X	X
0.33	X	X	X		X		X	X
0.34	X							
0.35								
Promedio de sellado : 0.3 Desviación estandar : 0.016 CP : 1.042 CPK : 1.021								

ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES

Electrodos	Bocas		Colas	
	496		242	
Implementos	Tijeras	Dispositivo apertura bolsa	Llaves	Pinzas
	SI	SI	NO	SI
Seriales	Calibrador		Reglas	Lainas
	07167135		037-038	

CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES

Producto en proceso	Lotes en proceso			Responsable proceso	Producto entrante	Lote entrante			Cantidad	Responsable entrada
	C	P	Otro			C	P	Otro		
TUBO ATOXICO	1533-36E07	3600-36F19-4	N/A	SANDRA CARDOZA (00:30-AM)	TUBO ATOXICO	1533-36E07	3600-36F19-4	N/A	123.96 M(S)	GINARY VILLAMIL (00:34-AM)
TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA	7465-36G06	N/A	N/A	SANDRA CARDOZA (00:31-AM)	TECNOFAR BOLSA PARA ENEMA	7465-36E25	N/A	N/A	3618 UND(S)	GINARY VILLAMIL (00:35-AM)

PARADAS DE MAQUINA

Producción	Mantenimiento
------------	---------------

Hora de toma de datos	22:16:PM	22:28:PM	00:09:AM	01:14:AM	23:01:PM	02:07:AM	02:48:AM	03:58AM	05:07:AM	02:38:AM	
Responsables	SANDRA CARDOZA	GINARY VILLAMIL	SANDRA CARDOZA	SANDRA CARDOZA	MAYERLY MARTINEZ	SANDRA CARDOZA	GINARY VILLAMIL	SANDRA CARDOZA	SANDRA CARDOZA	MAYERLY MARTINEZ	
VERIFICACIÓN DE LOTE Y CÓDIGO											
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8			
LOTE NUMERO	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
PRUEBAS CALIDAD											
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8			
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE					CUMPLE					
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE										
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A										
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)											
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total		
PRODUCCIÓN											
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	2	0	4	0	0	0	9		
BOCA RAPADA	3	0	0	0	0	1	0	5	9		
PELO EN LA MANGA SELLADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
QUEMADO EN MANGA SELLADO	3	1	1	0	0	1	0	0	6		
BOCA ESTRELLADA	12	0	0	0	0	0	0	10	22		
DUCTO CORTO	6	0	6	0	0	0	2	0	14		
DUCTO METIDO	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
BOLSA MANCHADA X CINTA	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
SCREEN											
QUEMADOS	0	6	4	9	0	0	8	0	27		
Total descripción PNC									91		

...

PARADA		MINUTOS	PARADA		MINUTOS
CAFÉ		20	NO ALIMENTA EL DUCTO		8
PAUSAS		12	TOTAL		8
CAMBIO DE CODIGO		3			
SELLAR PAQUETES		30			
BAJAR CUELGA		10			
TOTAL		75			
OBSERVACIONES					
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción			Responsable
2026/07/08 (05:03:AM)	ETIQUETAS T-3	39-40 ** 41-42 ** 43-44 ** 45-46 ** 47-48 **** (5 CAJAS)			SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (03:03:AM)	OBSERVACIÓN DE LA MOPA	SE REALIZA PRIMER RECORRIDO A LAS 10:15 PM ** SE REALIZA SEGUNDO RECORRIDO A LAS 02:20 AM			SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (01:08:AM)	ETIQUETAS T-2	35-36 ** 37-38 **** (2 CAJAS)			SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (22:32:PM)	BITACORA DE CALIDAD	PRUEBAS FUNCIONALES CUMPLE // INSPECCIONES SIN MAYOR NOVEDAD // INSPECCION DE ATRIBUTOS SIN NOVEDAD // REVISION DE PAQUETES SIN NOVEDAD //			GINARY VILLAMIL
2026/07/07 (21:18:PM)	GRUPO DE TRABAJO	LUISANA MORILLO 8933			SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (21:18:PM)	IMPLEMENTOS DE LINEA	COMPUTADOR ** BANDERAS ** COMPARADOR DIGITAL 1108132 ** MEDIDOR DE PAQUETES ** REGLA DE PAQUETES ** FALTA GALGA DE GELES **** TODO OK			SANDRA CARDOZA
2026/07/07 (21:18:PM)	NOTA	SE INICIA TURNO REALIZANDO LIMPIEZA DE MAQUINAS, SELLADORA DE POLIETILENO, MESAS Y SILLAS CON ALCOHOL AL 96%, VERIFICADO POR CALIDAD			SANDRA CARDOZA

PARADAS DE MAQUINA

EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PRUEBAS CALIDAD									
Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8	
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE				CUMPLE				
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A								
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)									
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
MANTENIMIENTO									
CALIBRES ALTOS	0	14	0	0	0	0	0	0	14
PRODUCCIÓN									
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	2	0	4	0	0	0	9
QUEMADO EN MANGA SELLADO	6	12	3	2	3	0	1	0	27
DUCTO CORTO	0	2	0	0	0	1	0	0	3
BOCA RAPADA	0	1	0	0	0	1	0	0	2
SOMBRA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
BOLSA ALREVEZ	0	0	0	3	0	0	0	0	3
DUCTO MALTRATADO	0	0	0	0	2	0	2	0	4
PARTICULA BLANCA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
COLA SIN SELLAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
SCREEN									
QUEMADOS	3	5	3	0	9	4	0	0	24
COLA SIN SELLAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total descripción PNC									90

...

Producción		Mantenimiento	
PARADA	MINUTOS	PARADA	MINUTOS
ASEO JM	7	CALIBRES ALTOS	12
PAUSAS	12		
CAMBIO DE CODIGO	3	TOTAL	12
TOTAL	22		
OBSERVACIONES			
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2026/07/08 (12:57-PM)	MOPA T1:	PASAN LA MOPA:6:43AM//11:43AM	NELLY MONROY
2026/07/08 (12:21-PM)	ETIQUETAS T1:	51-56:3 CAJAS 57-58 = 1 CAJA	NELLY MONROY
2026/07/08 (11:11-AM)	BITÁCORA DE CALIDAD	SE REALIZA SEGUNDA INSPECCIÓN SIN NOVEDAD / CENTROS; BOCAS: 0.26-0.24 / COLAS:0.31-0.30 / LONGITUDES Y ESPESORES: DENTRO DE PARAMETROS / RESULTADOS DE PRUEBAS FUNCIONALES: CUMPLE / SE VERIFICAN Y SE FIRMAN PAQUETES SIN NOVEDAD	NATALY RAMOS
2026/07/08 (09:36-AM)	ETIQUETAS T:3	49-50:1 CAJA	NELLY MONROY
2026/07/08 (07:06-AM)	BITÁCORA DE CALIDAD	SE REALIZA PRIMERA INSPECCIÓN SIN NOVEDAD / CENTROS; BOCAS: 0.30-0.28 / COLAS: 0.32-0.31	NATALY RAMOS
2026/07/08 (06:37-AM)	IMPLEMENTOS:	TODOS LOS IMPLEMENTOS EN BUEN ESTADO Y COMPLETOS...	NELLY MONROY
2026/07/08 (06:37-AM)	GRUPO DE TRABAJO:	GINNETH OROZCO 8528// XIOMARA OLIVEROS 8936	NELLY MONROY

PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS PLANTA PRODUCTOS MEDICO FARMACEUTICOS					REGISTRO							CODIGO R-PRF-011 VERSION 14																		
CONTROL PROCESO																														
ORDEN DE PRODUCCION : 50653		CLIENTE : TECNOFAR TQ S.A.S.			FICHA TECNICA : FT-DT-1610 VERSION : 2				LINEA : BOCAS 1			PRODUCTO : 2C01007465/BOLSA PARA ENEMA 1000ML				LOTE PRODUCTO:7465-36G06 VOLUMEN : 1000 ML														
LOTE COLA : 7465-36E25		FECHA : 2026-07-08 TURNO : TURNO 2			ENSAMBLE : N/A ENSAMBLE 2*: N/A				LOTE ENSAMBLE: N/A LOTE ENSAMBLE 2*: N/A			COLOR / LOTE DE TINTA : AZUL C/209440				RESPONSABLES : JENNY CASTIBLANCO WENDY QUIROGA KATHERIN MOLINA SANDRA MILENA GARCIA VERGARA														
MANGA C : 15302-36E25 C :N/A P :3624-36E26-5					DUCTO IZQUIERDO C : N/A P :N/A				DUCTO CENTRAL C : 1533-36E07 P :3600-36F26-4			DUCTO DERECHO C : N/A P :N/A																		
PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA												ESPESOR SOLDADURA EN BOCAS																		
Parámetro	1	2	3	4	COORD.	5	6	7	8	COORD.	PROM.		1	2	3	4	5	6	7	8										
CUMPLE CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																			
LONGITUD CUERPO DEL BOLSA MM	306	307	307	307	305	304	306	306	305	306	305.9	0.22	X	X	X	X	X	X	X	X										
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO UNO MM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.23	X	X	X	X	X	X	X	X										
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO UNO MM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.24		X			X	X	X											
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO UNO MM (FT)	25.9	26.8	25.8	25.6	26.8	27.2	26.8	27.0	26.6	27.1	26.56	0.25		X			X	X	X											
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.26					X													
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO UNO (MAX DIF 0.5 MM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.28																		
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO UNO (MAX DIF 0.5MM)	0.02	0.07	0.11	0.09	0.06	0.03	0.05	0.09	0.04	0.04	0.06	0.29																		
LONGITUD DE DUCTO IZQUIERDO LADO DOS MM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.3																		
LONGITUD DE DUCTO DERECHO LADO DOS MM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0		Promedio de sellado : 0.24 Desviación estandar : 0.013 CP : 1.026 CPK : 0.462																	
LONGITUD DUCTO CENTRAL LADO DOS MM (FT)	27.6	26.5	24.2	26.6	27.3	27.0	27.7	26.9	27.1	26.4	26.73		ESPESOR SOLDADURA EN COLAS																	
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO IZQUIERDO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.25																		
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO DERECHO LADO DOS (MAX DIF 0.5 MM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.26																		
CENTRADO DE MANDRILES DUCTO CENTRAL LADO DOS (MAX DIF 0.5MM)	0.08	0.09	0.10	0.19	0.08	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.09	0.27	X			X														
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.28			X				X	X										
CUMPLE LA ALINEACION DE ELECTRODOS EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.29		X			X													
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MAX	57.0	55.0	56.0	55.0	55	56.0	55.0	55.0	52.0	56	55.2	0.3	X		X		X	X	X	X										
TOLERANCIA LONGITUDINAL DEL REGISTRO PARAMETRO (SEGUN F.T) MIN	55.0	53.0	54.0	53.0	51	55.0	53.0	54.0	49.0	54	53.1	0.31			X		X	X	X											
CENTRADO LATERAL DEL REGISTRO (MAX DIF 10 MM)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.32		X	X		X		X											
CUMPLE LA ADHERENCIA DE LA TINTA (I-GC-005)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.33		X		X		X	X											
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN COLAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.34				X		X												
CUMPLE PARAMETRO DE SELLADO EN BOCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	0.35																		
												Promedio de sellado : 0.31 Desviación estandar : 0.013 CP : 1.282 CPK : 1.282																		
ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES																														
Electrodos		Bocas										Colas																		
		496										241																		
Implementos		Tijeras		Dispositivo apertura bolsa								Llaves		Pinzas																
		SI		SI								NO		SI																
Seriales		Calibrador										Reglas		Lainas																
		07167135										037-038																		
CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES																														
Producto en proceso		Lotes en proceso			Responsable proceso	Producto entrante	Lote entrante			Cantidad	Responsable entrada																			
		C	P	Otro			C	P	Otro																					
TUBO ATOXICO		1533-36F26	3600-36F29-4	N/A	WENDY QUIROGA (14:24:PM)	TUBO ATOXICO	1533-36F26	3600-36F29-4	N/A	100 M(S)	KATHERIN MOLINA (15:19:PM)																			
DUCTO		1533-36F26	3600-36F29-4	N/A	WENDY QUIROGA (20:01:PM)	DUCTO	1533-36F26	3600-36F29-4	N/A	100 M(S)	KATHERIN MOLINA (20:43:PM)																			
PARADAS DE MAQUINA																														
Producción										Mantenimiento																				

REGISTRE HORA DEL CAMBIO DE ESPUMA Y/O FUNDA EN CERRUTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00	0	N/A
RESPONSABLE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	N/A
Hora de toma de datos	13:50:PM	14:52:PM	15:55:PM	16:53:PM	14:12:PM	17:42:PM	18:53:PM	19:57:PM	21:18:PM	19:50:PM	
Responsables	KATHERIN MOLINA	WENDY QUIROGA	WENDY QUIROGA	WENDY QUIROGA	SANDRA MILENA GARCIA VERGARA	KATHERIN MOLINA	WENDY QUIROGA	WENDY QUIROGA	SANDRA CARDOZA	SANDRA MILENA GARCIA VERGARA	

VERIFICACIÓN DE LOTE Y CÓDIGO

Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE NUMERO	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06	7465-36G06
EL LOTE Y CODIGO ESTAN COMPLETOS, SON LEGIBLES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PRUEBAS CALIDAD

Parámetro	1	2	3	4	5	6	7	8
CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE				CUMPLE			
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE							
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A							

DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
PRODUCCIÓN									
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	2	2	4	0	0	0	11
QUEMADO EN MANGA SELLADO	1	0	2	0	0	4	2	0	9
SIN SELLAR POR CORTO	2	1	0	1	0	1	1	0	6
BOCA RAPADA	1	0	0	0	0	0	1	0	2
SCREEN									
GELES	3	2	1	4	0	1	2	0	13
BOLSA MALTRATADA	0	0	0	0	3	2	1	0	6
QUEMADOS	0	0	0	0	5	2	0	0	7
Total descripción PNC									54

...

PARADA	MINUTOS	PARADA	MINUTOS
PAUSAS	12	FUGA DE AIRE	12
CAMBIO DE CODIGO	3	TOTAL 12	
TOTAL	15		

OBSERVACIONES

Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2026/07/08 (19:19:PM)	ETIQUETAS T2	2 CAJAS=63-66 3 CAJAS= 67-72	WENDY QUIROGA
2026/07/08 (18:50:PM)	MOPA T2	PRIMER RECORRIDO: 3:17PM SEGUNDO RECORRIDO:6: 50 PM	WENDY QUIROGA
2026/07/08 (16:46:PM)	♦BITACORA DE CALIDAD♦	*PARAMETROS:CUMPLE *PRUEBAS FUNCIONALES:CUMPLE *REVISION DE PAQUETES:CUMPLE	KATHERIN MOLINA
2026/07/08 (15:28:PM)	ETIQUETAS T1	2 CAJAS :59-62	WENDY QUIROGA
2026/07/08 (14:23:PM)	LIMPIEZA LINEA T2	SE REALIZA LIMPIEZA DE MAQUINA SILLAS SELLADORA MESAS CON ALCOHOL AL 96% A LAS 1: 00 PM	WENDY QUIROGA
2026/07/08 (14:22:PM)	IMPLEMENTOS T2	BANDERAS COMPARADOR DIGITAL SERIAL:11081132 TUERAS PINZAS	WENDY QUIROGA
2026/07/08 (14:20:PM)	EQUIPO DE TRABAJO T2	YESICA 8986 YURANI 8236	WENDY QUIROGA

CODIGO **R-PRF-011** VERSION 14

CONTROL PROCESO

RESPONSABLES :
SANDRA MILENA GARCIA VERGARA
SANDRA CARDOZA
GINARY VILLAMIL
DALIDA HERNANDEZ
MAYERLY MARTINEZ

PARÁMETROS DE FRECUENCIA POR HORA

Promedio de sellado : 0.25 Desviación estandar : 0.013 CP : 1.026 CPK : 0.718

ESPESOR SOLDADURA EN COLAS

Promedio de sellado : 0.31 Desviación estandar : 0.016 CP : 1.042 CPK : 0.708

ELECTRODOS, IMPLEMENTOS Y SERIALES

CONTROL DE ENTRADA DE MATERIALES

VERIFICACIÓN DE LOTE Y CÓDIGO

PRUEBAS CALIDAD

CUMPLE PRUEBA ESTALLIDO

CUMPLE PRUEBA HERMETICIDAD	CUMPLE									
CUMPLE RASGADO DE ANILLOS	CUMPLE	CUMPLE								
CUMPLE PRUEBA DE PARTICULAS	CUMPLE									
CUMPLE PRUEBA DE AUTOCLAVE	CUMPLE									
CUMPLE PRUEBA DE OJAL/ PERFORADO	CUMPLE									
CUMPLE PRUEBA PENETRANTE DE TINTA	N/A									
DESCRIPCION DE PRODUCTO NO CONFORME (PNC)										
Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	
PRODUCCIÓN										
PRUEBAS DE CALIDAD	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
DUCTO CORTO	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
QUEMADO EN MANGA SELLADO	0	6	0	0	0	0	0	0	6	
SCREEN BORROSO	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
SCREEN										
QUEMADOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
SALDO DE LOTE	0	142	0	0	0	0	0	0	142	
Total descripción PNC									158	

...

Producción		Mantenimiento
PARADA	MINUTOS	NO HAY PARADAS DE MAQUINA POR MANTENIMIENTO
FIRMAR PAQUETES POR CALIDAD	5	
SELLAR PAQUETES	10	
PESAR MATERIAL	5	
FIRMAR RETIRO	5	
TOTAL	25	

OBSERVACIONES			
Fecha (Hora)	Asunto	Descripción	Responsable
2026/07/08 (23:59:PM)	BITÁCORA DE CALIDAD	SE REALIZA, INSPECCIÓN CALIBRES, CENTROS Y LONGITUDES DENTRO DE PARÁMETROS, SE REVISAN PAQUETES Y SE FIRMAN ETIQUETAS SIN NOVEDAD	DALIDA HERNANDEZ
2026/07/08 (23:47:PM)	ETIQUETAS T-3	77-78 ** 79-80 **** (2 CAJAS)	SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (23:47:PM)	ETIQUETAS T-2	73-74 ** 75-76 **** (2 CAJAS)	SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (22:17:PM)	OBSERVACIÓN DE LA MOPA	SE REALIZA PRIMER RECORRIDO A LAS 09:20 PM	SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (21:24:PM)	GRUPO DE TRABAJO	LUISANA MORILLO 8933	SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (21:24:PM)	IMPLEMENTOS DE LINEA	COMPUTADOR ** BANDERAS ** COMPARADOR DIGITAL 1108132 ** MEDIDOR DE PAQUETES ** REGLA DE PAQUETES ** FALTA GALGA DE GELES **** TODO OK	SANDRA CARDOZA
2026/07/08 (21:24:PM)	NOTA	SE INICIA TURNO REALIZANDO LIMPIEZA DE MAQUINAS, SELLADORA DE POLIETILENO, MESAS Y SILLAS CON ALCOHOL AL 96%, VERIFICADO POR CALIDAD	SANDRA CARDOZA

COPIA NO CONTROLADA																							
				REGISTRO										CODIGO R-GC-017 VERSION 11									
				RESUMEN SELLADO LINEAS										LINEA				BOCAS 1					
VERIFICACION PRUEBAS TURNO																							
ORDEN DE PRODUCCION				50653				CLIENTE				TECNOFAR TQ S.A.S.											
NOMBRE PRODUCTO				BOLSA PARA ENEMA 1000ML										VOLUMEN				1000 ML					
CODIGO PRODUCTO				2C01007465		LOTE PRODUCTO				7465-36G06				FT-DT-1610 VERSION 2									
ENSAMBLE(S)				1° N/A 2° N/A				LOTE(S) ENSAMBLE				1° N/A 2° N/A		LOTE COLA				7465-36E25					
ENSAMBLE(S)				3° N/A 4° N/A				LOTE(S) ENSAMBLE				3° N/A 4° N/A		CICLO ESTERILIZACION LOTE TUBO REFUERZO				N/A N/A					
MANGA				C 15302-36E25 / C N/A				P 3624-36E26-5				TINTA COLOR / LOTE											
DUCTO DERECHO				C N/A / C N/A				P N/A				AZUL OSCURO / 209440											
DUCTO CENTRAL				C 1533-36E07 / C N/A				P 3600-36F26-4															
DUCTO IZQUIERDO				C N/A / C N/A				P N/A				FECHA DESPACHO				2026-07-14							
RESPONSABLE				ANDREA PARRA				N° DE CERTIFICADO 98463				FECHA GENERACION RESUMEN DE 2026-07-06 07:31 A 2026-07-08 17:55											
OBSERVACIONES																							
N/A																							
PRUEBAS FUNCIONALES														ESTADISTICAS									
HERMETICIDAD						CUMPLE								SOLDADURA EN BOCAS				SOLDADURA EN COLAS					
IMPRESION						CUMPLE																	
ESTALLIDO						CUMPLE								DEV. ESTANDAR				DEV. ESTANDAR					
PARTICULAS						CUMPLE								0.017				0.02					
RASGADO						CUMPLE								CP				CP					
AUTOCLAVE						CUMPLE								0.784				0.833					
FOIL						N/A								CPK				CPK					
OJAL						CUMPLE								0.569				0.55					
CONTROL DIMENSIONAL																							
NO.DE REGISTRO	ANCHO_DE_MANGA	ANCHO_DE_VENTANA	DIA_EXT_DUCTO_CENTRAL	DIA_EXT_DUCTO_DERECHO	DIA_EXT_DUCTO_IZQUIERDO	DIA_INT_DUCTO_CENTRAL	DIA_INT_DUCTO_DERECHO	DIA_INT_DUCTO_IZQUIERDO	DISTANCIA_X4	DISTANCIA_X5	DUCTO_CENTRAL	DUCTO_DERECHO	DUCTO_IZQUIERDO	ESPESOR_DUCTO_BICAPA_EXT	ESPESOR_DUCTO_BICAPA_INT	LONGITUD_TOTAL	PARED_DOBLE	PARED_SENCILLA	PARED_SENCILLA_ESTRIADA	SOLDADURA_EN_BOCAS	SOLDADURA_EN_COLAS		
	1/ RDL	120.6	0.0	8.26	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	53.5	0.0	27.04	0.0	0.0	0.0	306.6	0.66	0.34	0.0	0.27	0.3		
2	120.2	0.0	8.28	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	53.65	0.0	27.06	0.0	0.0	0.0	0.0	306.8	0.66	0.33	0.0	0.26	0.3		
3	120.2	0.0	8.25	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	54.43	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	304.8	0.65	0.32	0.0	0.25	0.31		
4	120.4	0.0	8.27	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	53.6	0.0	27.34	0.0	0.0	0.0	0.0	306.0	0.65	0.33	0.0	0.25	0.31		
5	120.5	0.0	8.28	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	53.6	0.0	27.68	0.0	0.0	0.0	0.0	305.0	0.64	0.32	0.0	0.26	0.3		
6	120.22	0.0	8.27	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	54.97	0.0	27.13	0.0	0.0	0.0	0.0	305.78	0.66	0.34	0.0	0.25	0.31		
7	120.1	0.0	8.24	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	54.15	0.0	26.65	0.0	0.0	0.0	0.0	305.9	0.65	0.33	0.0	0.24	0.31		
8	120.0	0.0	8.25	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	52.83	0.0	26.75	0.0	0.0	0.0	0.0	305.33	0.64	0.32	0.0	0.25	0.31		
PROM	120.28	0.0	8.26	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	53.95	0.0	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	305.76	0.65	0.33	0.0	0.25	0.31		
MIN	119.0	0.0	8.21	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	49.0	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.62	0.29	0.0	0.22	0.25		
MAX	123.0	0.0	8.3	0.0	0.0	6.25	0.0	0.0	59.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	309.0	0.69	0.35	0.0	0.3	0.35		

Datos Estadísticos

Parametro	Min	Max	Media	Desviación Estandar	CP	CPI	CPS	CPK
ANCHO DE MANGA	117.0	123.0	120.284	0.642	1.558	1.705	1.41	1.41
ANCHO DE VENTANA	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DIA. EXT. DUCTO CENTRAL	8.2	8.3	8.264	0.027	0.613	0.779	0.446	0.446
DIA. EXT. DUCTO DERECHO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DIA. EXT. DUCTO IZQUIERDO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DIA. INT. DUCTO CENTRAL	6.2	6.3	6.25	0	0	0	0	0
DIA. INT. DUCTO DERECHO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DIA. INT. DUCTO IZQUIERDO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DISTANCIA X4	49.0	59.0	53.954	2.024	0.824	0.816	0.831	0.816
DISTANCIA X5	NO SE PUDO REALIZAR CALCULOS LA DESVISIÓN ESTANDAR ES CERO (0).							
DUCTO CENTRAL	23.0	29.0	27.1	0.742	1.347	1.841	0.853	0.853
DUCTO DERECHO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
DUCTO IZQUIERDO	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
ESPESOR DUCTO BICAPA EXT	NO SE PUDO REALIZAR CALCULOS LA DESVISIÓN ESTANDAR ES CERO (0).							
ESPESOR DUCTO BICAPA INT	NO SE PUDO REALIZAR CALCULOS LA DESVISIÓN ESTANDAR ES CERO (0).							
LONGITUD TOTAL	301.0	309.0	305.761	1.517	0.879	1.046	0.712	0.712
PARED DOBLE	0.59	0.69	0.653	0.02	0.849	1.07	0.629	0.629
PARED SENCILLA	0.29	0.35	0.329	0.014	0.708	0.93	0.486	0.486
PARED SENCILLA ESTRIADA	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0

COPIA NO CONTROLADA

 PLASTITEC PLASTICOS TECNICOS S.A.S. PRODUCTOR NIT 860.024.986-0		CARRERA 56 No. 5C-72 PBX + 57 1 261 47 06 FAX + 57 1 262 42 08 BOGOTA COLOMBIA www.plastitec-sa.com		CERTIFICADO DE CALIDAD BOLSA / R-GC-046 V4 BAG QUALITY CERTIFICATE / R-GC-046 V4			
FECHA DE FABRICACION/ MANUFACTURE DATE 2026 07 07		CC98463		FECHA DE VENCIMIENTO/ EXPIRATION DATE 2028 07 07			
CLIENTE:	TECNOFAR TQ S.A.S.			CODIGO:	2100	ORDEN DE PRODUCCION	50653
CUSTOMER:				CODE		PRODUCTION ORDER	
DIRECCION:	KM 24 VIA CALI SANTANDER DE	TELEFONO:	8486737	CIUDAD:	VILLA RICA (CAUCA)		COLOMBIA
DELIVERY:	QUILICHAO	PHONE:		CITY:			
ORDEN CLIENTE:	370209237	FACTURA:	NA	LISTA/REMISION	33844	MUESTRA:	NO
CUSTOM ORDER:		INVOICE:		LIST/REMISSION		SAMPLE:	
PRODUCTO / PRODUCT CAPACIDAD / SIZE LOTE # / LOT # CANTIDAD / QUANTITY		PVC BOLSA PARA ENEMA 1000mL 7465-36G06 20.000 UNIDADES		RESULTADO: ☒ Aprobado / passed RESULT: ☐ Rechazado / failed			
1. MATERIALES		REFERENCIA		LOTE #		CONSECUTIVO #	
MATERIALS		REFERENCE		LOT NUMBER		CONSECUTIVE #	
1.1	FUNDA / LAY FLAT (PVC)	3624		C15302-36E25		CC5823	
1.2	DUCTO CENTRAL / CENTRAL TUBE (PVC)	3600		C1533-36E07		CC4908	
1.3	TINTA / INK	988		209440		CC006	
2. CONTROL DIMENSIONAL		UNIDADES	PARAMETRO	RESULTADO		PROMEDIO	
DIMENSIONAL CONTROL		UNITS	PARAMETER	TEST RESULT		MEAN	
				MIN	MAX		
2.1	FUNDA / LAYFLAT						
2.1.1	Longitud externa / External length	mm	305+/-4	301.00	309.00	306.00	
2.1.2	Ancho / Width	mm	120+/-3	119.00	123.00	120.00	
2.1.3	Espesor pared doble / Double wall thickness	mm	0.64+/-0.05	0.62	0.69	0.65	
2.1.4	Espesor pared sencilla / Single wall thickness	mm	0.32+/-0.03	0.29	0.35	0.33	
2.2	DUCTO CENTRAL / CENTRAL TUBE						
2.2.1	Diámetro exterior / External Diameter	mm	8.25+/-0.05	8.21	8.30	8.26	
2.2.2	Diámetro interior / Internal Diameter	mm	6.25+/-0.05	6.25	6.25	6.25	
2.2.3	Longitud / Length	mm	26+/-3	24.2	28.8	27.1	
2.3	DUCTO IZQUIERDO / LEFT TUBE						
2.3.1	Diámetro exterior / External Diameter	mm					
2.3.2	Diámetro interior / Internal Diameter	mm					
2.3.3	Longitud / Length	mm					
2.4	SOLDADURAS / WELDS						
2.4.1	Soldadura boca / Welding Thickness top	mm	0.26+/-0.04	0.22	0.30	0.25	
2.4.2	Soldadura cola / Welding Thickness bottom	mm	0.30+/-0.05	0.25	0.35	0.31	
3. OTRAS PRUEBAS		NORMA INTERNA				APROBADO	
OTHER TESTS		INTERNAL STANDARD				APPROVED	
3.1	Prueba Estallido / Burst Test	I-GC-001				☒ Ok.	
3.2	Prueba Hermeticidad / Hermeticity Test	I-GC-002				☒ Ok.	
3.3	Prueba Autoclave/ Autoclave Test	I-GC-026				☒ Ok.	
3.4	Prueba Rasgado / Tear off test	I-GC-003				☒ Ok.	
3.5	Prueba de Partículas / Particle Test	I-GC-004				☒ Ok.	
3.6	Prueba de impresión / Printing Test	I-GC-005				☒ Ok.	
4. OBSERVACIONES / NOTES		5. DOCUMENTOS ANEXOS / ATTACHED DOCUMENTS					
FICHA TECNICA FT-DT- 1610 v2. Se hace cambio de lote por producción. "Mantener en almacen seco, evitar el agua, la humedad alta y la luz solar; abrir la primera bolsa en la esclusa y la segunda envoltura en la sala limpia". FECHA DEL DESPACHO: JULIO 17 DEL 2.026							
		Wilmer A. Hernández					
		Nombre / Name				Firma autorizada / Authorized signature	



REGISTRO

CODIGO R-GC-043

INSPECCION EN EL DESPACHO

VERSIÓN 009

FECHA: 26-07-22 ORDEN DE PEDIDO No.: 50653-50654CLIENTE: TECNOFAR

VERIFICACIÓN DE LA INSPECCION

VERIFICACION	SI	NO	OBSERVACIONES
1. El contenedor / camión se encuentra limpio y sin olores que puedan contaminar la carga *	✓		
2. El contenedor / camión se encuentra libre de telarañas o insectos.	✓		
3. La cantidad remisionada corresponde al envió	✓		
4. Existen cantidades diferentes a las descritas en la remisión		✓	
5. El número de caja corresponde al registrado en la etiqueta externa	✓		
6. Las cajas se encuentran en buen estado **	✓		
7. Se carga de los más pesado a lo más liviano según los datos de la lista de empaque	✓		
8. Sello de seguridad o precinto		✓	
9. Clase de Vehículo	Camión: ☒ Tractor: ☐ Furgon: ☒ Otro: ☐		
10. Placa del vehículo	YAR 310		
11. Numero de contenedor	N.a		
12. Hora	Inicial de Cargue: 10:08Am Final de Cargue: 10:35Am		

LOTE ESTIBA: NoLOTE CAJA: 506342-1-1

* En caso de que no cumpla con las condiciones devolver el contenedor/camión

** Si las cajas se encuentran en mal estado solicitar el cambio de la misma a la

Encargada del empaque y verificar nuevamente

Se envía certificado de calidad correspondiente con el producto: SiSe envía certificado de calidad correspondiente por correo: NoCertificado (s) de Calidad número(s): 98463

NOTA: El producto debe transportarse en vehículos cubiertos

No Transportarse junto con pesticidas, sustancias tóxicas ni alimentos

Al cerrar el contenedor/camión no debe haber paso de luz

Inspectora Despachos: [Signature]Jefe de Almacén: [Signature]Transportador: Javier Rivera
94042289

INFORME DE DESPACHO

Orden: 50653

Orden de Compra: 370209237

Cliente: 81700305501-TECNOFAR TQ S.A.S.
Destinatario: 81700305501-TECNOFAR TQ S.A.S.
Producto: 3C01007465-PVC BOLSA 1000mL PARA ENEMA

Caja	Lote	Línea Prod.	Cantidad	Ubicación	Alistamiento	Verificación	Verificado por	Despacho	Despachado por
1	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
2	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
3	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
4	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
5	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
6	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
7	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
8	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
9	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
10	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
11	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
12	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
13	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
14	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
15	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
16	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
17	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
18	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
19	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
20	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
21	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
22	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
23	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
24	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F2C4B	2026-07-14 7:49 a.m				
25	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
26	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
27	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
28	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
29	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
30	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
31	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
32	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
33	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
34	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
35	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
36	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
37	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
38	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
39	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				
40	7465-36G06	BOCAS 1	500	M4F3C5A	2026-07-14 7:49 a.m				

	Número Cajas	Cantidad Producto
7465-36G06	40	20.000
Total	40	20.000

COPIA NO CONTROLADA



REGISTRO

CODIGO

R-GC-094

LISTA DE VERIFICACION
DOCUMENTOS DEL
LOTE

VERSIÓN:

10

FECHA: 2026-07-23 ORDEN PRODUCCION: 50653 CLIENTE: Tecnafar

DOCUMENTOS DEL PRODUCTO TERMINADO BOCAS

consecutivo	Nombre del Registro	Código registro	VERIFICACION
1	Orden de trabajo	R-PRF-001	SI
2	Despeje y arranque de línea Screen-colas	R-PRF-005	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp SI
3	Control proceso screen colas	R-PRF-010	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp SI
4	Línea sellado Drenaje y Drenaje APD screen	R-PRF-012	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp NO
5	Despeje y arranque de línea de sellado bocas	R-PRF-006	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp SI
6	Control proceso línea Bocas	R-PRF-011	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp SI
7	Resumen Sellado de líneas	R-GC-017	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp SI
8	Reporte de Alistamiento	NA	SI
9	Inspección en el despacho	R-GC-043	SI
10	Lista / Remisión (Internacional)	R-LO-008	NO
11	Certificado de análisis	NA	http://172.16.5.99:8084/Generacion_de_lotes/index.jsp SI
12	Certificado de Calidad	R-GC-046	se archiva carpeta por cliente SI

DOCUMENTOS DEL PRODUCTO TERMINADO COLPITTS

consecutivo	Nombre del Registro	Código registro	VERIFICACION
1	Orden de trabajo	R-PRF-001	
2	Despeje y arranque de línea Colpitt	R-PRF-007	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp
3	Control proceso línea Colpitt	R-PRF-013	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp
4	Resumen Sellado de líneas	R-GC-017	http://172.16.1.138:8084/Registros_lab/index.jsp
5	Reporte de Alistamiento	NA	
6	Inspección en el despacho	R-GC-043	
7	Lista / Remisión (Internacional)	R-LO-008	
8	Certificado de análisis	NA	http://172.16.5.99:8084/Generacion_de_lotes/index.jsp
9	Certificado de Calidad	R-GC-046	se archiva carpeta por cliente

APROBADO:

APROBADO

COORDINADORA DOCUMENTOS