



Formulaire de réquisition de pièce

Équipement:

ID: 1

Catégorie d'équipement: Incubateur

Marque: DRE

Modèle: Infantia NB1

Unité: Pédiatrie

Salle: Inconnue

Nom du technicien: Gary

Date: 03-11-2017

Pièce associée:

Catégorie de la pièce:

Nom de la pièce:

Nombre d'unités: 0

Description de la situation: Fan sensor est deffectueux en raison des gouttes de pluie penettrant dans l'incubateur. on a besoin de la pieces du sensor. On aimerait aussi remplacer les plastic sleeves qui sont déchirés

Description de l'intervention: On remplace le fan sensor, l'equipement est fonctionnel.

Pages du manuel pertinentes à la réparation:

Photo(s) de la pièce: