

Point Qualité n°12



9 novembre 2023



GD Biotech
AGRI-AGRO SOLUTIONS

Ordre du jour

1/ Point sur dossier COFRAC suite piratage informatique

2/ Revue des incidents et non-conformités

3/ Revue tableur Monday : Planification Qualité

- **Points qui coïncident**
- **Avancement Outil Consult CAB**
- **Axe d'amélioration > matériel GD Scan**

4/ Questions diverses

1/ Point sur dossier COFRAC

- **Echange téléphonique le 06/11/2023 (Cassandra CHOPLIN) : planification non transmise mais a parlé de 1er trimestre 2024**

- **Réponses aux questions posées :**

- Erreur au niveau de l'extraction poil, le kit utilisé est le NucleoMag Tissue kit (Macherey Nagel) et non Core kit dans portée détaillée

[Copie - Portée détaillée des prestations réalisées par la plateforme de génotypage GD Scan 2023-1](#)

- Optimisation d'une méthode d'extraction (nouveau kit). Comment procéder quand on n'est plus dans le délai des 4 mois précédant l'évaluation? Cette méthode n'est pas mentionnée sur la portée détaillée car pas encore validée. En cas d'obtention de l'accréditation en FLEX3 suite à l'évaluation, nous pourrions tout de même rendre les résultats sous couvert d'accréditation, et elle sera auditée lors de la seconde évaluation ?
- Pour la méthode de génotypage, nous sommes régulièrement contraints de changer le support (version de puces Illumina) selon l'évolution technologique. A chaque fois nous mettons en place un dossier pour adaptation de la méthode à la nouvelle version de puce. Néanmoins la méthode de génotypage reste la même. Nous l'avons considéré comme une revue de la méthode pour adaptation. La version de puce n'entrant pas dans le détail de la portée, faut-il quand même contacter le COFRAC pour information à chaque fois que nous évoluons vers une autre version de puce Illumina ?

1/ Point sur dossier COFRAC

- ➔ **Possibilité de corriger la portée détaillée envoyée et d'ajouter la validation de méthode semence si terminée étant donné leur retard**

[GDB FORM 53 Validation de méthode Extraction Kit tissue semence 230524-01 v1.0](#)

- ➔ **Réponse par mail – quelle échéance?**
- ➔ **Pour la version de puce, juste à transmettre sur l'espace client quand on sera accrédité pour les tenir au courant de l'évolution, mais sans effet sur la portée déclarée.**

2/ Revue des incidents et non-conformités

- **Tableur gestion des incidents**

[GDB ENR 72 Gestion des incidents et des non conformités](#)

- **Incidents : récurrence?**
- **Revue des FNC en cours : clôture FNC relative aux 4 SNP manquants**

3/ Planification Qualité

- **Revue des points qui coïncident**

- Contrôles internes et métrologie (fiches appareil, logiciels)
- Documentation SI + vérification tableur Gestion du personnel pour les suppléances Pierre et Gaël

Quelle(s) solution(s) pour finaliser ces 2 points qui sont reportés de mois en mois?

- **Outil Consult CAB**

- **Axe d'amélioration > Matériel GD Scan**

- Communication pour suppression pochette plastique kit poil pas très bien perçue, globaliser à l'ensemble des coopératives partenaires (techniciens relais + assistantes)
- Axe d'amélioration privilégier le cartilage = développement magnétapure + fourniture de tubes allflex?
- Nouveau logo Boîtes blanches nouveau logo? Etiquettes? > à commander prochainement

4/ Questions diverses

- Dernier ticket réclamation : conformité avec procédure en cours?



C'est fini !



- Prochaine réunion : jeudi 7 décembre à 13h30?
- Visioconférence ?