GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N°:	
Fiche ouverte le : 07/03/2022	! (incident du 28/02/2022

,		
Activité :	□ Extraction	
Type d'incident :	☐ Equipement ☐ Fournisseur ☐ Echantillons ☑ Manipulation	
	Contrôle qualité de REPETABILITE non valide	
	Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide	
	☐ Autre	
Echantillon ou lot d'échantillons co	oncernés : col10 SAM220257	
(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabili	té)	
	Description du problème	
Colonne 11 SAM220257 déposée da (mélange échantillons)	ns colonne 10 de la lame lors du chargement des échantillons sur puces	
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?		
	OUI Préciser :	
	✓ NON	
Nom de l'opérateur : Malika Merbah		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date : 28/02/2022		

Action(s) immédiate(s)

Colonne 12 laissée libre sur la plaque SAM220306 de la même semaine pour regénotyper les échantillons, restant de la colonne 11 SAM220257 chargé sur la lame (volume < 15µL)

Nom de l'opérateur : Malika Merbah Responsable : Ludivine Liétar

Date: 28/02/2022

Impact et conséquences sur l'activité		
Coût consommables, pas d'impact sur le délai		
Perte de temps sur la partie analyse, ne passait pas dans Galaxy (expertise Pierre en cours)		
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 04/03/2022		
Recherche des causes		
Défaut concentration opérateur. Les pointes se sont coincées dans la plaque Sam. Le fil de la manipulation a		
été perdu lors du décoincement des pointes.		
Nom de l'opérateur : Malika Merbah		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 28/02/2022		
Traitements, solutions trouvées, plan mis en place		
Aucun		
Dálai da misa an aguma .		
Délai de mise en oeuvre : -		
Nom de l'opérateur : Malika Merbah		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 28/02/2022		
Outstate Hefferents		
Suivi de l'efficacité :		
Action mise en oeuvre le : -		
Action efficace ?		
Commentaires :		
 Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar		
Responsable : Ludivine Liétar		
Fiche cloturée le : 07/03/2022		