



## SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL

2 Allée Alan Turing, La Pardieu

63178 AUBIERE CEDEX - CS40033

Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2307-0230  
DATE D'INTERVENTION : 13/07/2023  
N° DOSSIER : PIP-2306-0050  
N° TICKET : INC-2306-0052

### CLIENT

CODE SITE : C9590151  
NOM : GD BIOTECH  
SITE :  
ADRESSE : 3595 ROUTE DE TOURNAI  
59501 DOUAI  
03-27-99-29-29

1 CONTACT : MME LIETAR LUDIVINE  
FONCTION : Responsable plateforme de  
I.lietar@genesdiffusion.com  
03-27-99-29-49

2 CONTACT :  
FONCTION :  
03-27-99-29-29

### MATÉRIEL

TYPE : PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  
MARQUE : GILSON  
MODÈLE : PIPETMAN CLASSIC  
N° SÉRIE : H18843E  
ID. CLIENT : GDD-PIPE-042

PROBLÈME  
Les 3 volumes sont trop faibles et la pipette est non répétable

### RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Réglage de la pipette effectué

Nettoyage interne effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

HAON CÉCILE