



## SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL

2 Allée Alan Turing, La Pardieu  
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033  
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43  
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2307-0224  
DATE D'INTERVENTION : 13/07/2023  
N° DOSSIER : PIP-2306-0050  
N° TICKET : INC-2306-0047

### CLIENT

CODE SITE : C9590151  
NOM : GD BIOTECH  
SITE :  
ADRESSE : 3595 ROUTE DE TOURNAI  
59501 DOUAI  
03-27-99-29-29

1 CONTACT : MME LIETAR LUDIVINE  
FONCTION : Responsable plateforme de  
I.lietar@genesdiffusion.com  
03-27-99-29-49

2 CONTACT :  
FONCTION :  
03-27-99-29-49

### MATÉRIEL

TYPE : PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE  
MARQUE : THERMOSCIENTIFIC  
MODÈLE : FINNPIPETTE F2  
N° SÉRIE : FJ59727  
ID. CLIENT : GDD-PIPE-024

PROBLÈME :  
Volume haut trop élevé

### RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Nettoyage interne effectué  
Graissage effectué  
Réglage de la pipette effectué

### NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

PLAISANT LISE