

 GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le : 14/03/2022 (incident du 11/03/2022)

Activité :	<input type="checkbox"/> Extraction	<input type="checkbox"/> Géotypage	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Autre
Type d'incident :	<input type="checkbox"/> Equipement	<input type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Echantillons	<input checked="" type="checkbox"/> Manipulation
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Autre			
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : SAM220309 col.9				
<i>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</i>				
Description du problème				
Deux colonnes doublons (8 et 9, SAM220309, WG6886440-MSA7, sem10/2022).				
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?				
	<input type="checkbox"/> OUI	Préciser :		
	<input checked="" type="checkbox"/> NON			
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar				
Responsable : Ludivine Liétar				
Date : 11/03/2022				

Action(s) immédiate(s)
Lots prélèvements différents, col.8 compatible avec parents (2 couples parents non dispo), col.9 incompatible avec parents pour un seul échantillon (7 couples parents non dispo), comparaison de Pierre 2 à 2 : égaux, géotypages col.9 correspondants aux échantillons de la col.8 -> géotypages col.9 bloqués, échantillons correspondants demandés en regénotypage.
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar
Responsable : Ludivine Liétar
Date : 11/03/2022

Impact et conséquences sur l'activité

Coût consommables pour 8 échantillons, délai 1 semaine supplémentaire (sera regénotypé la semaine suivante), coût temps expertise/résolution incident.

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 11/03/2022

Recherche des causes

Erreur impossible à l'extraction, seule survenue possible : lors du dispatch des ADN au début du J1, défaut concentration Malika.

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 11/03/2022

Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

Aucun

Délai de mise en oeuvre : -

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 11/03/2022

Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : -

Action efficace ?

☐ OUI

☐ NON

Commentaires : -

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 14/03/2022