

## Certificat d'Étalonnage n°CHA220628PIP016

Certificat délivré à : **GENES DIFFUSION SAS**  
**3595 ROUTE DE TOURNAI**  
**59500 DOUAI**

Équipement étalonné : **PIPETTE 8 CANAUX MÉCANIQUE À DÉPLACEMENT D'AIR**  
Marque de la pipette : **Starlab ErgoOne 10-100 yellow**  
N° de série : **271660E** N° Identification : **GDD-PIPE-011**  
Volume de la pipette : **10 - 100 µl**

Type d'étalonnage : **Étalonnage réalisé en l'état**

But de l'étalonnage : Le but de l'étalonnage est de déterminer les volumes délivrés pour des valeurs de volume affichées sur l'appareil volumétrique à piston.

Méthode de mesure : Décontamination : Externe ☒ Bactinyl

La méthode d'étalonnage correspond à la méthode gravimétrique selon la norme NF EN ISO 8655-6.

Cette méthode est appliquée conformément à l'instruction interne MC2 n° I40\_PC11.

Conditions de l'étalonnage : Avant étalonnage, l'équipement séjourne au moins 2 h à 20°C ± 2°C.

L'environnement du laboratoire d'étalonnage est contrôlé en température, humidité et pression.

La conversion de la masse en volume est réalisée selon la formule de la norme ISO/TR 20461.

Conditions prises en compte	Conditions de manipulation	Z=
Température Eau : 19,15°C	20°C ± 2°C	1,00268
Pression : 978 hPa		Nombre de pesées effectuées
Humidité : 57,2 %HR	> 50%HR	10 pesées

### Résultats de l'étalonnage :

Date de l'étalonnage : **28/06/2022** Opérateur de l'étalonnage : **Cécile HAON**

Balance utilisée pour l'étalonnage : Mettler Tolédo MCP105 de résolution 0,01 mg, n°ET438

Référence de la pointe utilisée pour l'étalonnage : **Pointe à filtre fournie par le Client**

#### Canal n°1

Indication de la pipette (µl)	Volume délivré (µl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en µl)	Conformité justesse	Ecart type (s en µl)	Conformité Fidélité
10	9,66	Ejustesse	CONFORME	s	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)		EMT <sub>aléatoire</sub>	
		EMT <sub>systématique</sub>			
50	49,76	Ejustesse	CONFORME	s	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)		EMT <sub>aléatoire</sub>	
		EMT <sub>systématique</sub>			
100	100,19	Ejustesse	CONFORME	s	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)		EMT <sub>aléatoire</sub>	
		EMT <sub>systématique</sub>			

Certificat signé en page 4/4

Ce certificat d'étalonnage comporte 4 pages

## Canal n°2

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,75	Ejustesse	-0,25	CONFORME	s	0,04	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,84	Ejustesse	-0,16	CONFORME	s	0,11	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	100,33	Ejustesse	0,33	CONFORME	s	0,18	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,49		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

## Canal n°3

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,69	Ejustesse	-0,31	CONFORME	s	0,04	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,80	Ejustesse	-0,20	CONFORME	s	0,14	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	100,30	Ejustesse	0,30	CONFORME	s	0,17	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,49		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

## Canal n°4

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,63	Ejustesse	-0,37	CONFORME	s	0,05	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,68	Ejustesse	-0,32	CONFORME	s	0,13	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	100,13	Ejustesse	0,13	CONFORME	s	0,19	CONFORME
		l <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,49		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

Certificat signé en page 4/4

## Canal n°5

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,71	Ejustesse	-0,29	CONFORME	s	0,04	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,71	Ejustesse	-0,29	CONFORME	s	0,13	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	100,09	Ejustesse	0,09	CONFORME	s	0,18	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,49		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

## Canal n°6

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,78	Ejustesse	-0,22	CONFORME	s	0,05	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,75	Ejustesse	-0,25	CONFORME	s	0,14	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	100,08	Ejustesse	0,08	CONFORME	s	0,21	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,50		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

## Canal n°7

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,76	Ejustesse	-0,24	CONFORME	s	0,03	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,70	Ejustesse	-0,30	CONFORME	s	0,15	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	99,93	Ejustesse	-0,07	CONFORME	s	0,21	CONFORME
		l'étalonnage (k=2)	0,50		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

Certificat signé en page 4/4

## Canal n°8

Indication de la pipette (μl)	Volume délivré (μl)	Erreur systématique (E <sub>j</sub> en μl)		Conformité justesse	Ecart type ( s en μl)		Conformité Fidélité
10	9,70	Ejustesse	-0,30	CONFORME	s	0,03	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,27		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
50	49,70	Ejustesse	-0,30	CONFORME	s	0,17	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,38		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				
100	99,87	Ejustesse	-0,13	CONFORME	s	0,21	CONFORME
		I <sub>étalonnage</sub> (k=2)	0,50		EMT <sub>aléatoire</sub>	0,6	
		EMT <sub>systématique</sub>	1,60				

L'équipement est déclaré conforme si son erreur de justesse (en tenant compte de l'incertitude) est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) définie dans le tableau de résultat :  $|E_j| + I_{\text{étalonnage}} \leq EMT_{\text{systématique}}$

ET si l'écart type expérimental (s) est inférieur ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) définie dans le tableau de résultat :  $s \leq EMT_{\text{aléatoire}}$

Les EMT prises en compte ont été définie par :

ISO 8655

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement k=2, qui correspond, pour une répartition normale, à un niveau de fiabilité de 95%. Les incertitudes-types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalon de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité, ...

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype COFRAC Etalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unité SI.

Date d'émission :

28/06/2022

L'Assistant(e) Métrologue, ANTHONY ESCARNOT

FIN DU CERTIFICAT D'ETALONNAGE