



SERVICE GESTION DE PARC MATÉ

2 Allée Alan Turing, La Pardieu
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2209-0323

DATE D'INTERVENTION : 27/09/2022

CLIENT

CODE SITE C9590038

NOM GD BIOTECH

SITE GENES DIFFUSION SAS

ADRESSE 3595 ROUTE DE TOURNAI
59500 DOUAI

03-27-99-29-29



1 CONTACT MME LIETAR LUDIVINE

FONCTION



l.lietar@genesdiffusion.com



03-27-99-29-49

2 CONTACT LEROUX K

FONCTION



k.leroux@genesdiffusion.com



03-27-99-49-49

MATÉRIEL

TYPE PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE

MARQUE STARLAB

MODÈLE ERGOONE

N° SÉRIE 271590E

ID. CLIENT GDD-PIPE-010

PROBLÈME

Tous les canaux délivrent un volume trop faible

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Réglage de la pipette effectué

Nettoyage interne effectué

Graissage effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

HAON CÉCILE