



SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL
2 Allée Alan Turing, La Pardieu
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2207-0078
DATE D'INTERVENTION : 08/07/2022

CLIENT

CODE SITE C9590038

NOM GD BIOTECH

SITE GENES DIFFUSION SAS

ADRESSE 3595 ROUTE DE TOURNAI
59500 DOUAI

03-27-99-29-29



1 CONTACT MME LIETAR LUDIVINE

FONCTION



l.lietar@genesdiffusion.com



03-27-99-29-49

2 CONTACT

FONCTION



MATÉRIEL

TYPE PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE

MARQUE VWR

MODÈLE VWR

N° SÉRIE 742220809

ID. CLIENT GDD-PIPE-032

PROBLÈME

Non conforme en justesse
Les 3 volumes testés sont trop faibles

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Nettoyage interne + graissage

Réglage de la pipette effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

HAON CÉCILE