



SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL

2 Allée Alan Turing, La Pardieu
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2311-0489
DATE D'INTERVENTION : 28/11/2023
N° DOSSIER : PIP-2311-0135
N° TICKET : MC2-2311-1209

CLIENT

CODE SITE : C9590151
NOM : GD BIOTECH
SITE :
ADRESSE : 3595 ROUTE DE TOURNAI
59501 DOUAI
03-27-99-29-29

1 CONTACT : MME LIETAR LUDIVINE
FONCTION : Responsable plateforme de
I.lietar@genesdiffusion.com
03-27-99-29-49

2 CONTACT :
FONCTION :
03-27-99-29-49

MATÉRIEL

TYPE : PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE
MARQUE : GILSON
MODÈLE : PIPETMAN CLASSIC
N° SÉRIE : G27304A
ID. CLIENT : GDD-PIPE-005

PROBLÈME : PIPETTE DECLAREE CONFORME ALORS QU'ELLE NE L'EST PAS

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Réglage de la pipette effectué
Nettoyage interne effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

HAON CÉCILE