

 <b>GD Biotech</b> AGRI-AGRO SOLUTIONS		<b>Fiche de non conformité</b>		Version 2.0					
GDB/FORM/01		SMQ		06/10/2022					
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR		Vérification : S. MARTEL, S. MERLIN		Approbation : L. LIETAR					
La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.									
N° d'enregistrement : 230630_01									
Fiche ouverte le : 30/06/2023									
<b>Description de l'incident</b>									
Incident constaté le : 30/06/2023									
Au cours de l'activité :		<input type="checkbox"/>	Traitement des prélèvements	<input type="checkbox"/>	Extraction	<input type="checkbox"/>	Génotypage		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Analyse	<input type="checkbox"/>	Autre : .....				
Nombre d'échantillons concernés : 11									
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, références, lots, ...) : SAM230633									
H02/H03/H05/H06/H07/H08/H09/G10/H10/H11/H12									
Description : indexation sem26, problème outliers ligne H									
Complété par : Ludivine Liétar				Date : 09/08/2023					
<b>Expertise</b>									
Déjà survenu plusieurs fois (Cf. NC_230602_01 sur lignes A, NC_230421_01, NC_230414_01, NC_230331_01 sur ligne F, NC_230324_01, NC_230317_01, NC_230203_01, NC_221230_01, NC_221125_01 et NC221028_01), en contact avec le tech support Illumina, suivi en cours.									
Activité concernée :		<input type="checkbox"/>	Traitement des prélèvements	<input type="checkbox"/>	Extraction	<input checked="" type="checkbox"/>	Génotypage		
		<input type="checkbox"/>	Analyse	<input type="checkbox"/>	Autre : .....				
Type(s) d'incident :		<input checked="" type="checkbox"/>	Equipement	<input type="checkbox"/>	Fournisseur	<input type="checkbox"/>	Echantillons	<input type="checkbox"/>	Manipulation
		<input type="checkbox"/>	Autre : .....						
Opérateur(s) concerné(s) : Illumina									
Analyse des causes : suspicion défaut de production des puces									
Complété par : Ludivine Liétar				Date : 09/08/2023					
<b>A compléter par le responsable concerné</b>									
Responsable : Ludivine Liétar				Date : 09/08/2023					
<b>Résolution de l'incident</b>									
Regénotypage des 11 échantillons sem27 SAM230701 -> valides									

Complété par : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
Suivi de la résolution : -									
Complété par : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
<b>Impact(s)</b>									
Client (si absence de résultat ou délai > 14 jours) :				<input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Oui				
Surcoût :				<input type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Consommables				
					<input checked="" type="checkbox"/> Opérateur				
					<input type="checkbox"/> Autre				
Détails : surcoût lié au regénotypage + temps manip + temps résolution									
Complété par : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
<b>Pistes d'amélioration</b>									
A court terme / à réaliser par : -									
A long terme / à réaliser par : -									
Complété par : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar						Date : 09/08/2023			
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar						Fiche cloturée le : 09/08/2023			