



2, ALLEE ALAN TURING  
CS 40033  
63178 AUBIERE CEDEX  
Tél. : 04 73 28 55 60  
Fax : 04 73 28 92 43  
Email : gestiondeparc@mc2lab.fr

GENES DIFFUSION SAS

3595 ROUTE DE TOURNAI  
BP 70023  
59500 DOUAI  
FRANCE

Date de l'offre : 23/09/2022

Offre de prix

A l'attention de : Mme LIETAR LUDIVINE Page 1

Suite à l'expertise de votre matériel par nos équipes techniques, nous vous prions de trouver ci-dessous le devis correspondant à sa remise en état.

| Date de validité | Numéro pièce | Client   | Vos références | Dossier suivi par   |
|------------------|--------------|----------|----------------|---|
| 22/11/2022       | 44606        | C9590038 | PIP-2209-0001  | ADV PIPETTES<br>☎ 04 63 66 12 47<br>labo.pipettes@mc2lab.fr |

| Référence                                 | Désignation  | Quantité   | PU HT  | Remises (%) | PU NET        | Montant | T<br>V<br>A |
|---|--|------------|--------|-------------|---------------|---------|-------------|
|   | <div>DEVIS COMPLEMENTAIRE</div>  |            |        |             |               |         |             |
| C1X310                                    | <div>- RAININ 10-100µL N°C041231012: Non conforme en l'état en justesse, le volume haut est trop élevé.</div> <div>- GILSON 1-10µL N° RK75122: Non conforme en l'état en justesse, les 3 volumes délivrés sont trop faibles.</div> <div>Nous vous proposons:</div> <div>Etalonnage COFRAC après eXpertise et maintenance pipette monocanal, 3 volumes, 10 pesées</div> <div>*****</div>  | 2,0        | 97,70  |             | 97,70         | 195,40  | 1           |
| C2X310                                    | <div>- CLEARLINE 0.5-10µL N°B64710008 : Non conforme en l'état en justesse, les volumes médian et haut sont trop faibles</div> <div>- CLEARLINE 20-200µL N°964730001: Non conforme en l'état en justesse au volume haut sur tous les canaux, volume haut trop élevés sur tous les canaux.</div> <div>- STARLAB 0.5-10µL N°271590E: Non conforme en l'état, tous les canaux délivrent un volume trop faible.</div> <div>Nous vous proposons:</div> <div>Etalonnage COFRAC après eXpertise et maintenance pipette 8 canaux, 3 volumes, 10 pesées</div> | 3,0        | 196,10 |             | 196,10        | 588,30  | 1           |
| Total HT % esc. Escompte Eco-contribution |  | Base T.V.A |        | Taux        | Montant T.V.A |         | T.T.C.      |
| 783,70                                    |  | 1          | 783,70 | 20,00       | 156,74        |         | 940,44EUR   |
|   |  | 2          |        | 5,50        |               |         |             |
|   |  | 3          |        |             |               |         |             |
| Réglement : Virement 30 jours net         |  |            |        |             |               |         |             |

La fourniture de pièces détachées non citées ainsi que des frais supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, lors de la remise en état de votre matériel.

Dans ce cas un devis complémentaire vous sera soumis pour acceptation.

Conditions générales de ventes téléchargeable sur notre site internet : [www.mc2lab.fr](http://www.mc2lab.fr)