



SERVICE GESTION DE PARC MATÉ

2 Allée Alan Turing, La Pardieu
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2309-0045
DATE D'INTERVENTION : 04/09/2023
N° DOSSIER : PIP-2308-0045
N° TICKET : INC-2308-0042
N° COMMANDE : 253398

CLIENT

CODE SITE C9590151
NOM GD BIOTECH
SITE
ADRESSE 3595 ROUTE DE TOURNAI
59501 DOUAI
03-27-99-29-29

1 CONTACT MME LIETAR LUDIVINE
FONCTION Responsable plateforme de
l.lietar@genesdiffusion.com
03-27-99-29-49

2 CONTACT
FONCTION

MATÉRIEL

TYPE PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE
MARQUE RAININ
MODÈLE PIPET-LITE XLS
N° SÉRIE K1279394T
ID. CLIENT GDD-PIPE-029

PROBLÈME
NC
Ej trop basses sur les volumes médian et nominal

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

Nettoyage interne effectué
Graissage effectué
Réglage de la pipette effectué

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

BONNERY MARION