

 <b>GD Biotech</b> AGRI-AGRO SOLUTIONS	<b>Fiche de non conformité</b>	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le : 04/05/2022 (incident du 29/04/2022)

<b>Activité :</b>	<input type="checkbox"/> Extraction	<input type="checkbox"/> Géotypage	<input checked="" type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Autre
<b>Type d'incident :</b>	<input type="checkbox"/> Equipement	<input type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Echantillons	<input checked="" type="checkbox"/> Manipulation
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Autre			
<b>Echantillon ou lot d'échantillons concernés : G10/H10/G11/H11/G12/H12 SAM220460</b>				
<i>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</i>				

Description du problème
<p>Analyse géotypages sem17_2022, outliers avec motif répété sur la plaque SAM220460</p> <p>D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?</p> <p><input type="checkbox"/> OUI      Préciser :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON</p> <p>Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar</p> <p>Responsable : Ludivine Liétar</p> <p>Date : 29/04/2022</p>

Action(s) immédiate(s)
<p>G10/H10/G11 = identification génétique -&gt; dépôt base nationale -&gt; G10 passé, H10/G11 à réextraire/géotyper pour ne pas perdre trop de temps sur le rendu car retour tardif de Dany, pas possible de les prévoir en régénotypage sem18</p> <p>H11/G12/H12 -&gt; à repasser pour identifier si problème manip extraction ou géotypage</p> <p>Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar</p> <p>Responsable : Ludivine Liétar</p> <p>Date : 29/04/2022</p>

### Impact et conséquences sur l'activité

Coût consommables, coût temps, délai supplémentaire

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 29/04/2022

### Recherche des causes

Problème manip extraction ou génotypage -> à identifier en fonction regénotypages -> validés = problème manip run génotypage Malika, probablement lors du dispatch d'un réactif car motif plaque

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 11/05/2022

### Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

Accroître l'attention, prendre le temps de vérifier les volumes présents dans les pointes à toutes les étapes

Délai de mise en oeuvre : immédiat

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 11/05/2022

### Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : immédiat

Action efficace ? ☐ OUI ☐ NON

Commentaires : à vérifier dans le temps

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 11/05/2022