

REVUE DE CONTRAT ETALONNAGE

F1_I25_PC11_V5

page 1/1

	Démontage	et	remontage	des	sondes	à	la	charge	:
--	-----------	----	-----------	-----	--------	---	----	--------	---

Du client	
Du technicien	X

	Edition de la liste des lieux (Centrale de température) / équipements surveillés
X	Liste détaillée ci-dessous

Attention, les thermocouples ne peuvent être étalonnés sous accréditation COFRAC sur site

N° de série	N° interne	Lieu d'utilisation	Point d'étalonnage (°C)	EMT sonde (°C)	
EN23ZN	Secours *	GDD-CONG-003	-21°C	9,75	
TEEESM		GDD-CONG-002	-21°c	0,75	
TEEESL		GDD-CONG-008	-20°C	1,25	
IEEESK		all-con 6-009	-20°C	1,25	
IEEEST		GAD-FRIG-005	5°C	9,75	
TEEESI		GDD-FZ:G-006	500	975	
IN 232N	SECOURS	GDD-CONG-003	500	0,75	
INZIZNI	Secones	GND-CONG-003	21°C	9,75	
IEEESF		Salle extraction	21°C	0,75	
IEEESH		Salle Lost JER	2°C	975	
IEEESG		Salle stockage	21°C	275	
				/	

Adresse mail pour l'envoi du rapport :

Les rapports dématérialisés seront envoyés à cette adresse

s. neulin Ggenes diffusion - con (champ obligatoire)

Signature client (date, nom visa):

Signature MC2 (date, nom

visa):

LIETAR Indivine



page 1./.1.