

 GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le **24/06/2022**

Activité :	<input checked="" type="checkbox"/> Extraction	<input type="checkbox"/> Géotypage	<input type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Autre
Type d'incident :	<input type="checkbox"/> Equipement	<input checked="" type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Echantillons	<input type="checkbox"/> Manipulation
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	<input type="checkbox"/> Autre			
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : Kit BLOOD réception du 01/06 n° LOT 2205-001				
<small>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</small>				
<i>Plaque BLOOD 220623-01</i>				

Description du problème
<p>Plaque d'extraction cassée lors de l'étape de centrifugation (5600g 10min). Les colonnes 11 et 12 ont été cassées au niveau du haut de la plaque mais uniquement les puits A12 et H12 ont été impactés avec leur colonne casée.</p> <p>D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> OUI Préciser : <input checked="" type="checkbox"/> NON </p> <p>Nom de l'opérateur : Merbah Malika Responsable : Ludivine Liétar Date : 24/06/2022</p>

Action(s) immédiate(s)
<p>Nouvelle extraction des deux prélèvements concernés en tubes : A12 GD423115 H12 GD423134</p> <p>Nom de l'opérateur : Merbah Malika Responsable : Ludivine Liétar Date : 24/06/2022</p>

Impact et conséquences sur l'activité

Coût temps + consommables -> réextraction à la suite, possible sur sang.
Pas d'impact délai/organisation.

Nom de l'opérateur : Merbah Malika

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 24/06/2022

Recherche des causes

Fournisseur

Nom de l'opérateur : Merbah Malika

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 24/06/2022

Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

Notifier les incidents similaires au responsable de laboratoire afin d'effectuer une réclamation auprès du fournisseur

Délai de mise en oeuvre : immédiat

Nom de l'opérateur : Merbah Malika

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 24/06/2022

Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : 24/06/2022

Action efficace ? ☒ OUI ☐ NON

Commentaires : à suivre dans le temps

Nom de l'opérateur : Merbah Malika

Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 24/06/2022