

		Fiche de non conformité		Version 2.0	
GDB/FORM/01		SMQ		06/10/2022	
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR		Vérification : S. MARTEL, S. MERLIN		Approbation : L. LIETAR	
La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.					
N° d'enregistrement : 230224_01					
Fiche ouverte le : 24/02/2023					
Description de l'incident					
Incident constaté le : 24/02/2023					
Au cours de l'activité : <input type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Géotypage					
<input checked="" type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre :					
Nombre d'échantillons concernés : 2					
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, références, lots, ...) : GD482885 (mentionné dans SAM230250 B03 et SAM230247 F06), et GD401736 (mentionné dans SAM230244 D01 et SAM230242 C11)					
Description : présence de doublons dans Genome studio (projet MDv3 indexation_240223 sem 8), même ID, même CAB.					
Complété par : Ludivine Liétar				Date : 21/03/2023	
Expertise					
Vérification des fiches extraction et des prélèvements :					
GD482885 -> SAM230250 B03 -> TISSUE_230216-03 -> GD482858					
-> SAM230247 F06 -> TISSUE_230216-02 -> GD482885 ok					
GD401736 -> SAM230244 D01 -> TISSUE_230215-02 -> GD401739					
-> SAM230242 C11 -> TISSUE_230215-01 -> GD401736 ok					
Activité concernée : <input checked="" type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Géotypage					
<input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre :					
Type(s) d'incident : <input type="checkbox"/> Equipement <input type="checkbox"/> Fournisseur <input type="checkbox"/> Echantillons <input checked="" type="checkbox"/> Manipulation					
<input type="checkbox"/> Autre :					
Opérateur(s) concerné(s) : Ludivine Liétar (TISSUE_230216-03) et Karine Le Roux (TISSUE_230216-02)					
Analyse des causes : CAB qui ne passaient pas et ont été saisis à la main					
Complété par : Ludivine Liétar				Date : 21/03/2023	
A compléter par le responsable concerné					
Responsable : Ludivine Liétar				Date : 21/03/2023	
1/2					
Résolution de l'incident					
Correction des fiches extraction, des SAM (historiques Galaxy création des SAM et géotypage), des samplesheets, de la base de données, et du fichier de suivi des géotypages. Vérification des projets et déclaration complémentaire.					
Projet Genome Studio régénéré.					

Vérif compatibilités ok.									
Complété par : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
Suivi de la résolution : -									
Complété par : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
Impact(s)									
Client (si absence de résultat ou délai > 14 jours) <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui									
Surcoût : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Consommables									
<input checked="" type="checkbox"/> Opérateur									
<input type="checkbox"/> Autre									
Détails : surcoût temps passé à investiguer/résoudre le problème.									
Complété par : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
Pistes d'amélioration									
A court terme / à réaliser par : être plus vigilantes sur la saisie manuelle des CAB (Karine et Ludivine)									
A long terme / à réaliser par : -									
Complété par : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar					Date : 21/03/2023				
A compléter par le responsable concerné									
Responsable : Ludivine Liétar					Fiche cloturée le : 22/03/2023				