

 <b>GD Biotech</b> AGRI-AGRO SOLUTIONS	<b>Fiche de non conformité</b>	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° :

Fiche ouverte le : 29/03/2022 (incident du 23/03/2022)

<b>Activité :</b>	<input type="checkbox"/> Extraction <input checked="" type="checkbox"/> Géotypage <input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre
<b>Type d'incident :</b>	<input type="checkbox"/> Equipement <input type="checkbox"/> Fournisseur <input type="checkbox"/> Echantillons <input checked="" type="checkbox"/> Manipulation <input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPETABILITE non valide <input type="checkbox"/> Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide <input type="checkbox"/> Autre
<b>Echantillon ou lot d'échantillons concernés : col.7, 10, 11 SAM220354 / col.3 SAM220357</b> <small>(mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de traçabilité)</small>	
<b>Description du problème</b> Défaut de volume constaté au chargement des échantillons sur puce Illumina : - col.7 SAM220354 : moins de 15µL disponible - col.10, 11 SAM220354 et col.3 SAM220357 : plus de 23µL disponible  D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ? <input type="checkbox"/> OUI      Préciser : <input checked="" type="checkbox"/> NON  Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar Responsable : Ludivine Liétar Date : 23/03/2022	

<b>Action(s) immédiate(s)</b>  aucune          Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar Responsable : Ludivine Liétar Date : 23/03/2022
---

### Impact et conséquences sur l'activité

risque d'impact sur qualité génotypage, à vérifier à l'analyse -> ok génotypages validés

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 29/03/2022

### Recherche des causes

- col. moins de volume : ajout RA1, problème pointes (elles sont tombées dans le puits) => changement de pointes  
- col. plus de volume : 2xRA1 ?  
-> défaut d'attention

Nom de l'opérateur : Malika Merbah

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 29/03/2022

### Traitements, solutions trouvées, plan mis en place

accroître attention

Délai de mise en oeuvre : immédiat

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Date : 01/04/2022

### Suivi de l'efficacité :

Action mise en oeuvre le : 01/04/2022

Action efficace ? ☐ OUI ☐ NON

Commentaires : à vérifier dans le temps

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar

Responsable : Ludivine Liétar

Fiche cloturée le : 01/04/2022