

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

FEEDING BAG (BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL) de 500 mL

MARCA

Q - MEDICAL

CÓDIGO DE REFERENCIA

B-500-SE2

DESCRIPCIÓN

Dispositivo Médico destinado a usarse con fórmulas enterales y con dispositivos de acceso enteral. **No es para uso intravenoso.**

PRESENTACIÓN

Caja de cartón por 30 sobres individuales.
Sobre de film de polietileno y papel grado médico

EMPAQUE

- Empaque primario Individual tipo sobre.
- Libre de partículas, rebabas y aristas cortantes.
- Fácil de abrir (Peel open), cuyo borde de apertura varía de 1 cm a 2cm.
- Garantiza las propiedades físicas, hermeticidad, esterilidad e integridad del producto.
- Rotulado legible conforme a estándares nacionales e internacionales y totalmente en español.
- Empaque primario: Film de Polietileno (45 µ - 47 µ) y Papel Tyvek (70 g/m²).
- Empaque secundario de cartón corrugado, debidamente rotulado con los requerimientos de la autoridad nacional y estándares internacionales.

CARACTERÍSTICAS

- Esterilizado con Óxido de Etileno.
- Apirógenas.
- Libre de látex y ftalatos.
- Libre de cuerpos extraños, cabellos, fibras o partículas en el camino del líquido.
- Dispositivo de un solo uso.
- Ensamblado correcto, sin fuga de líquido
- Cuerpo y extensiones de la bolsa con sellado hermético, que hace difícil romperse.
- Impresión y color de la bolsa nítida e indeleble.
- Escala de medición en mililitros (mL), legible, indeleble y visible.
- Espesor de la bolsa de alimentación (por capa) 220 µ.
- Tapón fácil de abrir y cerrar.
- Asa de sujeción resistente al peso.
- Bolsillo posterior para hielo.
- Abrazadera de rodillo de ajuste suave y efectivo para controlar el flujo del alimento y evitar dañar el tubo conductor.
- Cámara de goteo transparente y flexible.
- Superficie del tubo, suave, sin pliegues ni torceduras

- Clamp o abrazadera de seguridad para interrupción inmediata del fluido.
- Llave en "Y" con tapa Luer Lock (cierre con rosca hermético) para incorporación de sustancias complementarias.
- Conector ENFit que elimina la conexión errónea por vía I.V. y mejora la seguridad del paciente.
- Conector de transición escalonado tipo árbol 5 en 1.

COMPOSICIÓN Y COLOR

- Puerto (boca) y tapón protector con asa de sujeción: PVC libre de DEHP, color violeta.
- Bolsa: Policloruro de Vinilo (PVC), libre de Di-etil-hexil-ftalato (DEHP); color transparente.
- Tubo conductor: PVC libre de DEHP, transparente
- Abrazadera de Rodillo: Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), color violeta.
- Cámara de goteo: PVC libre de DEHP, color transparente y flexible.
- Segmento de tubo conductor flexible: Silicona, incolora.
- Magneto: Magnetita, color negro
- Clamp o abrazadera de seguridad: Polipropileno (PP), color violeta
- Llave en "Y": PVC libre de DEHP, cuerpo transparente; con tapa de cierre Luer Lock, color violeta.
- Etiqueta de precaución: papel
- Conector ENFit: ABS, color violeta
- Conector escalonado 5 en 1: PVC libre de DEHP, color violeta
- Tapa protectora del adaptador: Polipropileno (PP), color transparente.

ADVERTENCIA

- Para uso de un solo paciente
- No utilizar por más de 24 horas
- Evitar la congelación y el calor excesivo
- Usar inmediatamente después de abrir el paquete y destruirlo después de usar
- No utilizar si el embalaje interno está dañado o el producto está húmedo o mohoso

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un ambiente no corrosivo y bien ventilado; cuya humedad relativa no supere el 80%.

CADUCIDAD

- 5 años

NORMAS QUE APLICA

- BPM e ISO 13485
- ISO 10993-5 (Ensayo de Citotoxicidad)
- ISO 10993-10 (Ensayo de hipersensibilidad e irritación)
- ISO 11135 (Esterilidad)

FABRICANTE

Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., LTD.
China.

Jiangsu Hongxin Medical Technology CO., LTD

East side of Jinhua Road, Economic Development Zone, Shuyang, China

REV 06: 08-2023

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

