İNVİTROLAB

Aplikasyon Formu

FORM NO
İE-A0080

İŞLEM BİLGİLERİ

LABORATUVAR
Beykoz Devlet Hastanesi Uzun Laboratuvar Adı
CİHAZ
BYKB1 Uzun Cihaz Açıklaması · SN 20K9-02
İŞLEMİ YAPAN
İrem Ertuğrul
Eşlik Eden: Yunus Şahan

ZAMAN & DURUM

BAŞLANGIÇ
24.07.2026 · 08:55
BİTİŞ
24.07.2026 · 09:54
CİHAZ DURUMU
Çalışıyor

İŞLEM TÜRÜ	TESPİT EDİLEN ARIZA	ARIZA İLE İLİŞKİLİ TESTLER
Arıza	Harici atık pompası basınç hatası ve uzun arıza açıklaması	ALTL, ASTL, GLUC3 ve uzun test adı

İŞLEM TÜRÜ DETAYLARI

ARIZA İLE İLİŞKİLİ TESTLER	ALTL, ASTL, GLUC3 ve uzun test adı

AÇIKLAMA

Rutin bakımları yapıldı, yıkamalar tamamlandı ve cihaz çalışır durumda teslim edildi.

YAPILAN İŞLEMLER

İŞLEM	ADET
Pipetleme / Transfer Ayarları & Kontrol	1
Temel Fonksiyon Testleri	1

İşlemi Yapan
İrem Ertuğrul · İmza bekleniyor · 24.07.2026

Kurum Yetkilisi
Ayşe Yılmaz · İmza bekleniyor · 24.07.2026