İNVİTROLAB

Teknik Servis Formu

FORM NO
YS-T0056

İŞLEM BİLGİLERİ

LABORATUVAR
Beykoz Devlet Hastanesi Uzun Laboratuvar Adı
CİHAZ
BYKB1 Uzun Cihaz Açıklaması · SN 20K9-02
İŞLEMİ YAPAN
İrem Ertuğrul
Eşlik Eden: Yunus Şahan

ZAMAN & DURUM

BAŞLANGIÇ
24.07.2026 · 08:55
BİTİŞ
24.07.2026 · 09:54
CİHAZ DURUMU
Çalışıyor

İŞLEM TİPİ	İŞLEM TÜRÜ	TESPİT EDİLEN ARIZA
Cihaz	Arıza	Harici atık pompası basınç hatası ve uzun arıza açıklaması

İŞLEM TÜRÜ DETAYLARI

ARIZA İLE İLİŞKİLİ TESTLER: ALTL, ASTL, GLUC3 ve uzun test adı

AÇIKLAMA

Rutin bakımları yapıldı, yıkamalar tamamlandı ve cihaz çalışır durumda teslim edildi.

YAPILAN İŞLEMLER

İŞLEM	ADET
Pipetleme / Transfer Ayarları & Kontrol	1
Temel Fonksiyon Testleri	1

İşlemi Yapan
İrem Ertuğrul · İmza bekleniyor · 24.07.2026

Kurum Yetkilisi
Ayşe Yılmaz · İmza bekleniyor · 24.07.2026