

Guia de Análise dos Documentos da Conciliação

Documentos:

1. OP

Ler:

- Número da OP
- Código Sapiens
- Derivação
- Número de Série
- Data de Emissão da OP
- Estágio
- Data e Hora de Início de Fim do Estágio
- Data e Hora da Inspeção
- Inspeções
- Status da Inspeção
- Data e Hora da Conciliação

Verificar se:

- A data e hora de início e fim dentro de um estágio seguem uma ordem cronológica
- A data e hora entre um estágio e outro segue uma ordem cronológica
- O Vlr Medido está dentro dos limites estabelecidos entre Vlr Min e Vlr Max. Se sim, está aprovado.
- O status da inspeção estar como “Aprovado”

2. FORM-GQ-0047

Ler:

- Nome do Produto
- Modelo
- Número de Série
- Data de Conciliação
- Marcações dos Estágios aplicáveis ou não
- Data da Revisão do formulário

Verificar se:

- O nome do produto bate com o que está na ficha técnica do produto
- O modelo bate com o registrado na ficha técnica comparando com o Código Sapiens da OP (será preciso fazer um cruzamento entre os dados da OP, ficha técnica do produto e FORM-GQ-0047)
- Se o número de série bate com o da OP (será preciso fazer um cruzamento entre os dados da OP e FORM-GQ-0047)
- Se as marcações “Sim” no formulário são para os estágios aplicáveis ao produto “N/A” para os estágios não aplicáveis ao produto de acordo com a ficha técnica do produto
- Se a data de revisão no canto inferior do formulário é maior do que a data da conciliação (se for, está errado)
- Se existe uma marcação de “cópia controlada” no canto inferior direito do formulário (se tiver, está errado)
- Se está marcado como “Sim” para Liberado para Comercialização

3. RC

Ler:

- Número da OP
- Código Sapiens
- Componentes
- Número de Série/Lote

Verificar se:

- Os acessórios do equipamento descritos na OP e na ficha técnica estão presentes na RC (verificar pelo código Sapiens)
- cada componente possui lote/série rastreável

- as quantidades previstas batem com utilizadas (sem 0/0 ou divergências)

4. Etiqueta Externa

Ler:

- Nome do Produto
- Nome do Fabricante
- Modelo
- Número de Série
- Data de Fabricação
- Endereço, CNPJ do fabricante
- Registro Anvisa
- Validade
- Crea do RT

Verificar se:

- O nome do produto bate com o do FORM-GQ-0047 (fazer o cruzamento)
- O modelo bate com o do FORM-GQ-0047 (fazer o cruzamento)
- O número de série bate com o do FORM-GQ-0047 (fazer o cruzamento)
- o endereço e CNPJ estão corretos
- o fabricante está conforme ficha técnica do produto
- a data de fabricação bate com a data de emissão da OP (fazer o cruzamento com a OP)
- o registro anvisa está conforme ficha técnica do produto
- o CREA do RT está conforme ficha técnica do produto
- a validade está como “INDETERMINADO”

5. Etiqueta Acessórios

Ler:

- Nome do Acessório

- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Código Sapiens
- Modelo
- Número de Série/Lote
- Data de Fabricação
- Endereço, CNPJ do fabricante
- Registro Anvisa do Produto associado ao acessório
- Validade

Verificar se:

- O nome do acessório bate com o da ficha técnica do produto
- o código Sapiens bate com o da RC (fazer o cruzamento com a RC)
- o número de série/lote bate com o da RC (fazer o cruzamento com a RC)
- o acessório é estéril, verificar se tem data de validade. Se não for estéril precisa aparecer como “Indeterminada”
- o acessório for fabricado pela Confiance Medical, ela deverá aparecer como “Fabricante”. Caso contrário, ela entra como “Fornecedor”
- o Registro Anvisa do Produto associado ao acessório está correto
- Nome do Produto associado está correto